

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

UE 149 - PROGRAMA DE INVERSIÓN CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD

	DENOMINACIÓN	CÓDIGO
COMPONENTE	MEJORAMIENTO Y ADECUADA OFERTA DE LAS IPRESS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS	2.0
PRODUCTO	ESTABLECIMIENTO DE SALUD EQUIPADO (01)	2.1.2 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2, 2.6.2
ACTIVIDAD	EQUIPOS BIOMÉDICOS ADQUIRIDOS, INSTALADOS	2.1.2.1, 2.2.2.1, 2.3.2.1, 2.4.2.1, 2.5.2.1, 2.6.2.1
ACCIÓN DE INVERSIÓN	ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO DEL NUEVO CMI SANTA ROSA I-4	
NORMA DE CONTRATACIÓN APLICABLE	Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, vigentes desde enero de 2020.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO (EQUIPO MOBILIARIO CLÍNICO, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD SANTA ROSA- PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA" (CUI 2466086) CMI SANTA ROSA.



Firmado digitalmente por GAPURA CASTILLO Juan Carlos FAU 20608664387 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.03.2026 17:48:27 -05:00

MARZO 2026



Firmado digitalmente por VILCA ARAMBULO Mazelly FAU 20608664387 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.03.2026 19:16:25 -05:00



Firmado digitalmente por CORIGLIANO ZEGARRA Victorio Daniel FAU 20608664387 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.03.2026 16:50:30 -05:00

ÍNDICE

1.	ANTECEDENTES	3
2.	ÁREA USUARIA	4
3.	OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN	4
4.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	4
5.	LUGAR Y PLAZOS DE EJECUCIÓN	18
6.	REQUISITOS DEL PROVEEDOR.....	22
7.	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.....	25
8.	CONFORMIDAD	26
9.	PENALIDAD.....	27
10.	RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y SUBCONTRATACIÓN	27
11.	DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	28
12.	CONFLICTO DE INTERÉS, ELEGIBILIDAD Y PRÁCTICAS PROHIBIDAS	28
13.	ANEXOS	28



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO (EQUIPO MOBILIARIO CLÍNICO, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD SANTA ROSA- PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA" (CUI 2466086) CMI SANTA ROSA.

1. ANTECEDENTES

El 23 de octubre de 2018, el Programa Nacional de Inversiones en Salud (en adelante **PRONIS**) declaró la viabilidad del programa de inversión "Creación de Redes Integradas de Salud" (en adelante **Programa de Inversión o Programa**) con código único de inversiones N° 2416127, cuyo objetivo es lograr un adecuado acceso de la población a servicios de salud oportunos, eficientes y de calidad en el primer nivel de atención, en función a sus necesidades. Para ello, se propone rediseñar y reorganizar las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Redes Integradas de Salud (RIS).

El 13 de marzo de 2019, la República del Perú suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante **BID**) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (en adelante **BIRF**), los Contratos de Préstamo N° 4726/OC-PE y N° 8920-PE, respectivamente, cada banco hasta por el monto de US\$ 125'000,000.00 (Ciento veinticinco millones con 00/100 dólares americanos), destinadas a financiar parcialmente al **Programa de Inversión**, más el aporte local por la suma de US\$ 65'650,000.00 (Sesenta y cinco millones seiscientos cincuenta mil con 00/100 dólares americanos), haciendo un total de US\$ 315'650,000.00 (Trecientos quince millones seiscientos cincuenta mil con 00/100 dólares americanos).

Mediante Decreto Supremo N° 203-2021-EF publicado el 14 de agosto de 2021, se dispuso que la Unidad Ejecutora del **Programa de Inversión** fuese el Ministerio de Salud (en adelante **MINS**A). Después, mediante Resolución Ministerial N° 1015-2021/MINSA de fecha 20 de agosto de 2021, el **MINS**A encargó al **PRONIS** la ejecución del **Programa de Inversión**, en tanto se cree una nueva Unidad Ejecutora.

Luego, mediante Oficio N° 728-2021-EF/52.04 del 20 de agosto del 2021, la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas remitió al Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud (en adelante **DVMPAS**) del **MINS**A una copia de las enmiendas a los citados contratos, debidamente suscritos, las mismas que establecieron que el **MINS**A, a través del Programa de Inversión "Creación de Redes Integradas de Salud" (en adelante **PCRIS**), será el Organismo Ejecutor del Programa. Las funciones del **PCRIS** en su rol de unidad ejecutora, se especificarán en el Manual Operativo del Programa.

Mediante la Resolución Ministerial N° 1177-2021/MINSA de fecha 18 de octubre de 2021 se formalizó, entre otros aspectos, la creación de la Unidad Ejecutora N° 149 - Programa de Inversión "Creación de Redes Integradas de Salud" en el pliego 011. Ministerio de Salud, la misma que se encuentra vinculada al **DVMPAS** del **MINS**A.

Mediante la Resolución de Coordinación General N° 001-2022-PCRIS-CG de fecha 4 de enero de 2022 se aprobó el Manual Operativo del **PCRIS** vigente, en concordancia con los Contratos de Préstamo N° 4726/OC-PE y N° 8920-PE, sus enmiendas y la normativa nacional aplicable.

Para el cumplimiento de objetivos del **PCRIS** se plantea mejorar la capacidad resolutoria de la oferta asistencial actual, fortalecer los sistemas de información y comunicaciones, potenciar los servicios médicos de apoyo y optimizar la cadena de suministro.

Para tal efecto, el **PCRIS** está conformado por cinco (5) componentes, que agrupan a once (11) proyectos de inversión, y la gestión del Programa, según se señala a continuación:



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

- Componente 1: Mejoramiento y adecuado diseño del modelo de organización de IPRESS en Redes Integradas de Salud en Lima Metropolitana y regiones priorizadas.
- Componente 2: Mejoramiento y adecuada oferta en las IPRESS de primer nivel de atención en salud en Lima Metropolitana y regiones priorizadas.
- Componente 3: Mejoramiento y ampliación del Sistema Único de Información en Salud a nivel nacional.
- Componente 4: Mejoramiento de los servicios médicos de apoyo en Lima Metropolitana.
- Componente 5: Mejoramiento de la gestión de productos farmacéuticos y dispositivos médicos en áreas priorizadas en Lima Metropolitana y regiones priorizadas.
- Gestión del Programa.

En ese marco, como una medida que permita atender los compromisos institucionales hacia el cumplimiento oportuno de las actividades relativas a la ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO (EQUIPO MOBILIARIO CLÍNICO, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD SANTA ROSA- PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA" (CUI 2466086) CMI SANTA ROSA.

2. ÁREA USUARIA

El área usuaria a cargo de la presente contratación corresponde a la Coordinación del Componente 2.

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

Objetivo general:

- Adquirir el equipamiento hospitalario integral mediante la contratación de empresa/s proveedora/s que suministre/n y entregue/n los bienes que forman parte del presente documento en el Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD PUENTE PIEDRA, ANCÓN, SANTA ROSA Y CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA".

Objetivos específicos:

- Adquirir equipamiento (mobiliario clínico y administrativo) para la atención de pacientes en el establecimiento de salud del primer nivel de atención denominado Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD PUENTE PIEDRA, ANCÓN, SANTA ROSA Y CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA".
- Mejorar la calidad de atención de salud en el establecimiento de salud del primer nivel de atención denominado Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD PUENTE PIEDRA, ANCÓN, SANTA ROSA Y CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA".

4. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

La descripción de los equipos a adquirir, cantidad y distribución se detalla en el expediente técnico del Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD PUENTE PIEDRA, ANCÓN, SANTA ROSA Y CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA –



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

DEPARTAMENTO DE LIMA", en el componente Equipamiento Hospitalario, es específico en los documentos **(TOMO 25, FOLIOS DEL 3772 AL 4493)**

- Listado de equipos por ambiente
- Consideraciones de adquisición y formatos.
- Especificaciones técnicas.

N°	TIPO	CODIGO	DENOMINACION	CANT
1	MA	M-164	CONTENEDOR RODABLE PARA RESIDUOS SOLIDOS	8
2	MA	M-53	PARIHUELAS PARA DEPÓSITO	2
3	MA	M-120	CARRO PARA EL TRANSPORTE PESADO	1
4	MA	M-96	MESA METÁLICA DE NOCHE	36
5	MA	M-34	SILLA DE MADERA PARA NIÑOS	16
6	MA	M-17	BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO	27
7	MA	M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	125
8	MA	M-13	CILINDRO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN	14
9	MA	M-8	ESTANTERÍA METÁLICA DE ÁNGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO 05 ANAQUELES	34
10	MA	M-160a	ESTANTERÍA DOBLE PARA HISTORIAS CLÍNICAS	2
11	MA	M-15	PAPELERA METÁLICA DE PISO	123
12	MA	M-1	ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS	29
13	MA	M-2	ARMARIO METÁLICO DE 2 PUERTAS	25
14	MA	M-3	ARMARIO METÁLICO DE UN CUERPO Y DOS COMPARTIMIENTOS	30
15	MA	M-18a	BUTACA METALICA DE 2 CUERPOS	12
16	MA	M-18	BUTACA METÁLICA DE 3 CUERPOS	105
17	MA	M-16	BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO	23
18	MA	M-113	CARRO PARA ÚTILES DE LIMPIEZA	18
19	MA	M-6	ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 PASOS	40
20	MA	M-21	ESCRITORIO EJECUTIVO	2
21	MA	M-22	ESCRITORIO ESTÁNDAR	97
22	MA	M-147	MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO DE DVD/CD Y HD	2
23	MA	M-160	ESTANTERÍA PARA HISTORIAS CLÍNICAS	4
24	MA	M-25	MESA AUXILIAR PARA OFICINA	26
25	MA	M-26	MESA DE TRABAJO PARA TALLER	3
26	MA	M-123	MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONAS	6
27	MA	M-30	MESA METÁLICA DE CENTRO	5
28	MA	M-29a	MESA DE REUNIONES CON BASE CENTRAL Y CAJA DE CONEXIONES	1
29	MA	M-29	MESA DE REUNIONES DE 90 X 180 CM CON BASE CENTRAL Y CAJA DE CONEXIONES	5
30	MA	M-31	MESA METÁLICA ESQUINERA	2
31	MA	M-28	MESA DE MADERA PARA NIÑOS	4
32	MA	T-53	ECRAN DE PARED ENROLLABLE	1
33	MA	M-9	PERCHA METÁLICA DE PARED 4 GANCHOS	134
34	MA	M-33	PIZARRA ACRÍLICA DE 150 X 100 CM PARA ADOSAR EN PARED	8
35	MA	M-33a	PIZARRA ACRÍLICA DE 150 x 100 CM. RODABLE	3
36	MA	M-36	SILLA METÁLICA APILABLE	206
37	MA	M-38	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS	141
38	MA	M-37	SILLA METÁLICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE	11
39	MA	M-40	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO ALTO	48
40	MA	M-45	SILLÓN METÁLICO SEMICONFORTABLE SIN PORTA BRAZOS 3 CUERPOS	5
41	MA	M-44	SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 2 CUERPOS	4
42	MA	M-42	SILLÓN CONFORTABLE RECLINABLE PARA REPOSO	38
43	MA	M-43	SILLÓN METÁLICO SEMICONFORTABLE CON PORTABRAZOS UNIPERSONAL	2
44	MA	M-11	VITRINA METÁLICA PARA LIBROS	3
45	MA	M-10	VITRINA METÁLICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO	19
46	MC	E-127	JUEGO DE 03 LAVATORIOS DE 5, 8 Y 12 LITROS	1



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

N°	TIPO	CODIGO	DENOMINACION	CANT
47	MC	M-72	BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CUERPOS	31
48	MC	M-75	CAMA CLINICA RODABLE PARA ADULTOS	30
49	MC	M-76	CAMA CLINICA RODABLE PARA NIÑOS ESCOLARES	2
50	MC	M-80	CAMILLA METÁLICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	4
51	MC	M-67	CARRO PARA TRANSPORTE DE DOSIS UNITARIA	4
52	MC	M-83	COCHE METÁLICO DE CURACIONES RODABLE	2
53	MC	M-156	COCHE DE TRANSPORTE DE MATERIAL QUIRÚRGICO	3
54	MC	M-111	COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	6
55	MC	M-121	COCHE REPARTIDOR DE ALIMENTOS EN BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE	2
56	MC	M-58	CARRO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL ESTÉRIL	4
57	MC	M-84	COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA	2
58	MC	M-81	CARRO METÁLICO FICHERO PARA 20 PORTA HISTORIAS CLÍNICAS	5
59	MC	M-122	COCHE TÉRMICO TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS	1
60	MC	M-85	CUNA ACRÍLICA CON BASE METÁLICA RODABLE	12
61	MC	M-61	ESCALINATA EN ACERO INOXIDABLE PARA SALA DE OPERACIONES	1
62	MC	M-86	ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS	2
63	MC	M-87	ESCALINATA METÁLICA 1 PELDAÑO	65
64	MC	M-88	MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES	22
65	MC	M-68	MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES GINECO OBSTÉTRICOS	7
66	MC	M-90	MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO	10
67	MC	M-95	MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO	3
68	MC	M-69	MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO GINECO-OBSTÉTRICO	1
69	MC	M-97	MESA METÁLICA PARA EXÁMENES Y CAMBIAR PAÑALES	2
70	MC	M-99	MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO	5
71	MC	M-91	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	64
72	MC	M-159	MESA DE USO MÚLTIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 90 X 45 CM.	1
73	MC	M-148	MESA METÁLICA RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS, 2 TABLEROS CON BARANDAS 65X45X84 CM	4
74	MC	M-89	MESA ANGULAR DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL	2
75	MC	M-117	PORTABOLSA METÁLICA RODABLE, CON BOLSA DE LONA	7
76	MC	M-102	PORTA CHATAS Y PAPAGAYOS DE PARED	4
77	MC	M-103	PORTA LAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON GABINETES	2
78	MC	M-116	PORTA LAVATORIO DOBLE METÁLICO RODABLE INC. LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE	12
79	MC	M-105	PORTASUERO METÁLICO RODABLE	45
80	MC	M-106	SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR	5
81	MC	M-107	SILLA DE RUEDAS, PEDIÁTRICA	1
82	MC	M-109	SILLA ESPECIAL PARA TOMA DE MUESTRAS	1
83	MC	M-126	SILLÓN PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA	1
84	MC	M-127	SILLÓN PARA TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGÍA	1
85	MC	M-152	SILLA DE PARTOS MULTIFUNCIONAL	4
86	MC	M-64	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS	27
87	MC	M-55	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL ESTÉRIL DE UN CUERPO	33
88	MC	M-115	PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE	21
89	MC	M-59	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 03 DIVISIONES	8
90	MC	M-60c	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES Y PUERTAS	2
91	MC	M-114	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	129



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

N°	TIPO	CODIGO	DENOMINACION	CANT
92	MC	M-100	PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y VENTANA ABATIBLE ACCIONAMIENTO A PEDAL	6
93	MC	M-101	PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILÍNDRICA	16
94	MC	M-62	RACK MÓVIL PARA CAJAS E INSTRUMENTAL	3
95	MC	M-63	RACK MÓVIL PARA CESTAS	1
96	MC	M-57	ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL DENTAL DE 2 CUERPOS	3
97	MC	M-5	ARMARIO PARA COLGAR ENDOSCOPIOS	3
98	MC	M-112	CARRO PARA EL TRANSPORTE DE DESECHOS	3
99	MC	M-60	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES	115
100	MC	M-94a	MESA ACANALADA	1
101	MC	M-124	MESA RODABLE PARA ALIMENTOS	30
102	MC	M-94	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.40 X 0.70 M	19
103	MC	M-98	MESA METÁLICA DE USO MÚLTIPLE DE 90 X 45 CM	11
104	MC	M-49	TABURETE METÁLICO RODABLE CON ASIENTO GIRATORIO	3
105	MC	M-162	TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE CON RESPALDO	3
106	MC	M-47	TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE CON RESPALDO	44
				2312

**CUADRO DE GARANTÍA, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO DE PRUEBAS
EQUIPAMIENTO - CMI SANTA ROSA**

PROV.	GG	COD.	DENOMINACIÓN DE EQUIPO	CANT.	GARANTÍA (AÑOS)	MANTTO	CAP. TÉCNICA	HORAS DE CAP. TÉCNICA	CAP. USUARIA	HORAS DE CAP. USUARIA	PROTOCOLO DE PRUEBAS
EQ	MA	M-1	ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS	29	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-10	VITRINA METÁLICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO	19	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-11	VITRINA METÁLICA PARA LIBROS	3	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-113	CARRO PARA ÚTILES DE LIMPIEZA	18	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-120	CARRO PARA EL TRANSPORTE PESADO	1	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-123	MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONAS	6	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-13	CILINDRO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN	14	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	125	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-147	MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO DE DVD/CD Y HD	2	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-15	PAPELERA METÁLICA DE PISO	123	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-16	BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO	23	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-160	ESTANTERÍA PARA HISTORIAS CLÍNICAS	4	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-160a	ESTANTERÍA DOBLE PARA HISTORIAS CLÍNICAS	2	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-164	CONTENEDOR RODABLE PARA RESIDUOS SOLIDOS	8	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-17	BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO	27	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-18	BUTACA METÁLICA DE 3 CUERPOS	106	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-18a	BUTACA METALICA DE 2 CUERPOS	12	1	NO	NO	-	NO	-	NO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

CUADRO DE GARANTÍA, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO DE PRUEBAS EQUIPAMIENTO - CMI SANTA ROSA											
PROV.	GG	COD.	DENOMINACIÓN DE EQUIPO	CANT.	GARANTÍA (AÑOS)	MANTTO	CAP. TÉCNICA	HORAS DE CAP. TÉCNICA	CAP. USUARIA	HORAS DE CAP. USUARIA	PROTOCOLO DE PRUEBAS
EQ	MA	M-2	ARMARIO METÁLICO DE 2 PUERTAS	25	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-21	ESCRITORIO EJECUTIVO	2	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-22	ESCRITORIO ESTÁNDAR	97	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-25	MESA AUXILIAR PARA OFICINA	26	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-26	MESA DE TRABAJO PARA TALLER	3	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-28	MESA DE MADERA PARA NIÑOS	4	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-29	MESA DE REUNIONES DE 90 X 180 CM CON BASE CENTRAL Y CAJA DE CONEXIONES	5	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-29a	MESA DE REUNIONES CON BASE CENTRAL Y CAJA DE CONEXIONES	1	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-3	ARMARIO METÁLICO DE UN CUERPO Y DOS COMPARTIMIENTOS	30	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-30	MESA METÁLICA DE CENTRO	5	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-31	MESA METÁLICA ESQUINERA	2	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-33	PIZARRA ACRÍLICA DE 150 X 100 CM PARA ADOSAR EN PARED	8	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-33a	PIZARRA ACRÍLICA DE 150 x 100 CM. RODABLE	3	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-34	SILLA DE MADERA PARA NIÑOS	16	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-36	SILLA METÁLICA APILABLE	206	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-37	SILLA METÁLICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE	11	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-38	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS	141	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-40	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO ALTO	48	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-42	SILLÓN CONFORTABLE RECLINABLE PARA REPOSO	38	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-43	SILLÓN METÁLICO SEMICONFORTABLE CON PORTABRAZOS UNIPERSONAL	2	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-44	SILLÓN METÁLICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 2 CUERPOS	4	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-45	SILLÓN METÁLICO SEMICONFORTABLE SIN PORTA BRAZOS 3 CUERPOS	5	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-53	PARIHUELAS PARA DEPÓSITO	2	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-6	ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 PASOS	40	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-8	ESTANTERÍA METÁLICA DE ÁNGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO 05 ANAQUELES	34	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-9	PERCHA METÁLICA DE PARED 4 GANCHOS	134	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	M-96	MESA METÁLICA DE NOCHE	36	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MA	T-53	ECRAN DE PARED ENROLLABLE	1	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	E-127	JUEGO DE 03 LAVATORIOS DE 5, 8 Y 12 LITROS	1	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-100	PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y VENTANA ABATIBLE ACCIONAMIENTO A PEDAL	6	1	NO	NO	-	NO	-	NO

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo”

CUADRO DE GARANTÍA, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO DE PRUEBAS EQUIPAMIENTO - CMI SANTA ROSA											
PROV.	GG	COD.	DENOMINACIÓN DE EQUIPO	CANT.	GARANTÍA (AÑOS)	MANTTO	CAP. TÉCNICA	HORAS DE CAP. TÉCNICA	CAP. USUARIA	HORAS DE CAP. USUARIA	PROTOCOLO DE PRUEBAS
EQ	MC	M-101	PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILÍNDRICA	16	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-102	PORTA CHATAS Y PAPAGAYOS DE PARED	4	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-103	PORTA LAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON GABINETES	2	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-105	PORTASUERO METÁLICO RODABLE	45	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-106	SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR	5	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-107	SILLA DE RUEDAS, PEDIÁTRICA	1	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-109	SILLA ESPECIAL PARA TOMA DE MUESTRAS	1	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-111	COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	6	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-112	CARRO PARA EL TRANSPORTE DE DESECHOS	3	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-114	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	129	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-115	PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE	21	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-116	PORTA LAVATORIO DOBLE METÁLICO RODABLE INC. LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE	12	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-117	PORTABOLSA METÁLICA RODABLE, CON BOLSA DE LONA	7	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-121	COCHE REPARTIDOR DE ALIMENTOS EN BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE	2	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-122	COCHE TÉRMICO TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS	1	1	NO	NO	-	NO	-	SI
EQ	MC	M-124	MESA RODABLE PARA ALIMENTOS	30	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-126	SILLÓN PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA	1	1	NO	NO	-	NO	-	SI
EQ	MC	M-127	SILLÓN PARA TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGÍA	1	1	NO	NO	-	NO	-	SI
EQ	MC	M-148	MESA METÁLICA RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS, 2 TABLEROS CON BARANDAS 65X45X84 CM	4	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-152	SILLA DE PARTOS MULTIFUNCIONAL	4	1	NO	NO	-	NO	-	SI
EQ	MC	M-156	COCHE DE TRANSPORTE DE MATERIAL QUIRÚRGICO	3	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-159	MESA DE USO MÚLTIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 90 X 45 CM.	1	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-162	TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE CON RESPALDO	3	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-47	TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE	44	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-49	TABURETE METÁLICO RODABLE CON ASIENTO GIRATORIO	3	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-5	ARMARIO PARA COLGAR ENDOSCOPIOS	3	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-55	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA	33	1	NO	NO	-	NO	-	NO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

CUADRO DE GARANTÍA, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO DE PRUEBAS EQUIPAMIENTO - CMI SANTA ROSA											
PROV.	GG	COD.	DENOMINACIÓN DE EQUIPO	CANT.	GARANTÍA (AÑOS)	MANTTO	CAP. TÉCNICA	HORAS DE CAP. TÉCNICA	CAP. USUARIA	HORAS DE CAP. USUARIA	PROTOCOLO DE PRUEBAS
			INSTRUMENTOS O MATERIAL ESTÉRIL DE UN CUERPO								
EQ	MC	M-57	ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL DENTAL DE 2 CUERPOS	3	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-58	CARRO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL ESTÉRIL	4	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-59	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 03 DIVISIONES	8	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-60	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES	115	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-60c	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES Y PUERTAS	2	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-61	ESCALINATA EN ACERO INOXIDABLE PARA SALA DE OPERACIONES	1	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-62	RACK MÓVIL PARA CAJAS E INSTRUMENTAL	3	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-63	RACK MÓVIL PARA CESTAS	1	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-64	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS	27	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-67	CARRO PARA TRANSPORTE DE DOSIS UNITARIA	4	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-68	MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES GINECO OBSTÉTRICOS	7	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-69	MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO GINECO- OBSTÉTRICO	1	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-72	BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CUERPOS	31	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-75	CAMA CLÍNICA RODABLE PARA ADULTOS	30	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-76	CAMA CLÍNICA RODABLE PARA NIÑOS ESCOLARES	2	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-80	CAMILLA METÁLICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	4	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-81	CARRO METÁLICO FICHERO PARA 20 PORTA HISTORIAS CLÍNICAS	5	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-83	COCHE METÁLICO DE CURACIONES RODABLE	2	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-84	COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA	2	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-85	CUNA ACRÍLICA CON BASE METÁLICA RODABLE	12	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-86	ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS	2	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-87	ESCALINATA METÁLICA 1 PELDAÑO	65	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-88	MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES	22	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-89	MESA ANGULAR DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL	2	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-90	MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO	10	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-91	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	64	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-94	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.40 X 0.70 M	19	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-94a	MESA ACANALADA	1	1	NO	NO	-	NO	-	NO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

CUADRO DE GARANTÍA, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO DE PRUEBAS EQUIPAMIENTO - CMI SANTA ROSA											
PROV.	GG	COD.	DENOMINACIÓN DE EQUIPO	CANT.	GARANTÍA (AÑOS)	MANTTO	CAP. TÉCNICA	HORAS DE CAP. TÉCNICA	CAP. USUARIA	HORAS DE CAP. USUARIA	PROTOCOLO DE PRUEBAS
EQ	MC	M-95	MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO	3	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-97	MESA METÁLICA PARA EXÁMENES Y CAMBIAR PAÑALES	2	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-98	MESA METÁLICA DE USO MÚLTIPLE DE 90 X 45 CM	11	1	NO	NO	-	NO	-	NO
EQ	MC	M-99	MESA RODABLE DE ACERA INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO	5	1	NO	NO	-	NO	-	NO

4.1 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES

4.1.1 Características Técnicas (obligatorio)

Las Especificaciones Técnicas de los bienes a adquirir se detallan en el TOMO 25, FOLIOS, 3772 AL 4271 del expediente técnico del Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD PUENTE PIEDRA, ANCÓN, SANTA ROSA Y CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA". Se precisa que, para otorgar la conformidad de entrega de los bienes, los equipos deben quedar instalados en el Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4 y en perfecto estado de funcionamiento y operatividad.

En el caso de los equipos de imágenes médicos y los que sean necesarios, la autorización de propiedad (Software - Hardware) de determinados recursos utilizados con o el equipamiento y sus componentes, se deberá entregar las respectivas licencias de su utilización con vigencia perpetua y sin limitaciones por pago alguno en el futuro

Los equipos por adquirir deberán ser nuevos y sin uso. La fecha de fabricación de los bienes no debe exceder de 12 meses anteriores a la fecha de aprobación de las Fichas Técnicas por parte del Cliente.

Para los equipos indicados, se debe contemplar gastos de personal, movilidad, alojamiento, tributos, gastos administrativos, financieros y otros gastos que demande el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el presente documento.

4.1.2 Reglamentos Técnicos, Normas etc. (De corresponder).

El proveedor de los bienes, según corresponda, deberá presentar los siguientes documentos al momento de la **entrega de los bienes en obra**:

- **CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA: UL o AAMI o NFPA o IEC o EN o CSA o NTP 60601-1-2010**, según corresponda.

Emitido por una Institución competente. Alternativamente se aceptará copias, certificaciones demostradas con catálogos, manuales, folletos, u otros documentos emitidos por el fabricante. Asimismo, alternativamente podrá presentar una Declaración Jurada suscrita por el fabricante mediante el cual se acredite que el bien ofertado cumple con los estándares internacionales de seguridad eléctrica, con la traducción simple al español, de ser el caso.

- **CERTIFICADO ISO 13485**, según corresponda.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

Certificado de Sistemas de gestión de calidad de dispositivos médico vigente a la fecha de presentación de ofertas, emitido por una Institución competente en temas de calidad, con la traducción simple al español, de ser el caso.

- **COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DE LOS BIENES OFERTADOS**, según corresponda.

Expedido por DIGEMID a nombre del proveedor o de terceros, que describa el producto ofertado. En caso el bien no requiera de Registro Sanitario por no encontrarse en el Listado de Productos de Clasificación de Insumos, Instrumental y Equipo de uso Médico, Quirúrgico u Odontológico, contenida en el Decreto Supremo 016-2011-SA, el proveedor podrá presentar, como sustento, copia simple de la información publicada en la página web de DIGEMID, donde se evidencie claramente que el equipo no requiere de registro sanitario.

4.1.3 Condiciones de Operación

El proveedor debe garantizar el correcto funcionamiento de los equipos suministrados en el Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4, para lo cual debe evaluar las condiciones ambientales de altitud, temperatura, presión atmosférica y humedad relativa de los EESS donde serán instalados, de acuerdo con lo indicado en el numeral 5 – Lugar y Plazos.

En este sentido, el proveedor, de ser necesario, puede realizar visitas a obra del Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4 con la finalidad de evaluar y determinar las condiciones en las que serán entregados los equipos, la visita debe ser comunicada mediante correo electrónico dirigido al responsable del PCRIS e indicando los Nombres y Apellidos del personal que efectuará la visita, con un plazo de dos (02) días de anticipación previo a la fecha de la visita.

4.1.4 Acondicionamiento, montaje o instalación (De corresponder)

El proveedor es responsable de coordinar con el PCRIS, el Contratista principal, la Supervisión de Obra, entre otros actores, el proceso de entrega, montaje y/o instalación de los bienes en los ambientes de destino, siendo su responsabilidad culminar dicha entrega en los plazos establecidos en el presente documento.

Las coordinaciones para las instalaciones de los sistemas de agua, desagüe, electricidad, gas, oxígeno, etc., es de suma importancia; por ello que al inicio el PROVEEDOR debe presentar las fichas técnicas de equipamientos que requieren preinstalación para la aprobación del Supervisor de Equipamiento hospitalario y de conocer los equipos que requieran de preinstalación, dado que a partir de esa fecha el CONTRATISTA DE OBRA deberá de coordinar acciones para la adecuada instalación, por ejemplo los detalles y ubicación exacta de los puntos donde quedarán los suministros de energía y servicios será determinado en función de la marca y modelo del equipamiento aprobado por el CLIENTE y será entregado durante la ejecución del contrato, a efecto de acondicionar las instalaciones a estos requerimientos.

El proveedor es el único responsable de que la entrega de los bienes se lleve a cabo de manera satisfactoria NO pudiendo transferir esta responsabilidad a terceros (subcontratistas, especialistas, etc.). Asimismo, debe coordinar de manera oportuna con el PCRIS, el Contratista principal, la Supervisión de Obra, entre otros actores, la realización del montaje y/o preinstalaciones y/o instalaciones respectivas.

Para la Adquisición del Equipamiento hospitalario, es necesario tener en consideración entre otros lo siguiente:

- La ubicación de cada equipamiento está definida en los planos y se denota con el código utilizado en el expediente técnico del Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4 del Equipamiento hospitalario. Sus dimensiones son aproximadas,

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

pero están estandarizadas y definidas en las correspondientes especificaciones técnicas. Sin embargo, en la ejecución de obra podrá ser ajustada de acuerdo con los planos de replanteo de avance de obra y el área disponible resultante.

- La ubicación y altura de los tomacorrientes y salidas de fuerza y data están asociados al equipamiento hospitalario respectivo en planos, siendo coordinada y compatibilizada con el proyecto de instalaciones eléctricas, Instalaciones Mecánicas, Instalaciones TIC. Las ubicaciones de los demás tomacorrientes en los planos de equipamiento hospitalario son referenciales, la ubicación final está definida en la especialidad de Instalaciones Eléctricas, se deberá cumplir con lo dispuesto en la R.M. N°175-2008/MEM o normas compatibles actualizadas, respecto al tipo de tomacorriente.
- Las coordinaciones para las instalaciones de los sistemas de agua, desagüe, electricidad, gas, oxígeno, etc., en el proyecto del equipamiento hospitalario del Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4 es de suma importancia; por ello que al inicio el proveedor adjudicado debe presentar las fichas técnicas de equipamientos que requieren preinstalación para la aprobación de los involucrados y de conocer los equipos que requieran de preinstalación, dado que a partir de esa fecha el constructor deberá de coordinar acciones para la adecuada instalación, por ejemplo los detalles y ubicación exacta de los puntos donde quedarán los suministros de energía y servicios será determinado en función de la marca y modelo del equipamiento aprobado durante la etapa de procura y será entregado durante la ejecución de la obra, a efecto de acondicionar las instalaciones a estos requerimientos.
- Deben considerarse los puntos de salida para data, salida para teléfonos IP, Data categoría 7A Internet, salidas de gases médicos, mecánicas, equipos sanitarios, son compatibilizadas y definidas con las especialidades de Ingeniería (TIC, Sanitaria, Eléctrica, Mecánica).
- El equipamiento hospitalario según nivel tecnológico permite la interoperabilidad e integración al sistema informático del hospital; así como, integrarse a la Historia Clínica Electrónica a través de los sistemas HIS, PACS/RIS y LIS según corresponda.

4.1.5 Pruebas, Muestras de puesta en funcionamiento (De corresponder)

El proveedor es responsable de la entrega, instalación, configuración, pruebas y puesta en sitio de los bienes ofertados. Por tanto, el proveedor deberá realizar las gestiones que correspondan con el PCRIS, el Contratista principal, la Supervisión de Obra, entre otros actores para realizar el montaje, instalación, pruebas y puestas en sitio de los bienes.

El proveedor es responsable del acompañamiento presencial de las instalaciones, buen funcionamiento de los bienes y deberá permanecer en constante comunicación con el PCRIS, el Contratista principal, la Supervisión de Obra, entre otros actores, velando por el buen funcionamiento del equipamiento hospitalario integral hasta la firma del Acta de conformidad.

El proveedor es el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades de la entidad durante la entrega, instalación y capacitación de los bienes.

El proveedor deberá contar con los requisitos establecidos en el presente documento y por lo que, habiendo revisado la totalidad de esta documentación, no podrá alegar ignorancia en caso de errores, y/o especificaciones, por lo que deberá tener la obligación de formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar trabajos o gastos relacionados por los mismos, no reconociéndose adicionales.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

El proveedor debe laborar en las fechas y horarios establecidos según los horarios de trabajos en obra del Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4, de manera que pueda cumplir con el cronograma establecido.

El proveedor deberá garantizar que el personal asignado para interactuar directamente con la ENTIDAD tenga una comunicación fluida en lenguaje español. En caso el proveedor utilice personal que no hable español fluido deberá incorporar, sin costo alguno para LA ENTIDAD, traductores que permitan una comunicación fluida con el personal de LA ENTIDAD.

El proveedor se hará cargo de la reparación de los daños ocasionados a los pisos, paredes, techos, puertas, etc. Durante la ejecución de la obra del Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4, como consecuencia de la instalación o ensamblado de los bienes.

4.1.6 Reglamentos y normas técnicas

- Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias, aprobada con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA del 05 de abril del 2004.
- Norma Técnica de Salud N° 021, "Categorías de Establecimientos del Sector Salud", aprobada con Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA del 13 de julio del 2011.
- Norma Técnica de Salud N° 067, "Norma Técnica de Salud en Telesalud" aprobada con Resolución Ministerial N° 365-2008/MINSA
- Norma Técnica de Salud N° 072-MINSA/DGSP-V.01, "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Patología Clínica", aprobada con Resolución Ministerial N° 627-2008/MINSA.
- Directiva Administrativa N°197-MINSA/DGS "Directiva Administrativa que establece la Cartera de Servicios de Salud", aprobada con Resolución Ministerial N° 099-2014/MINSA".
- Norma Técnica de diagnóstico por imágenes aprobado por resolución Ministerial N° 217-210/MINSA.
- Norma Técnica de Salud N° 113-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención", aprobada con Resolución Ministerial N° 660-2014/MINSA.
- Norma Técnica N° 136- MINSA/2017/DGIESP, NTS para manejo de cadena de frio aprobado por resolución ministerial N° 497-2017/ MINSA
- Norma Técnica de Salud N° 096-MINSA/DIGESA-V.01" Gestión de manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud" aprobada con resolución ministerial N°554-2012/ MINSA.
- R.P. IPEN 123-13-IPEN/PRES. Requisitos de protección radiológica de diagnóstico médico con Rayos X.
- Norma Técnica de salud 079- MINSA/DGSP – INR- V.01 "NTS de la Unidad Productora de servicios de Medicina de Rehabilitación"
- Normas técnicas específicas de Unidades Especializadas de Salud - MINSA.
- Norma técnica N° 0021-MINSA/DGSP V.01 "Categorías de establecimientos de sector salud".
- R.M. N° 1142-2004. Guía para la categorización de establecimientos de salud.

4.1.7 Garantía Comercial

El periodo de garantía de los bienes se detalla en el "Consideraciones de Adquisición y Formatos" TOMO 25 (ANEXO 06) FOLIOS 4372 al 4381 del expediente técnico del Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD PUENTE PIEDRA, ANCÓN, SANTA ROSA Y CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA".

Alcance de la garantía: La garantía consiste en el compromiso asumido por el proveedor de reemplazar o reparar el bien y/o sus componentes, que resulten defectuosos (sin costo adicional), siempre y cuando los defectos presentados no fueron ocasionados por el uso inadecuado del bien; es decir, por causas no atribuibles al usuario.

El inicio de la garantía de los diversos equipamientos y mobiliario del proyecto Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4 debe tener una fecha de inicio igual para los bienes adquiridos, no importando si la fecha de instalación o llegada a obra sea diferente, esto se documentará mediante un acta de conformidad de la recepción, instalación y prueba operativa de equipos, como se estipula en el FORMATO A del Folio 4325 del expediente técnico Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4.

4.1.8 Mantenimiento correctivo

Es responsabilidad del proveedor que, durante la vigencia de la garantía, el bien ofertado funcione correctamente. Las fallas o desperfectos que presente el bien a causa de defectos de fabricación y/o del reemplazo tardío de los repuestos indicados en el Programa de Mantenimiento son responsabilidad del proveedor y serán asumidas por este, salvo que se demuestre que la inoperatividad del equipo fue ocasionada por el usuario, eventos externos o un tercero.

En caso de desperfecto del bien, el proveedor debe reestablecer su operatividad realizando el respectivo mantenimiento correctivo, proporcionando repuestos, accesorios, insumos, consumibles, fungibles, herramientas y mano de obra especializada, teniendo en consideración las siguientes condiciones:

- a) El Proveedor dispone de un plazo de diez (10) días calendarios para reparar el bien (contados a partir de la recepción de la notificación de reparación). Durante el periodo de reparación el proveedor no está en la obligación de reemplazar el bien por otro de similares características o contratar los servicios de un tercero.

De ser necesario, y con la finalidad brindar una solución oportuna a la falla presentada, y previa autorización del Área de Control Patrimonial del EESS, el proveedor podrá trasladar el equipo y/o sus componentes dañados a sus instalaciones para la reparación.

De requerir repuestos o componentes nuevos para la reparación, el proveedor debe solicitar al Área de Control Patrimonial del EESS, el retiro del repuesto o componente dañado, cuyos datos técnicos (marca, modelo, número de parte y/o serie) serán registrados en el Acta de desplazamiento suscrito por ambas partes. Asimismo, el ingreso del repuesto nuevo se realizará mediante la guía de remisión correspondiente debidamente suscrita por el responsable del almacén del EESS, consignando obligatoriamente la fecha del ingreso del bien.

- b) Si pasado los primeros 10 días iniciales, el equipo aun no pudo ser reparado, el proveedor tendrá un plazo adicional máximo de quince (15) días calendarios para culminar dicha reparación; sin embargo, debe reemplazar el equipo por otro de iguales o mejores características (Back Up) o contratar los servicios de un tercero durante el tiempo que demore la reparación.
- c) Si pasado los veinticinco (25) días calendarios brindados (literales a) y b)), y aun no se logra reparar el bien, el proveedor debe reemplazarlo por uno nuevo de iguales o superiores características.
- d) Para el caso de reemplazo del equipo defectuoso por uno nuevo, durante el tiempo que demande el reemplazo se mantendrá el equipo (Back Up) o el servicio contratado de un tercero mencionado en el literal b).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

- e) La aplicación de la sanción no exime al proveedor de ninguna de las responsabilidades contractuales establecidas para el periodo de Garantía Técnica.

El proveedor está obligado a extender el plazo de vigencia de la garantía cuantas veces sea necesario por un plazo igual o mayor al periodo de inoperatividad del bien. Para tal efecto, el representante del EESS de destino deberá comunicar formalmente al PCRIS el retraso atribuible al proveedor, quien deberá formalizar la notificación de dicha ampliación al proveedor.

Toda la documentación generada durante gestión administrativa y la reparación del equipo debe ser archivada por la Oficina de Ingeniería, área de mantenimiento o la que hace sus veces en el EESS.

4.1.9 Transporte y seguros

Embalaje y rotulado

El proveedor debe embalar adecuadamente los bienes que deben trasladarse al Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4, utilizando materiales resistentes que garanticen la protección de dichos bienes durante el transporte y almacenaje, cumpliendo como mínimo los siguientes estándares de calidad.

- ✓ ISO 780 y 7000: La Organización Internacional de Estandarización (ISO), establece el uso de simbología para marcar los empaques, embalajes y las instrucciones a seguir para su manipulación.
- ✓ Norma ISO 3394: Hace referencia a las dimensiones de las cajas master, pallets y de las cargas paletizadas. Las dimensiones externas deben corresponder a una medida de 60 cm x 40 cm; y conforme al modo de transporte seleccionado, los pallets deben tener las siguientes dimensiones: para transporte aéreo, 120 cm x 80 cm; y para transporte marítimo, 120 cm x 100 cm.
- ✓ ISO 14000: Normas ambientales sobre residuos sólidos generados por los empaques. Los paquetes embalados deberán presentar como información de identificación del número de contrato u orden de compra, nombre del EESS de destino, información de identificación proporcionada por la Entidad e información adicional relevante conforme los usos del comercio de bienes. Durante el traslado del bien, el embalaje deberá ser lo suficientemente resistente como para soportar el manejo brusco, exposición a temperaturas extremas, precipitaciones fluviales o almacenaje al aire libre. El proveedor no tendrá derecho a la devolución de los materiales de embalaje.

Todos los bienes entregados a los Establecimientos de salud deberán presentar adherido a una parte visible y externa una placa con la siguiente información:

	Proceso de Selección N°:
	Contrato /Orden de Compra N°:
	Nombre del Bien:
	Razón social del Proveedor:
	Correo electrónico:
	Teléfono:
	Fecha de entrega (mes, año):
	Tiempo de garantía:

El material de la placa podrá ser: metal, plástico adhesivo resistente o material similar y debe estar firmemente adherida al cuerpo del bien, de preferencia remachada cuidando de no ocasionar daños al bien ni a los usuarios durante su manipulación o uso. En el caso que la placa no pueda ser adherida al bien, el proveedor deberá sustentarlo.

4.1.10 Almacenaje

- El proveedor almacenará en sus depósitos el equipamiento hospitalario hasta su traslado a la obra para su posterior distribución.
- El almacenaje debe realizarse en un espacio protegido con control de humedad y de temperatura adecuado, que cumpla lo estipulado por normatividad de la DIGEMID/MINSA.
- El equipamiento hospitalario deberá estar embalado y protegido durante su almacenaje.
- El almacenaje del equipamiento biomédicos y otros equipamientos deberán cumplir los requisitos de Buenas Prácticas de Almacenamiento, según resolución establecida por el MINSA.
- Este almacenamiento previo al traslado a obra, y a su instalación no representará un costo adicional al contrato.

4.1.11 Soporte técnico, según corresponda.

Disponibilidad de servicios y repuestos

El proveedor debe entregar al PCRIS los Costos Unitarios de los Componentes, Repuestos y Accesorios principales de los Equipos instalados, en el plazo establecido en el Numeral 5 Lugar y Plazos, del presente documento (Formato N° 14) llenada y firmada por el representante de la empresa.

Asimismo, debe entregar el documento de compromiso de suministro de insumos, repuestos y accesorios (Formato N° 16) llenada y firmada por el representante de la empresa.

Actualización Tecnológica

El proveedor, durante el periodo de la garantía del equipo y sin costo adicional para la Entidad, debe realizar las actualizaciones (Upgrade) de los softwares instalados en el equipo, siempre que el fabricante haya implementado nueva(s) actualización(es); para tal fin, a solicitud de la ENTIDAD o por iniciativa propia el proveedor realizará las actividades correspondientes en coordinación con el usuario del equipo y la oficina de mantenimiento o quien hace sus veces en el EESS.

4.1.12 Capacitación y/o entrenamiento, según corresponda.

Algunos de los equipos indicados en el numeral 4, requieren el servicio de capacitación a usuario (al personal asistencial), cada capacitación tiene una duración mínima de horas lectivas de acuerdo con lo indicado en el citado numeral. El especialista designado por el proveedor debe impartir la capacitación de manera presencial en el Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4 y será realizada posteriormente a la entrega e instalación del equipo, dentro del cronograma estipulado en el Plan de Trabajo.

Contenido Mínimo de la Capacitación a Usuario

- Principios de Funcionamiento y operación del equipo.
- Reconocimiento y empleo de los accesorios y componentes del equipo.
- Práctica dirigida del empleo de los equipos, con reconocimiento de todos los componentes.
- Uso adecuado de accesorios de calibración de ser el caso (si lo indica el manual del bien), para el correcto funcionamiento del equipamiento.
- Seguridad de los equipos.
- Análisis y solución de fallas o eventos adversos comunes.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

La conformidad de la capacitación se realiza mediante la suscripción del Formato de Capacitación (Formatos N° 05 TOMO 25 FOLIO 4310) y está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos:

- ✓ Cumplimiento del Compromiso de Capacitación de Correcto manejo, operación, funcionamiento, cuidado y conservación básica del equipo (Formato N° 3B TOMO 25 FOLIO 4317).
- ✓ La suscripción del Certificado de Capacitación (Formato N° 06 TOMO 25 FOLIO 4309).

Finalizada la capacitación, el proveedor debe entregar el correspondiente "Certificado de Capacitación" al personal que formó parte de la citada capacitación.

Contenido Mínimo de la Capacitación a nivel técnico

- Presentación y orientación en el Manejo de equipamiento
- Auto test necesario para el funcionamiento para equipos de ser el caso (si lo indica el manual de equipamiento).
- Reconocimiento y empleo de accesorios y componentes de equipo.
- Uso de herramientas dedicadas al servicio técnico de equipo.
- Actividades de mantenimiento preventivo del equipo.
- Uso de insumos de limpieza exigidas por el fabricante para la conservación de equipo
- Detección de fallas y código de errores del equipo
- Manejo de los instrumentos y/o accesorios para calibración del equipo que lo requieran.
- Seguridad eléctrica de los equipos y de los usuarios del equipo.
- Cambio de repuestos de alta rotación en equipo
- Cambio de fusibles y elementos de seguridad de equipo

La conformidad de la capacitación se realiza mediante la suscripción del Formato de Capacitación (Formatos N° 05 TOMO 25 FOLIO 4310) y está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos:

- ✓ Cumplimiento del Compromiso de Capacitación Especializada en Servicio Técnico de Mantenimiento y Reparación (Formato N° 4B TOMO 25 FOLIO 4313).
- ✓ La suscripción del Certificado de Capacitación (Formato N° 06 TOMO 25 FOLIO 4309).

Finalizada la capacitación, el proveedor debe entregar el correspondiente "Certificado de Capacitación" al personal que formó parte de la citada capacitación.

5. LUGAR Y PLAZOS DE EJECUCIÓN

LUGAR DE ENTREGA

El proveedor será responsable de los gastos de desaduanaje, transporte, fletes, seguros y todo lo que corresponda dentro de sus alcances, de tal forma que permita un óptimo transporte del equipamiento hacia su destino final, el Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4.

El proveedor debe acreditar el internamiento de los bienes y sus componentes en los EESS de destino dentro del plazo establecido en su Plan de Trabajo registrando la fecha del internamiento en la Guía de Remisión firmada por el responsable de PCRIS, Contratista Principal y Supervisión.

El proveedor es el único responsable de que la entrega de los bienes se lleve a cabo de manera satisfactoria pudiendo transferir esta responsabilidad a terceros (subcontratistas, especialistas,



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

etc.). Por tanto, debe tomar las medidas preventivas necesarias para su adecuado traslado y descarga (por ejemplo: contratar seguros, servicios de carga y descarga, entre otros).

El costo de traslado de los bienes desde su lugar de origen hasta el EESS de destino final será cubierto íntegramente por el proveedor. En este sentido, antes de la presentación de su propuesta y de estimarlo conveniente, el proveedor puede realizar visitas in situ al Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4, con la finalidad de evaluar y determinar correctamente los costos de instalación y transporte de los bienes. Para tal fin, el proveedor, mediante correo electrónico dirigido al responsable del PCRIS indicando los Nombres y Apellidos del personal que efectuará la visita adjuntando copia del DNI, con un plazo de dos (02) días de anticipación previo a la fecha de la visita.

PLAZOS DE ENTREGA

El plazo de entrega será de hasta 80 días para el cumplimiento total de los equipamientos es como se detalla en el Cuadro N° 01, el cual incluye la recepción de estos que incluyen la entrega de dossier, capacitación y protocolos, sin embargo, el proveedor deberá confirmar en su propuesta el plazo necesario para la culminación de sus trabajos. El plazo de ejecución inicia al día siguiente de la firma de contrato.

Se precisa que para iniciar las actividades del ÍTEM 2 (cuadro N° 01), se debe contar expresamente con la conformidad del área usuaria respecto del ÍTEM 1.

Las actividades de entrega pueden presentar actualizaciones debidamente sustentadas en su orden y plazos, **mas no el plazo total de ejecución.**

Cuadro N° 01

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE ENTREGA (Días calendario)
1	- Internamiento, verificación integral del equipamiento, componentes y/o accesorios en las Instalaciones del Proyecto. - Entrega por sets del instrumental adjudicado. - Pruebas de Funcionalidad.	90
2	- Firma de Acta de Conformidad y Formatos Técnicos de la Recepción. - Entrega de la Documentación Técnica y Dossier de Calidad; Cierre comercial.	30
	Total, de días calendario	120

N°	TIPO	CODIGO	DENOMINACION	CANT
1	MA	M-164	CONTENEDOR RODABLE PARA RESIDUOS SOLIDOS	8
2	MA	M-53	PARIHUELAS PARA DEPÓSITO	2
3	MA	M-120	CARRO PARA EL TRANSPORTE PESADO	1
4	MA	M-96	MESA METÁLICA DE NOCHE	36
5	MA	M-34	SILLA DE MADERA PARA NIÑOS	16
6	MA	M-17	BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO	27
7	MA	M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	125
8	MA	M-13	CILINDRO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN	14
9	MA	M-8	ESTANTERÍA METÁLICA DE ÁNGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO 05 ANAQUELES	34
10	MA	M-160a	ESTANTERÍA DOBLE PARA HISTORIAS CLÍNICAS	2



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

N°	TIPO	CODIGO	DENOMINACION	CANT
11	MA	M-15	PAPELERA METÁLICA DE PISO	123
12	MA	M-1	ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS	29
13	MA	M-2	ARMARIO METÁLICO DE 2 PUERTAS	25
14	MA	M-3	ARMARIO METÁLICO DE UN CUERPO Y DOS COMPARTIMIENTOS	30
15	MA	M-18a	BUTACA METALICA DE 2 CUERPOS	12
16	MA	M-18	BUTACA METÁLICA DE 3 CUERPOS	105
17	MA	M-16	BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO	23
18	MA	M-113	CARRO PARA ÚTILES DE LIMPIEZA	18
19	MA	M-6	ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 PASOS	40
20	MA	M-21	ESCRITORIO EJECUTIVO	2
21	MA	M-22	ESCRITORIO ESTÁNDAR	97
22	MA	M-147	MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO DE DVD/CD Y HD	2
23	MA	M-160	ESTANTERÍA PARA HISTORIAS CLÍNICAS	4
24	MA	M-25	MESA AUXILIAR PARA OFICINA	26
25	MA	M-26	MESA DE TRABAJO PARA TALLER	3
26	MA	M-123	MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONAS	6
27	MA	M-30	MESA METÁLICA DE CENTRO	5
28	MA	M-29a	MESA DE REUNIONES CON BASE CENTRAL Y CAJA DE CONEXIONES	1
29	MA	M-29	MESA DE REUNIONES DE 90 X 180 CM CON BASE CENTRAL Y CAJA DE CONEXIONES	5
30	MA	M-31	MESA METÁLICA ESQUINERA	2
31	MA	M-28	MESA DE MADERA PARA NIÑOS	4
32	MA	T-53	ECRAN DE PARED ENROLLABLE	1
33	MA	M-9	PERCHA METÁLICA DE PARED 4 GANCHOS	134
34	MA	M-33	PIZARRA ACRÍLICA DE 150 X 100 CM PARA ADOSAR EN PARED	8
35	MA	M-33a	PIZARRA ACRÍLICA DE 150 x 100 CM. RODABLE	3
36	MA	M-36	SILLA METÁLICA APILABLE	206
37	MA	M-38	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS	141
38	MA	M-37	SILLA METÁLICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE	11
39	MA	M-40	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO ALTO	48
40	MA	M-45	SILLÓN METÁLICO SEMICONFORTABLE SIN PORTA BRAZOS 3 CUERPOS	5
41	MA	M-44	SILLÓN METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 2 CUERPOS	4
42	MA	M-42	SILLÓN CONFORTABLE RECLINABLE PARA REPOSO	38
43	MA	M-43	SILLÓN METÁLICO SEMICONFORTABLE CON PORTABRAZOS UNIPERSONAL	2
44	MA	M-11	VITRINA METÁLICA PARA LIBROS	3
45	MA	M-10	VITRINA METÁLICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO	19
46	MC	E-127	JUEGO DE 03 LAVATORIOS DE 5, 8 Y 12 LITROS	1
47	MC	M-72	BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CUERPOS	31
48	MC	M-75	CAMA CLINICA RODABLE PARA ADULTOS	30
49	MC	M-76	CAMA CLINICA RODABLE PARA NIÑOS ESCOLARES	2
50	MC	M-80	CAMILLA METÁLICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	4
51	MC	M-67	CARRO PARA TRANSPORTE DE DOSIS UNITARIA	4
52	MC	M-83	COCHE METÁLICO DE CURACIONES RODABLE	2
53	MC	M-156	COCHE DE TRANSPORTE DE MATERIAL QUIRÚRGICO	3
54	MC	M-111	COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	6
55	MC	M-121	COCHE REPARTIDOR DE ALIMENTOS EN BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE	2
56	MC	M-58	CARRO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL ESTÉRIL	4
57	MC	M-84	COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA	2
58	MC	M-81	CARRO METÁLICO FICHERO PARA 20 PORTA HISTORIAS CLÍNICAS	5
59	MC	M-122	COCHE TÉRMICO TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS	1
60	MC	M-85	CUNA ACRÍLICA CON BASE METÁLICA RODABLE	12
61	MC	M-61	ESCALINATA EN ACERO INOXIDABLE PARA SALA DE OPERACIONES	1



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo”

N°	TIPO	CODIGO	DENOMINACION	CANT
62	MC	M-86	ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS	2
63	MC	M-87	ESCALINATA METÁLICA 1 PELDAÑO	65
64	MC	M-88	MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES	22
65	MC	M-68	MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES GINECO OBSTÉTRICOS	7
66	MC	M-90	MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO	10
67	MC	M-95	MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO	3
68	MC	M-69	MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO GINECO-OBSTÉTRICO	1
69	MC	M-97	MESA METÁLICA PARA EXÁMENES Y CAMBIAR PAÑALES	2
70	MC	M-99	MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO	5
71	MC	M-91	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	64
72	MC	M-159	MESA DE USO MÚLTIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 90 X 45 CM.	1
73	MC	M-148	MESA METÁLICA RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS, 2 TABLEROS CON BARANDAS 65X45X84 CM	4
74	MC	M-89	MESA ANGULAR DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL	2
75	MC	M-117	PORTABOLSA METÁLICA RODABLE, CON BOLSA DE LONA	7
76	MC	M-102	PORTA CHATAS Y PAPAGAYOS DE PARED	4
77	MC	M-103	PORTA LAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON GABINETES	2
78	MC	M-116	PORTA LAVATORIO DOBLE METÁLICO RODABLE INC. LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE	12
79	MC	M-105	PORTASUERO METÁLICO RODABLE	45
80	MC	M-106	SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR	5
81	MC	M-107	SILLA DE RUEDAS, PEDIÁTRICA	1
82	MC	M-109	SILLA ESPECIAL PARA TOMA DE MUESTRAS	1
83	MC	M-126	SILLÓN PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA	1
84	MC	M-127	SILLÓN PARA TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGÍA	1
85	MC	M-152	SILLA DE PARTOS MULTIFUNCIONAL	4
86	MC	M-64	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS	27
87	MC	M-55	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL ESTÉRIL DE UN CUERPO	33
88	MC	M-115	PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE	21
89	MC	M-59	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 03 DIVISIONES	8
90	MC	M-60c	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES Y PUERTAS	2
91	MC	M-114	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	129
92	MC	M-100	PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y VENTANA ABATIBLE ACCIONAMIENTO A PEDAL	6
93	MC	M-101	PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILÍNDRICA	16
94	MC	M-62	RACK MÓVIL PARA CAJAS E INSTRUMENTAL	3
95	MC	M-63	RACK MÓVIL PARA CESTAS	1
96	MC	M-57	ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL DENTAL DE 2 CUERPOS	3
97	MC	M-5	ARMARIO PARA COLGAR ENDOSCOPIOS	3
98	MC	M-112	CARRO PARA EL TRANSPORTE DE DESECHOS	3
99	MC	M-60	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES	115
100	MC	M-94a	MESA ACANALADA	1
101	MC	M-124	MESA RODABLE PARA ALIMENTOS	30
102	MC	M-94	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.40 X 0.70 M	19
103	MC	M-98	MESA METÁLICA DE USO MÚLTIPLE DE 90 X 45 CM	11



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

N°	TIPO	CODIGO	DENOMINACION	CANT
104	MC	M-49	TABURETE METÁLICO RODABLE CON ASIENTO GIRATORIO	3
105	MC	M-162	TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE CON RESPALDO	3
106	MC	M-47	TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE CON RESPALDO	44
				2312

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

El proveedor deberá ser una persona jurídica o una APCA¹, siendo recomendable en ese caso, un número máximo de consorciados de tres (03).

El proveedor deberá tener amplia experiencia en la dotación, suministro, comercialización y mantenimiento del equipamiento solicitado, el cual se acreditará mediante la facturación de venta.

Requisitos de habilitación del proveedor:

- ✓ Contar con personal calificado para la instalación, protocolos de prueba, capacitación, entrega y mantenimiento del equipamiento.
- ✓ El proveedor deberá ser persona jurídica y contar con registro vigente en el Registro Nacional de Proveedores. El cual será presentado a la suscripción del Contrato.
- ✓ Registro sanitario vigente emitido por la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), que autoriza comercializar. El cual será presentado a la suscripción del Contrato.
- ✓ Tener Registro Único de Contribuyente habilitado. Poseer Código de Cuenta interbancario registrado, lo cual será presentado a la suscripción del Contrato.
- ✓ Declaración Jurada de Reposición de bienes en caso de ser observado indicando el plazo el cual no será mayor a 05 días calendarios. La cual será presentada a la suscripción del Contrato.
- ✓ Descripción de la empresa o brochure, la cual será presentado durante la presentación de Ofertas.
- ✓ Lugar de fabricación y/u origen de los equipamientos, según Formato N°01 Folio 4321 TOMO 25 del Expediente Técnico. el cual será presentado durante la presentación de Ofertas.
- ✓ CV documentado del personal técnico propuesto por la empresa proveedora, el cual será presentado para la suscripción del contrato.
- ✓ Declaración de plazo de garantía contra defectos de fábrica por equipo, el cual será presentado para la suscripción del contrato.
- ✓ Carta de Proveedor que acredite la disponibilidad de repuestos por 05 años, el cual será presentado para la suscripción del contrato.

¹ Asociación en participación, consorcio o asociación.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

- ✓ El PCRIS se reserva el derecho de excluir a proveedores que no acrediten solvencia y capacidad financiera para atender el alcance de la adjudicación.

El proveedor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 02 veces el valor de su oferta económica por el suministro de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde diciembre del 2025.

Se consideran bienes similares a los siguientes: -

- Para el equipamiento Mobiliario clínico, se considera bienes similares al equipamiento Hospitalario (Mobiliario clínico y Mobiliario Administrativo en general) para uso en Hospitales y/o clínicas de nivel I-4 o superior.

- Para el equipamiento Mobiliario Administrativo, se considera bienes similares al equipamiento Hospitalario (Mobiliario clínico y Mobiliario Administrativo en general) para uso en Hospitales y/o clínicas de Nivel I-4 o superior.

Los proyectos como parte de su experiencia deberán estar concluidos y con conformidad de la Entidad contratante.

Asimismo, el proveedor deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- a) El personal profesional del proveedor deberá ser titulado y colegiado, asimismo, deberá demostrar encontrarse hábil para el ejercicio profesional en las especialidades de arquitectura e ingenierías correspondientes, según lo exigen:
 - La Ley Nro. 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros.
 - La Ley Nro. 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros.
 - El Reglamento de la Ley Nro. 28858 / Decreto Supremo Nro. 016-2008-VIVIENDA
 - El Estatuto del Colegio de Arquitectos del Perú. - El Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú.
 - La Norma G.030 'Derechos y Responsabilidades, del Reglamento Nacional de Edificaciones'.
 - La Ley N° 28966 que complementan el marco legal vigente referido al Ejercicio Profesional del Arquitecto.
 - El Reglamento de la Ley Nro. 28966 / Decreto Supremo Nro. 005-2011-VIVIENDA
- b) El proveedor deberá proporcionar a cada uno de su personal técnico un correo electrónico con dominio propio con capacidad para recibir y enviar información.
- c) El proveedor deberá garantizar una comunicación ilimitada con personal de la Supervisión y la Entidad.
- d) El proveedor podrá efectuar reemplazos entre su personal profesional por motivos de fuerza mayor, no obstante, requerirá de la aprobación que le otorgará el PCRIS para formalizar dicho reemplazo. La notificación y solicitud de reemplazo deberá ser efectuada por el proveedor dentro de los tres (03) días calendario siguiente al hecho que lo motiva.

El personal profesional reemplazante deberá reunir el perfil mínimo requerido en el presente documento (nivel similar o mayor). Tales cambios no irrogarán gasto adicional a la Entidad.

- e) La Entidad, en cualquier momento, podrá exigir el reemplazo del personal del proveedor, cuando lo considere conveniente al beneficio del contrato. El proveedor no podrá negarse a ejecutar dicho reemplazo.

El proveedor deberá contar con el siguiente personal técnico mínimo:

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

Tabla N°01: Requerimiento de Personal Técnico

PUESTO	REQUISITOS
Responsable de Equipamiento	Ingeniero Electrónico, Biomédico y/o de carreras afines con especialidad en Ingeniería Biomédica o Equipamiento médico, Colegiado y habilitado, con al menos dos (02) años de experiencia en puestos gerenciales, director, gestor o especialista en proyectos de Equipamiento Hospitalario nivel I-4 o superior en establecimientos de salud públicos o privados, con desarrollo y capacidades de gestión con conocimientos en áreas administrativas, evaluación, mantenimiento o implementación de equipamiento hospitalario en establecimientos de salud públicos o privados, quien se encargará de las coordinaciones, toma de decisiones y gestiones correspondientes a la partida adjudicada.
Responsable de Calidad	Ingeniero Electrónico, Biomédico y/o de carreras a fines con especialidad en Ingeniería Biomédica o Equipamiento médico, Colegiado y habilitado con dos (02) años de experiencia en obras de establecimientos de salud afines a la especialidad de Equipamiento Hospitalario, quien se encargará del armado de los sustentos de los equipos (brochure, Especificaciones Técnicas, dossier de calidad por cada ítem del equipamiento adquirido y demás documentación), control de pruebas y obtención de resultados.

- f) La experiencia de los profesionales requeridos se computará desde la fecha de su colegiatura, a los bachilleres se le computará desde la obtención del grado de bachiller.
- Todo el personal detallado anteriormente deberá ser aprobado por Componente 2 (CC2) del Programa, previo a la suscripción de Contrato.
 - Consideraciones generales para el personal técnico, documentaria que acredite lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas, documentación a presentar (aplíquese según sea el caso):
 - ✓ CV actualizado.
 - ✓ Certificados de trabajo.
 - ✓ Colegiatura vigente para personal titulado en Perú.
 - ✓ Certificado de capacitaciones (indicar horas lectivas).
 - ✓ Experiencia a partir de la colegiatura.
 - ✓ Cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento.
- g) Este requerimiento no será limitante, EL PROVEEDOR podrá considerar en la presentación de sus documentos para contrato una cantidad mayor de profesionales necesarios e idóneos para garantizar el correcto control del suministro de los equipos, garantizar el avance en los plazos propuestos, la calidad de los productos, la seguridad de sus trabajadores, y todo aquello que permita el éxito de la adquisición del equipamiento contratado.

7. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Los pagos por el suministro e instalación del equipamiento hospitalario integral, ya sea adjudicado por ítems o por lotes, se realizarán de acuerdo con los hitos siguientes:

LISTA DE ACTIVIDADES			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE ENTREGA (Días Calendario)	% DE PAGO
1	- Internamiento, verificación integral del equipamiento, componentes y/o accesorios en las Instalaciones del Proyecto. - Entrega por sets del instrumental adjudicado. - Pruebas de Funcionalidad.	90	60%
2	- Firma de Acta de Conformidad y Formatos Técnicos de la Recepción. - Entrega de la Documentación Técnica y Dossier de Calidad; Cierre comercial.	30	40%
TOTAL		120	100%

En caso solicite anticipo, la forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:

Anticipo: El proveedor podrá solicitar un anticipo de hasta el treinta por ciento (30%) del precio total del Contrato que se pagará dentro de los quince (15) días calendarios, luego de que el proveedor presente una solicitud formal. Dicha solicitud debe ser presentada dentro de los veinte (20) días calendario de suscrito el contrato.

La solicitud debe contener:

Garantía Bancaria (Carta Fianza) por idéntico monto al solicitado como anticipo, la cual debe estar vigente por el plazo que cubra la amortización el anticipo otorgado, emitida por una institución bancaria autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y con corresponsalía en el Perú a favor de la Unidad Ejecutora con las condiciones de solidaria, incondicional, irrevocable, de realización automática a solo requerimiento del Contratante.

Comprobante de pago. En el caso que el proveedor solicite anticipo, la amortización del anticipo se realizará mediante descuento en proporciones iguales de los pagos correspondientes.

El/los pagos se realizarán/n solo cuando el proveedor contratado haya cumplido/completado una o más actividades de la lista de actividades (ver cuadro arriba).

La Lista de Actividades no se puede utilizar para determinar el alcance del presente documento, solo se utiliza para determinar los pagos al PROVEEDOR GANADOR por el alcance acordado.

Asimismo, los pagos de los ítems de la lista de actividades deberán estar acompañados de los documentos que acrediten el cumplimiento de obligaciones laborales de ley y otros que el proveedor considere.

El proveedor presentará el Cronograma Gantt (incluyendo hitos), la estructura de desglose del trabajo (WBS) y la estructura de costos (CBS), en un plazo máximo de siete (07) días después de suscrito el contrato y serán actualizados mensualmente.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

Los informes y reportes de medición de desempeño semanal y mensual, según formato alcanzado por el proveedor.

La entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del proveedor dentro de los quince (15) días calendario siguientes de los pagos de los ítems de las actividades, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato y/ o orden de compra.

8. CONFORMIDAD

Para los pagos de los ítems 1 y 2 de la lista de actividades, la conformidad de recepción de los bienes será otorgada por la Coordinación del Componente 2, previa a la presentación del Formato A respectivo del Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4. El Acta de Conformidad de Recepción debe ser suscrita por el PCRIS, el Supervisor, el Contratista Principal y el Proveedor (Formato A TOMO 25 FOLIO 4325).

La Conformidad de la recepción, montaje/instalación y prueba operativa de los bienes está sujeta al cumplimiento de las siguientes acciones conforme lo señala el *Numeral 4* del presente documento (de corresponder, capacitación a nivel usuario y/o técnico) y a la entrega de la siguiente documentación mínima (Formato A TOMO 25 FOLIO 4325):

1. Cumplimiento de especificaciones técnicas según el detalle de las especificaciones técnicas presentadas en la propuesta del Contratista, así como las condiciones señaladas en el expediente de Equipamiento.
2. Integridad física y estado de conservación óptimo de los equipos médicos.
3. Instalación y prueba operativa del equipo, teniendo en consideración el protocolo de pruebas (Formato 2A y 2B) (De Corresponder).
4. Perfecto estado de funcionamiento de cada equipo, incluyendo todos los accesorios necesarios para su instalación.
5. Cada uno de los equipos médicos tiene una placa de metal, de preferencia remachada, con el nombre del equipo, la razón social y el teléfono del Contratista y fecha de instalación (mes y año). (según indique el expediente técnico)
6. Entrega de 01 juego de Manuales (Operación y Servicio Técnico) por cada equipo (Según Corresponda).
7. Entrega de un Certificado de Garantía de [tiempo indicado de acuerdo con el Anexo 6 Cuadro de garantía, mantenimiento y capacitación (que rige a partir de la fecha del acta de conformidad) por cada equipo médico.
8. Entrega de la ficha técnica correspondiente donde se sustente cada uno de los requerimientos de las especificaciones técnicas de cada equipo. Formato 1.
9. Programa de Capacitación en el Correcto Manejo, Operación Funcional, Cuidado y Conservación Básica del Equipo, aprobado por el Hospital. Formato 3a, de acuerdo con el Anexo 6 cuadro de garantía, mantenimiento y capacitación. (según indique el expediente técnico) (Según Corresponda).
10. Compromiso de Capacitación en el Correcto Manejo, Operación Funcional, Cuidado y Conservación Básica del Equipo, aprobado por el Hospital. Formato 3B, de acuerdo con el Anexo 6 cuadro de garantía, mantenimiento y capacitación. (según indique el expediente técnico) (Según Corresponda).
11. Programa de Capacitación especializada en Servicio Técnico de Mantenimiento y Reparación del Equipo, aprobado por la Jefatura de Equipamiento y Mantenimiento. Formato 4a, de acuerdo con el Anexo 6 cuadro de garantía, mantenimiento y capacitación. (según corresponda) (Según Corresponda).
12. Compromiso de Capacitación especializada en Servicio Técnico de Mantenimiento y Reparación del Equipo. Formato 4B, de acuerdo con el Anexo 6 cuadro de garantía, mantenimiento y capacitación. (según indique el expediente técnico) (Según Corresponda).
13. Entrega de Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, de acuerdo con el punto 1.3 Reglamentos técnicos del Anexo 8 consideraciones técnicas para la adquisición de equipos hospitalarios (Según Corresponda).
14. Entrega de los costos unitarios de los componentes, repuestos, accesorios e insumos del equipo instalado. Formato 14 (Según Corresponda).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

El Acta de Conformidad de Recepción, Instalación y Prueba Operativa de Equipos será suscrita por el PCRIS, el Supervisor (de ser el caso) y el Proveedor, cuando se cumplan las condiciones descritas en el numeral 4 del presente documento. De incumplirse alguno de los puntos mencionados no se suscribirá dicha acta y se formulará la(s) observación(es) que tuviere(n) lugar, mediante la firma de un acta de observaciones que deberá ser suscrita por los actores mencionados en líneas precedentes.

El Proveedor debe remitir al PCRIS un juego original del Acta de Conformidad suscrito por todos los miembros mencionados en el párrafo anterior y demás documentos establecidos en el contrato para el trámite de pago correspondiente.

La suscripción del Acta de conformidad de recepción no invalida el reclamo posterior por parte del Cliente por vicios ocultos, inadecuada verificación de las especificaciones técnicas o defectos del bien que no pudieron ser identificadas durante la recepción y que conlleven a la paralización, daño o deterioro del bien.

Los plazos por cumplir y los formatos que el proveedor debe presentar al PCRIS para iniciar el proceso de entrega y montaje del bien se detallan en el numeral 5 – Lugar de entrega y Plazos de ejecución del presente documento.

La conformidad final será otorgada por:

- Responsable del Componente 2 (CC2) del Programa

En caso haya observaciones en el suministro (calidad, cantidad o producto defectuoso), el proveedor deberá levantar las observaciones en un plazo no mayor a siete (07) días calendario, contados desde el día siguiente de notificada las observaciones.

9. PENALIDAD

Si el PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el PCRIS le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto de la prestación} \\ \text{demorada}}{F \times \text{plazo en días calendarios}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el PROVEEDOR acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte del PCRIS no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

10. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y SUBCONTRATACIÓN

El Proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes y servicios ofertados, por un plazo mínimo de 02 años, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

**11.DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN**

El PROVEEDOR acepta que en la medida de que la prestación es por encargo, y el costo es asumido por el PCRIS; todo producto o materiales (impresos, estudios, informes, gráficos, programas, software de computación u otros), que se genere por la prestación, es de propiedad del PCRIS, no constituyéndose títulos de propiedad, derechos de autor y otro tipo de derechos para el PROVEEDOR; el mismo que a mérito de los presente documento, cede en forma exclusiva y gratuita, sin generar retribución adicional a lo estipulado en el presente documento.

Asimismo, durante la vigencia de la prestación y dentro de los dos (2) años siguientes a su término, el PROVEEDOR no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad del PCRIS relacionada con la prestación, con el contrato que se genere o las actividades u operaciones del PCRIS. Toda la información a la que el PROVEEDOR tuviere acceso, durante o después de la ejecución de la prestación, tendrán carácter confidencial, quedando expresamente prohibido su divulgación a terceros por parte del PROVEEDOR, a menos que el PCRIS otorgue mediante pronunciamiento escrito la autorización correspondiente.

12.CONFLICTO DE INTERÉS, ELEGIBILIDAD Y PRÁCTICAS PROHIBIDAS

Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la contratación, los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés, las condiciones de elegibilidad y las acciones que constituyen prácticas prohibidas establecidas en las **Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15**, (párr. 1.16 - 1.17), las cuales podrán ser consultadas en el enlace:

<https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1132444900-23307>

13.ANEXOS**- ANEXO 1**

EXPEDIENTE TÉCNICO CENTRO MATERNO INFANTIL SANTA ROSA I-4 TOMO 25
DEL FOLIO 4516 AL 3772

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES (FOLIOS 3772 AL 4271)

TIPO	DESCRIPCIÓN	FOLIO	
MC	Mobiliario Clínico	3784	3844
MA	Mobiliario Administrativo	3845	3857
MA	Mobiliario Administrativo	4015	4046

- ANEXO 8

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS HOSPITALARIOS
(4346 AL 4306)

- LISTADO DEL EQUIPAMIENTO A CONTRATAR (MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO CLÍNICO)

EQUIPAMIENTO: MOBILIARIO ADMINISTRATIVO			
TIPO	COD.	CANT.	DENOMINACIÓN DE EQUIPO
MA	M-1	29	ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS
MA	M-10	19	VITRINA METÁLICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

EQUIPAMIENTO: MOBILIARIO ADMINISTRATIVO			
TIPO	COD.	CANT.	DENOMINACIÓN DE EQUIPO
MA	M-11	3	VITRINA METÁLICA PARA LIBROS
MA	M-113	18	CARRO PARA ÚTILES DE LIMPIEZA
MA	M-120	1	CARRO PARA EL TRANSPORTE PESADO
MA	M-123	6	MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONAS
MA	M-13	14	CILINDRO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN
MA	M-14	125	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE
MA	M-147	2	MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO DE DVD/CD Y HD
MA	M-15	123	PAPELERA METÁLICA DE PISO
MA	M-16	23	BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO
MA	M-160	4	ESTANTERÍA PARA HISTORIAS CLÍNICAS
MA	M-160a	2	ESTANTERÍA DOBLE PARA HISTORIAS CLÍNICAS
MA	M-164	8	CONTENEDOR RODABLE PARA RESIDUOS SOLIDOS
MA	M-17	27	BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO
MA	M-18	106	BUTACA METÁLICA DE 3 CUERPOS
MA	M-18a	12	BUTACA METÁLICA DE 2 CUERPOS
MA	M-2	25	ARMARIO METÁLICO DE 2 PUERTAS
MA	M-21	2	ESCRITORIO EJECUTIVO
MA	M-22	97	ESCRITORIO ESTÁNDAR
MA	M-25	26	MESA AUXILIAR PARA OFICINA
MA	M-26	3	MESA DE TRABAJO PARA TALLER
MA	M-28	4	MESA DE MADERA PARA NIÑOS
MA	M-29	5	MESA DE REUNIONES DE 90 X 180 CM CON BASE CENTRAL Y CAJA DE CONEXIONES
MA	M-29a	1	MESA DE REUNIONES CON BASE CENTRAL Y CAJA DE CONEXIONES
MA	M-3	30	ARMARIO METÁLICO DE UN CUERPO Y DOS COMPARTIMIENTOS
MA	M-30	5	MESA METÁLICA DE CENTRO
MA	M-31	2	MESA METÁLICA ESQUINERA
MA	M-33	8	PIZARRA ACRÍLICA DE 150 X 100 CM PARA ADOSAR EN PARED
MA	M-33a	3	PIZARRA ACRÍLICA DE 150 x 100 CM. RODABLE
MA	M-34	16	SILLA DE MADERA PARA NIÑOS
MA	M-36	206	SILLA METÁLICA APILABLE
MA	M-37	11	SILLA METÁLICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE
MA	M-38	141	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS
MA	M-40	48	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO ALTO
MA	M-42	38	SILLÓN CONFORTABLE RECLINABLE PARA REPOSO
MA	M-43	2	SILLÓN METÁLICO SEMICONFORTABLE CON PORTABRAZOS UNIPERSONAL
MA	M-44	4	SILLÓN METÁLICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 2 CUERPOS
MA	M-45	5	SILLÓN METÁLICO SEMICONFORTABLE SIN PORTA BRAZOS 3 CUERPOS
MA	M-53	2	PARIHUELAS PARA DEPÓSITO
MA	M-6	40	ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 PASOS
MA	M-8	34	ESTANTERÍA METÁLICA DE ÁNGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO 05 ANAQUELES
MA	M-9	134	PERCHA METÁLICA DE PARED 4 GANCHOS
MA	M-96	36	MESA METÁLICA DE -CHE
MA	T-53	1	ECRAN DE PARED ENROLLABLE



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

MOBILIARIO CLÍNICO			
TIPO	COD.	CANT.	DENOMINACIÓN DE EQUIPO
MC	E-127	1	JUEGO DE 03 LAVATORIOS DE 5, 8 Y 12 LITROS
MC	M-100	6	PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y VENTANA ABATIBLE ACCIONAMIENTO A PEDAL
MC	M-101	16	PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILÍNDRICA
MC	M-102	4	PORTA CHATAS Y PAPAGAYOS DE PARED
MC	M-103	2	PORTA LAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON GABINETES
MC	M-105	45	PORTASUERO METÁLICO RODABLE
MC	M-106	5	SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR
MC	M-107	1	SILLA DE RUEDAS, PEDIÁTRICA
MC	M-109	1	SILLA ESPECIAL PARA TOMA DE MUESTRAS
MC	M-111	6	COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA
MC	M-112	3	CARRO PARA EL TRANSPORTE DE DESECHOS
MC	M-114	129	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL
MC	M-115	21	PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE
MC	M-116	12	PORTA LAVATORIO DOBLE METÁLICO RODABLE INC. LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE
MC	M-117	7	PORTABOLSA METÁLICA RODABLE, CON BOLSA DE LONA
MC	M-121	2	COCHE REPARTIDOR DE ALIMENTOS EN BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE
MC	M-122	1	COCHE TÉRMICO TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS
MC	M-124	30	MESA RODABLE PARA ALIMENTOS
MC	M-126	1	SILLÓN PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA
MC	M-127	1	SILLÓN PARA TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGÍA
MC	M-148	4	MESA METÁLICA RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS, 2 TABLEROS CON BARANDAS 65X45X84 CM
MC	M-152	4	SILLA DE PARTOS MULTIFUNCIONAL
MC	M-156	3	COCHE DE TRANSPORTE DE MATERIAL QUIRÚRGICO
MC	M-159	1	MESA DE USO MÚLTIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 90 X 45 CM.
MC	M-162	3	TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE CON RESPALDO
MC	M-47	44	TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE
MC	M-49	3	TABURETE METÁLICO RODABLE CON ASIENTO GIRATORIO
MC	M-5	3	ARMARIO PARA COLGAR ENDOSCOPIOS
MC	M-55	33	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL ESTÉRIL DE UN CUERPO
MC	M-57	3	ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL DENTAL DE 2 CUERPOS
MC	M-58	4	CARRO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL ESTÉRIL
MC	M-59	8	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 03 DIVISIONES
MC	M-60	115	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES
MC	M-60c	2	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES Y PUERTAS
MC	M-61	1	ESCALINATA EN ACERO INOXIDABLE PARA SALA DE OPERACIONES
MC	M-62	3	RACK MÓVIL PARA CAJAS E INSTRUMENTAL
MC	M-63	1	RACK MÓVIL PARA CESTAS
MC	M-64	27	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS
MC	M-67	4	CARRO PARA TRANSPORTE DE DOSIS UNITARIA
MC	M-68	7	MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES GINECO OBSTÉTRICOS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

MOBILIARIO CLÍNICO			
TIPO	COD.	CANT.	DENOMINACIÓN DE EQUIPO
MC	M-69	1	MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO GINECO- OBSTÉTRICO
MC	M-72	31	BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CUERPOS
MC	M-75	30	CAMA CLÍNICA RODABLE PARA ADULTOS
MC	M-76	2	CAMA CLÍNICA RODABLE PARA NIÑOS ESCOLARES
MC	M-80	4	CAMILLA METÁLICA SOBRE BASTIDOR RODABLE
MC	M-81	5	CARRO METÁLICO FICHERO PARA 20 PORTA HISTORIAS CLÍNICAS
MC	M-83	2	COCHE METÁLICO DE CURACIONES RODABLE
MC	M-84	2	COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA
MC	M-85	12	CUNA ACRÍLICA CON BASE METÁLICA RODABLE
MC	M-86	2	ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS
MC	M-87	65	ESCALINATA METÁLICA 1 PELDAÑO
MC	M-88	22	MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES
MC	M-89	2	MESA ANGULAR DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL
MC	M-90	10	MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO
MC	M-91	64	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS
MC	M-94	19	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.40 X 0.70 M
MC	M-94a	1	MESA ACANALADA
MC	M-95	3	MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO
MC	M-97	2	MESA METÁLICA PARA EXÁMENES Y CAMBIAR PAÑALES
MC	M-98	11	MESA METÁLICA DE USO MÚLTIPLE DE 90 X 45 CM
MC	M-99	5	MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO

- Se adjunta ENLACE de descarga del expediente técnico Centro Materno Infantil Santa Rosa

https://repositorio.pcris.gob.pe/PUBLICACION/EQUIPAMIENTO_HOSPITALARIO_TOMO_25_DEL_FOLIO_4516_AL_3772.rar



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS	
CODIGO DEL BIEN	M-1	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	ARCHIVADOR METALICO
	A02	FABRICADO EN PLANCHAS LAF 1MM +/- 0.20MM
	A03	ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SECADO Y SELLADO AL HORNO
	A04	TARJETERO: FRENTE CADA GAVETA
	A05	4 CAJONES CON SISTEMA DE CORREDERAS TELESCÓPICAS
	A06	CHAPA DE CIERRE MÚLTIPLE
	A07	TOPES: NIVELADORES DE PVC EN CONTACTO CON EL SUELO
	A08	CON TIRADORES
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A09	FONDO: 610 MM.
	A10	ANCHO: 460 MM.
	A11	ALTURA: 1340 MM.
	A12	INCLUYE LLAVES



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	ARMARIO METÁLICO DE 2 PUERTAS	
CODIGO DEL BIEN	M-2	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	ARMARIO METÁLICO DE 02 PUERTAS
	A02	FABRICADO EN PLANCHAS LAF 1MM +/- 0.20MM
	A03	ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SECADO Y SELLADO AL HORNO
	A04	DOS PUERTAS COMPLETAS CON BISAGRAS, CON TIRADORES
	A05	CUATRO BANDEJAS METÁLICAS REFORZADAS GRADUABLES
	A06	NIVELADORES DE PVC EN CONTACTO CON EL SUELO
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A07	ANCHO : 870 MM.
	A08	FONDO: 400 MM.
	A09	ALTURA : 1800 MM.
	A10	CHAPAS DE SEGURIDAD CON LLAVES



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	ARMARIO METÁLICO DE UN CUERPO Y DOS COMPARTIMIENTOS	
CODIGO DEL BIEN	M-3	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	CUERPO CONSTRUIDO INTEGRAMENTE EN PLANCHA DE ACERO LAMINADA EN FRÍO DE 1 MM. (1/32") DE ESPESOR, PARA CONSEGUIR UNA SÓLIDA ESTRUCTURA.
	A02	EN EL FRENTE, LAS ESQUINAS ESTÁN REFORZADAS CON ÁNGULOS FABRICADOS CON PLANCHA DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 1.2 MM. (1/20") DE ESPESOR.
	A03	DIVIDIDO INTERIORMENTE POR UNA DIVISIÓN HORIZONTAL, QUE FORMAN DOS COMPARTIMIENTOS
	A04	CADA UNO PROVISTO DE TRES GANCHOS COLGARROPA FABRICADOS CON VARILLA DE FIERRO REDONDO DE 6.3 MM. DE DIÁMETRO, TERMINADOS EN PROTECTOR PLÁSTICO, PARA QUE NO OCASIONE ENGANCHES A LAS PRENDAS DEL USUARIO.
	A05	CON UNA PLATINA PORTA CANDADO DE 1" X 1/8" DE ESPESOR. INCLUYE DOS CANDADOS CON DOS LLAVES
	A06	LA BASE LLEVARÁ UNA BANDA PLÁSTICA DE PROTECCIÓN FIRMEMENTE ADHERIDA DE 100 MM. DE ALTURA
	A07	PUERTAS CONSTRUIDAS INTEGRAMENTE EN PLANCHA LAMINADAS EN FRÍO DE 0.8 MM. DE ESPESOR, REFORZADAS CON ESTRUCTURA METÁLICA EN FORMA DE "U".
	A08	PARA SU FÁCIL Y CÓMODO MANIPULEO CADA PUERTA LLEVA UN TIRADOR DE ASA DE ACERO INOXIDABLE APOYADO SOBRE UNA BASE DE PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 70 X 210 MM.
	A09	TANTO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA PUERTA LLEVA LUMBRERAS DE VENTILACIÓN.
	A10	ESTA ESTRUCTURA DESCANSA SOBRE CUATRO PATAS DE TUBO DE 7/8" DIÁMETRO X 1.2 MM. DE ESPESOR, CON REGATÓN DE JEBE DURO.
	DIMENSIONES APROXIMADAS :	
	A11	LARGO : 1900 MM.
	A12	ANCHO : 400 MM.
	A13	ALTURA: : 330 MM.
	A14	CHAPAS DE SEGURIDAD CON LLAVE:
	A15	CERRADURAS CON TAMBOR DE BRONCE CROMADO, CON PINES, CON DOS LLAVES Y CLAVES DISTINTAS.

CARLOS ESPERANZA
INGENIERO DE DISEÑO
INGENIERO ELEC
CIP 58601



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 PASOS	
CODIGO DEL BIEN	M-6	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	ESCALERA DE ALUMINIO, TIPO TIJERA DE 03 PASOS.
	A02	CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO ENDURECIDO Y TEMPLADO, REMACHADAS Y REFORZADAS
	A03	PASOS RASURADOS PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD
	A04	BASE CON REGATONES ANTIDESLIZANTES



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO 05 ANAQUELES	
CODIGO DEL BIEN	M-8	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO 05 ANAQUELES
	A02	PARANTES ESQUINEROS DE 2.0 MM DE ESPESOR
	A03	BANDEJAS EN PLANCH A LAF DE 1.0 MM DE ESPESOR
	A04	CON ESQUINEROS
	A05	CON REGATONES DE PVC EN CONTACTO CON EL SUELO
	A06	ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO
	A07	CON UN SOPORTE DEBAJO DE CADA BANDEJA PARA MAYOR RESISTENCIA
	DIMENSIONES APROXIMADAS :	
	A08	LARGO: 900 MM
	A09	ANCHO: 400 MM
	A10	ALTURA NO MENOR A 2100 MM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	PERCHA METALICA DE PARED 4 GANCHOS	
CODIGO DEL BIEN	M-9	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	FABRICADO INTEGRAMENTE EN PLANCHAS DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 1 MM. DE ESPESOR.
	A02	CUATRO GANCHOS DE VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/16" CON BOLA DE PLÁSTICO.
	A03	FIJADO A LA PARED CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE 3/16 X 1 1/2", EN AMBOS EXTREMOS.
	DIMENSIONES APROXIMADAS	
	A04	ALTURA: 120 MM.
	A05	LARGO: 450 MM.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	VITRINA METÁLICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO	
CODIGO DEL BIEN	M-10	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR PLATA MATE NATURAL
	A02	CANTONERAS REDONDEADAS DE PLASTICO GRIS
	A03	PUERTAS CORREDERAS DE METACRILATO
	A04	FONDO DE CORCHO
	A05	MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR PLATA MATE NATURAL
	A06	CANTONERAS REDONDEADAS DE PLASTICO GRIS
	A07	INCLUYE CERRADURA Y JUEGO DE LLAVES
	DIMENSIONES APROXIMADAS	
	A08	LARGO TOTAL 1200MM
	A09	ESPESOR DE VITRINA 70 MM
	A10	ALTURA TOTAL 1000MM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	VITRINA DE METALICA PARA LIBROS	
CODIGO DEL BIEN	M-11	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	CONSTRUIDA INTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE
	A02	CONSTRUIDA INTEGRAMENTE EN PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0 MM DE ESPESOR.
	A03	GABINETE SUPERIOR CON PUERTA DE MARCO CON VIDRIO DOBLE DE 4 MM, TRANSPARENTE. EN SU INTERIOR LLEVA TRES DIVISIONES HORIZONTALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6 MM. DE ALTURA REGULABLE.
	A04	CAJÓN DE ACERO INOXIDABLE DE FÁCIL DESLIZAMIENTO SOBRE CORREDERAS CON PATINES DE NYLON, Y TOPES DE JEBE.
	A05	GABINETE INFERIOR CON PUERTA DE ACERO INOXIDABLE CONTRAPLACADA Y TABLERO INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE CONTRAPLACADO.
	A06	CERRADURA DE UN GOLPE EN EL CAJÓN Y CON VARILLAS PERPENDICULARES EN LA PUERTA SUPERIOR E INFERIOR, QUE OFRECEN UN CIERRE TOTAL.
	A07	LA VITRINA CON DESCANSO SOBRE UNA BASE CON 04 PATAS DE ACERO INOXIDABLE PERFILADO DE APOYO CUBIERTO CON JEBE DURO TIPO "U".
	A08	TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE EN EL CAJÓN Y PUERTA SUPERIOR E INFERIOR.
	A09	EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y DEBE SER ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A10	LARGO 680 MM
	A11	FONDO 450 MM
	A12	ALTURA 1950 MM.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	CILINDRO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN	
CODIGO DEL BIEN	M-13	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	DE MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD
	A02	RUEDAS DE GOMA RESISTENTE A IMPACTO, DE DIAMETRO 15 CM APROX. O MAYOR
	A03	TAPA ACCIONADO POR PEDAL
	A04	TAPA APERTURA COMPLETA
	A05	EJE DE FIERRO GALVANIZADO MACIZO, SIMILAR O MEJOR MATERIAL
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A06	ANCHO: 48 CM
	A07	FONDO: 56 CM
	A08	ALTURA : 96 CM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	
CODIGO DEL BIEN	M-14	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	CONSTRUIDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, EQUIVALENTE O MEJOR MATERIAL
	A02	DE 25 LITROS DE CAPACIDAD COMO MINIMO
	A03	TAPA CON VENTANA BATIBLE
		DIMENSIONES
	A04	PROFUNDIDAD NO MENOR A 35 CM
	A05	ANCHURA NO MENOR A 25 CM
	A06	ALTURA NO MENOR A 50 CM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	PAPELERA METÁLICA DE PISO	
CODIGO DEL BIEN	M-15	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	PAPELERA METALICA DE PISO
	A02	ESTRUCTURA DE MALLA METALICA RESISTENTE
	A03	CAPACIDAD DE 14 LITROS COMO MINIMO
	DIMENSIONES	
	A04	ALTURA NO MENOR A 27 CM
	A05	DIAMETRO NO MENOR A 24 CM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO	
CODIGO DEL BIEN	M-16	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	ELABORADO EN MADERA RESISTE A HUMEDAD
	A02	ASIENTO DE LISTONES
	A03	CON ESTANTE EN LA PARTE INFERIOR
		DIMENSIONES APROXIMADAS:
	A04	LARGO:600 MM.
	A05	ANCHO:400 MM.
	A06	ALTO:450 MM.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO	
CODIGO DEL BIEN	M-17	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	BANDEJA ORGANIZADORA PARA ESCRITORIO
	A02	DE SOBREMESA
	A03	DE DOS BANDEJAS MOVIBLES ACRILICA O MALLA METALICA



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	BUTACA METÁLICA DE 3 CUERPOS	
CODIGO DEL BIEN	M-18	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	BUTACA DE 3 CUERPOS
	A02	RESPALDAR MEDIANO DE POLIURETANO (PU)
	A03	ASIENTO DE POLIURETANO (PU)
	A04	BASE METAL CROMADO
	A05	4 REGATONES ANTIDESLIZANTES, REGULABLES
	A06	CON PROTECCION UV
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A07	LARGO: 1600 MM.
	A08	PROFUNDIDAD: 600 MM
	A09	ALTURA TOTAL: 800 MM.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	BUTACA METÁLICA DE 2 CUERPOS	
CODIGO DEL BIEN	M-18a	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	BUTACA DE 2 CUERPOS
	A02	RESPALDAR MEDIANO DE POLIURETANO (PU)
	A03	ASIENTO DE POLIURETANO (PU)
	A04	BASE METAL CROMADO
	A05	4 REGATONES ANTIDESLIZANTES, REGULABLES
	A06	CON PROTECCION UV
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A07	LARGO: 1050 MM.
	A08	PROFUNDIDAD: 600 MM.
	A09	ALTURA TOTAL: 800 MM.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MÓBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	ESCRITORIO EJECUTIVO	
CODIGO DEL BIEN	M-21	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	ESCRITORIO EN L. DE OFICINA
	A01	COMPUESTO POR LATERAL CON UN PEDESTAL FIJO DE 1 ESPACIO PAPELERO, 1 CAJÓN DE GUARDADO Y 1 CAJÓN DE ARCHIVO CON CERRADURA, INCLUYE LLAVES.
	A02	FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO DE 18 MM DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE.
	A03	ESTRUCTURA TIPO PATÍN CON BAJADA OCULTA PARA CABLEADO ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO CON TERMINADO EN PINTURA HORNEADA.
	A04	LAS PATAS INCORPORAN UN NIVELADOR FABRICADO EN TERMOPLÁSTICO ANTIDESLIZANTE CON REGULACIÓN EN ALTURA.
	A05	FALDÓN TAPAPIERNAS
	A06	BORDES REDONDEADOS
	DIMENSIONES APROXIMADAS	
	A07	LARGO: 160 CM
	A08	ALTURA: 74 CM
	A09	ANCHO: 160 CM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	ESCRITORIO ESTANDAR	
CODIGO DEL BIEN	M-22	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	ENCIMERAS FABRICADAS EN AGLOMERADO DE MADERA DE 18 MM. REVESTIDAS EN MELAMINA Y REMATADAS LATERALMENTE CON CANTOS EN PVC DE 2 MM.
	A02	PASACABLES Y CANAL DE ELECTRIFICACIÓN
	A03	ESTRUCTURA EN CHAPA DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 1.5 MM, Y PINTADA MEDIANTE APLICACIÓN DE POLVO EPOXI
	A04	FALDÓN TAPAPIERNAS
	A05	CAJONERA RODABLE CON 3 CAJONES, CON CERRADURA DE BLOQUEO Y GUIAS DE PRECISION CON RODAMIENTOS INCLUYE LLAVES (DIMENSIONES APROXIMADAS: ALTO 55 CM, ANCHO 40 CM, PROFUNDIDAD 54 CM)
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A06	LARGO : 1200 MM
	A07	ANCHO : 600 MM
	A08	ALTO : 750 MM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MESA AUXILIAR PARA OFICINA	
CODIGO DEL BIEN	M-25	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	SOPORTE PARA IMPRESORA, MOVIL
	A02	CON SEIS ESTANTES CLASIFICADORES QUE PERMITE FORMAR HASTA OCHO COMPARTIMENTOS TAMAÑO CARTA
	A03	LOS ESTANTES SE AJUSTAN O SE PUEDEN QUITAR POR COMPLETO
	A04	CONSTRUIDO CON MADERA RESISTENTE PARA MUEBLES DE 0.8 PULGADAS COMO MINIMO.
	A05	GROSOR DE LA MESA: 0.8 PULGADAS COMO MINIMO.
	A06	CON GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE DOS PUERTAS, PUERTAS TIPO BISAGRA CON TIRADORES
	A07	SOBRE CUATRO RUEDAS GIRATORIAS (DOS CON BLOQUEO ALMENOS)
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A08	LARGO : 600 MM.
	A09	FONDO : 600 MM.
	A10	ALTURA : 780 MM.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MESA DE TRABAJO PARA TALLER	
CODIGO DEL BIEN	M-26	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	MESA DE TRABAJO MODULAR
	A02	ANCIMERA DE MADERA O MEJOR MATERIAL
	A03	PANEL PORTA HERRAMIENTAS O ARMARIO COLGANTE O PANELES FRONTALES PERFORADOS
	A04	CON 4 CAJONES
	A05	ESTRUCTURA DE ACERO RESISTENTE ACABADO PINTURA EN POLVO
		DIMENSIONES APROXIMADAS:
	A06	LARGO: 180 CM.
	A07	ANCHO: 85 CM.
	A08	ALTURA: 180 CM.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MESA DE MADERA PARA NIÑOS	
CODIGO DEL BIEN	M-28	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	TABLERO DE MADERA EN CEDRO DE 2" DE ESPESOR.
	A02	ENCOLADA Y CON GRAPA PARA MAYOR SOLIDEZ
	A03	DE CUATRO PATAS DEL MISMO MATERIAL
	A04	EL TRATAMIENTO DE MADERA SERA LISADO, MASILLADO Y PINTADO.
	A05	CON ESQUINAS REDONDEADOS
	A06	EL ACABADO FINAL SERA DE BARNIZ MATE AL COLOR NATURAL
	A07	LA MADERA A EMPLEARSE SERA DE CEDRO BIEN SECA.
	A08	REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR EN FORMA DE H DE 1" X 2".
	A09	DIMENSIONES: 0.61 X 0.61 MTS. ALTO DE 0.50 MTS.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MESA DE REUNIONES DE 90 X 180 CM CON BASE CENTRAL Y CAJA DE CONEXIONES	
CODIGO DEL BIEN	M-29	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	TABLERO DE MELAMINA DE 18 MM COMO MINIMO.
	A02	ESTRUCTURA METÁLICA RECTANGULAR PERFIL 4"x2".
	A03	ACABADOS EN RESINA TERMOENDURECIBLE.
	A04	01 TAPA ABATIBLE CENTRAL DE ALUMINIO CON FRENO DE CIERRE INCLUIDO.
	A05	CON CAJA DE CONEXIONES DE CENTRO DE LA MESA PARA DATA Y ELECTRICA: DOS TOMAS DOBLES DE ELECTRICA, DOS DATA y HDMI
	A06	BANDEJA PASACABLES DEBAJO DE TABLERO
	A07	CON PROTECTOR DE RECUBRIMIENTO PARA CABLEADO ELECTRICO Y DE DATA QUE SUBE POR EL PISO
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A08	LARGO : 180 cm.
	A09	ANCHO : 90 cm.
	A10	ALTO : 75 cm.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

FICHA TÉCNICA		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MESA DE REUNIONES CON BASE CENTRAL Y CAJA DE CONEXIONES	
CODIGO DEL BIEN	M-29a	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	TABLERO DE MELAMINA DE 18 MM COMO MINIMO.
	A02	ESTRUCTURA METÁLICA RECTANGULAR PERFIL 4"X2".
	A03	ACABADOS EN RESINA TERMOENDURECIBLE.
	A04	01 TAPA ABATIBLE CENTRAL DE ALUMINIO CON FRENO DE CIERRE INCLUIDO.
	A05	CON CAJA DE CONEXIONES DE CENTRO DE LA MESA PARA DATA Y ELECTRICA; DOS TOMAS DOBLES DE ELECTRICA, DOS DATA y HDMI
	A06	BANDEJA PASACABLES DEBAJO DE TABLERO
	A07	CON PROTECTOR DE RECUBRIMIENTO PARA CABLEADO ELECTRICO Y DE DATA QUE SUBE POR EL PISO
		DIMENSIONES APROXIMADAS:
	A08	LARGO : 110 cm.
	A09	ANCHO : 90 cm.
	A10	ALTO : 75 cm.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MESA METALICA DE CENTRO	
CODIGO DEL BIEN	M-30	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	MESA DE CENTRO, CON 2 ENTREPAÑOS.
	A02	ELABORADO EN MADERA AGLOMERADA MDP, RECUBIERTA CON LÁMINAS MELAMÍNICAS
	A03	ESTRUCTURA METÁLICA
	A04	DIMENSIONES APROXIMADAS: ANCHO: 600 MM COMO MINIMO PROFUNDIDAD: 300 MM COMO MINIMO ALTURA: 420 MM COMO MNIIMO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MESA METALICA ESQUINERA	
CODIGO DEL BIEN	M-31	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	TABLERO DE PLANCHA DE MELAMINA DE 18 MM. DE ESPESOR DE 600 KG/M3, Y HUMEDAD DE 7 - 10%, BORDES PROTEGIDOS CON TAPA CANTO PVC DE 0.45 MM. DE ESPESOR.
	A02	BASTIDOR DE FIERRO ANGULAR DE 3/4" X 3/4" X 1/8" DE ESPESOR, CON DOS ORIFICIOS POR LADO PARA ATORNILLAR AL TABLERO
	A03	PATAS DE TUBO DE SECCIÓN CUADRADA DE 1" X 1.2 MM. DE ESPESOR, SOLDADOS AL BASTIDOR CON REGATONES DE PLÁSTICO DURO DESLIZANTES.
		DIMENSIONES APROXIMADAS:
	A04	LARGO : 600 MM
	A05	ANCHO : 600 MM
	A06	ALTURA : 400 MM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	PIZARRA ACRÍLICA DE 150 x 100 CM. PARA ADOSAR A PARED	
CODIGO DEL BIEN	M-33	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	PIZARRA ESPECIAL FABRICADA EN UNA CARA EN ACERO VITRIFICADO, EN COLOR BLANCO Y EN LA OTRA CON PAÑO. A TODO LO LARGO LLEVARÁ UN PORTA PLUMÓN, MOTA, Y ACCESORIOS PARA PAÑO RESPECTIVAMENTE, METÁLICO
	A02	LLEVARÁ UN MARCO DE PERFIL ANGULAR DE ALUMINIO.
	A03	CON DOS OREJAS METÁLICAS PARA SER COLGADA EN LA PARED.
	DIMENSIONES APROXIMADAS	
	A04	ALTURA: 1000 MM. LARGO: 1500 MM. ANCHO: 40 MM.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	PIZARRA ACRÍLICA DE 150 x 100 CM. RODABLE	
CODIGO DEL BIEN	M-33Q	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	PIZARRA ESPECIAL FABRICADA EN UNA CARA EN ACERO VITRIFICADO, EN COLOR BLANCO Y EN LA OTRA CON PAÑO. A TODO LO LARGO LLEVARÁ UN PORTA PLUMÓN, MOTA, Y ACCESORIOS PARA PAÑO RESPECTIVAMENTE, METÁLICO
	A02	LLEVARÁ UN MARCO DE PERFIL ANGULAR DE ALUMINIO.
	A03	RODABLE, CON 4 RUEDAS, ALMENOS 2 RUEDAS CON FRENOS
		DIMENSIONES APROXIMADAS
	A04	ALTURA: 1000 MM. LARGO: 1500 MM. ANCHO: 40 MM.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	SILLA DE MADERA PARA NIÑOS	
CODIGO DEL BIEN	M-34	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	DE MADERA TORNILLO, CON ASIENTO CONSISTENTE. UNIONES FIJAS Y COMPACTAS. CADA 4 SILLAS: 01 SILLA DE COLOR AMARILLO, 01 SILLA DE COLOR ROJO, 01 SILLA DE COLOR VERDE, Y 01 SILLA DE COLOR AZUL.
	A02	RESPALDAR UNIFORME
	A03	4 PATAS
		DIMENSIONES APROXIMADAS:
	A04	ALTURA: 56 CM.
	A05	ASIENTO : 35 X 35 CM.
	A06	ALTURA HASTA EL ASIENTO DE 30 CM.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	SILLA METÁLICA APILABLE	
CODIGO DEL BIEN	M-36	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	SILLA APILABLE
	A02	CON RESPALDO DE MALLA
	A03	ASIENTO DE TELA TAPIZADA
	A04	PORTE TRASERA DE MALLA TRANSPIRABLE. LA SUPERFICIE DEL ASIENTO ESTÁ CUBIERTA CON UN TEJIDO DE ALTA DENSIDAD
	A05	ALMOHADILLAS DE NYLON QUE CUBREN LOS BRAZOS FIJOS, QUE ESTAN INTEGRADOS EN LOS CUATRO PATAS DE TUBO CUADRADO
	A06	PATAS CON TOPES PARA PROTECCIÓN EN SU APILACIÓN
	A07	MARCO DE METAL
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A08	ALTURA: 80 CM
	A09	FONDO: 55 CM
	A10	ANCHO: 57 CM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE	
CODIGO DEL BIEN	M-37	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	SILLA CON RESPALDAR, CABEZAL Y BRAZOS
	A02	MECANISMO UP & DOWN: PERMITE SUBIR O BAJAR LA ALTURA DE LA SILLA A TRAVÉS DE UN PISTÓN NEUMÁTICO
	A03	MECANISMO DE FUNCIÓN CON BLOQUEO DE 3 ENGRANAJES Y/O COMBINACION DEL MOVIMIENTO DEL RESPALDAR CON EL ASIENTO.
	A04	RESPALDAR: REGULABLE Y TAPIZADO EN TELA MALLA
	A05	ASIENTO: ESPUMA TAPIZADA EN MALLA O MATERIAL SIMILAR O MEJOR
	A06	BRAZOS: CON AJUSTE POR ALTURA, HACIA ATRÁS O HACIA DELANTE. SUPERFICIE EN POLIURETANO (PU)
	A07	SOPORTE LUMBAR: REGULABLES.
	A08	CABEZAL: REGULABLE EN ALTURA, ÁNGULO Y PROFUNDIDAD.
	A09	ASIENTO: REGULABLE EN PROFUNDIDAD.
	A10	COLOR NEGRO
	A11	APOYA BRAZOS DE UNA SOLA PIEZA DE NYLON
	A12	ESTRELLA NYLON CON RUEDAS
	A13	CON CERTIFICADO DE ERGONOMIA
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A14	ANCHO: 62 CM
	A15	PROFUNDIDAD: 62 CM
	A16	ALTURA REGULABLE ENTRE: 112 CM Y 122 CM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS	
CODIGO DEL BIEN	M-38	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	SILLA CON RESPALDAR, CABEZAL Y BRAZOS
	A02	MECANISMO UP & DOWN: PERMITE SUBIR O BAJAR LA ALTURA DE LA SILLA A TRAVÉS DE UN PISTÓN NEUMÁTICO
	A03	MECANISMO DE FUNCIÓN CON BLOQUEO DE 3 ENGRANAJES Y/O COMBINACIÓN DEL MOVIMIENTO DEL RESPALDAR CON EL ASIENTO.
	A04	RESPALDAR: REGULABLE Y TAPIZADO EN TELA MALLA
	A05	ASIENTO: ESPUMA TAPIZADA EN MALLA O MATERIAL SIMILAR O MEJOR
	A06	BRAZOS: CON AJUSTE POR ALTURA, HACIA ATRÁS O HACIA DELANTE. SUPERFICIE EN POLIURETANO (PU)
	A07	SOPORTE LUMBAR: REGULABLES.
	A08	CABEZAL: REGULABLE EN ALTURA, ÁNGULO Y PROFUNDIDAD.
	A09	ASIENTO: REGULABLE EN PROFUNDIDAD.
	A10	COLOR NEGRO
	A11	APOYA BRAZOS DE UNA SOLA PIEZA DE NYLON
	A12	ESTRELLA NYLON CON RUEDAS
	A13	CON CERTIFICADO DE ERGONOMIA
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A14	ANCHO: 62 CM
	A15	PROFUNDIDAD: 62 CM
	A16	ALTURA REGULABLE ENTRE: 112 CM Y 122 CM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO ALTO	
CÓDIGO DEL BIEN	M-40	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	SILLA ALTA RODABLE
	A02	RESPALDAR: ESTRUCTURA DE POLIPROPILENO Y MALLA
	A03	ASIENTO: ESTRUCTURA DE POLIPROPILENO CON ESPUMA TAPIZADO EN TELA MALLA
	A04	BRAZOS: FIJOS DE POLIPROPILENO
	A05	BASE: ESTRELLA NYLON CON RUEDAS
	A06	REPOSAPIES: ANILLO CROMADO
	A07	COLOR: NEGRO
	DIMENSIONES APROXIMADAS	
	A08	PROFUNDIDAD: 52 CM
	A09	ANCHO : 58 CM
	A10	ALTURA REGULABLE: 102 CM - 112 CM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION Estandarizada de Equipamiento en Salud	SILLON CONFORTABLE RECLINABLE PARA REPOSO	
CODIGO DEL BIEN	M-42	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	CONJUNTO FORMADO POR (02) UNIDADES, LA ESTRUCTURA FIJA Y EL ASIENTO RODABLE.
	A02	ESTRUCTURA PRINCIPAL DE DISEÑO CONFORTABLE, ERGONÓMICO, FABRICADO CON ACERO LAMINADO AL FRIO (LAF) O MATERIAL SIMILAR Y MADERA, CON REFUERZOS INTERNOS PARA SOPORTAR 120 KG COMO MÍNIMO.
	A03	CON RESPALDAR RECLINABLE A TRAVÉS DE SISTEMA MECÁNICO QUE PERMITA POSICIONES DE DESCANSO. CON APOYABRAZOS.
	A04	SOPORTADO SOBRE REGATONES DE PLÁSTICO DURO O RUEDAS PARA UN SUAVE DESLIZAMIENTO.
	A05	CON DOS (02) SECCIONES:ASIENTO Y ESPALDAR CON PORTABRAZOS.
	A06	CON RELLENO DE FIBRA O MIAOFIBRA O POLIAMIDA Y RECUBIERTO CON ESPONJA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD,QUE SOPORTE POR LO MENOS UN PESO DE 20 KG/M3 O MÁS. FORRADA CON TAPIZ KORORAN O CUERO SINTÉTICO, IMPERMEABLE, IGNIFUGO CLASE M2, HIPO ALÉRGICO, ANTIBACTERIAL, ANTIGÉRMENES Y ANTIHONGOS. DE USO HOSPITALARIO.DE FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A07	LARGO : 700MM
	A08	ANCHO TOTAL : 660MM
	A09	ALTURA AL ASIENTO : 1000MM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENÉRICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	SILLON METALICO SEMICONFORTABLE CON PORTABRAZOS UNIPERSONAL	
CÓDIGO DEL BIEN	M-43	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	ESTRUCTURAFABRICADA INTEGRAMENTE CON TUBO DE ACERO ELECTROSOLDADO DESECCIÓN CUADRADA DE 1" X 1.5MM DE ESPESOR
	A02	PLATAFORMA RÍGIDA FABRICADA CON PLANCHA DE ACERO LAF DE 1.2MM DE ESPESOR CON PERFORACIONES EMBUTIDAS QUE LE BRINDAN MAYOR RIGIDEZ Y RANURAS PARA COLOCAR LAS CORREAS DE SUJECCIÓN DE LAS COLCHONETAS DESMONTABLES
	A03	LAS PATAS CUENTAN CON TAPONES DE PLÁSTICO POLIETILENO (PE), PARA PROTEGER EL PISO DE RALLADURAS
	A04	EL ASIENTOCUENTA CON (01) COLCHONETA DESMONTABLE, CONFECCIONADA CON ESPUMA DE POLIURETANO(PU) DE 4" DE ESPESOR, CUBIERTA CON TAPIZ DE CUERO SINTÉTICO Y CORREAS DE NYLON DE 2" DE ESPESOR
	A05	EL ESPALDAR CUENTA CON (01) COLCHONETA DESMONTABLE, CONFECCIONADA CON ESPUMA DE POLIURETANO (PU) DE 3" DE ESPESOR, CUBIERTA CON TAPIZ DE CUERO SINTÉTICO Y CORREAS DE NYLON DE 2" DE ESPESOR.
	DIMENSIONES APROXIMADAS	
	A06	LARGO TOTAL : 600MM
	A07	ANCHO TOTAL : 700MM
	A08	ALTURA AL ASIENTO : 450MM
	A09	ALTURA TOTAL : 820MM
	A10	ASIENTO : 550 X 550MM
	A11	ESPALDAR : 550 X 450MM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION Estandarizada de Equipamiento en Salud	SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 2 CUERPOS	
CODIGO DEL BIEN	M-44	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	SILLON METALICO DE TUBO DE SECCIÓN CUADRADA DE 1" Y 1.5MM DE ESPESOR
	A02	PATAS CON REGATONES PARA SUAVE DESLIZAMIENTO DE POLIETILENO.
	A03	PLATAFORMA RIGIDA FABRICADA CON PLANCHA DE ACERO LAF DE 1.2MM DE ESPESOR CON PERFORACIONES EMBUTIDAS QUE LE BRINDAN MAYOR RIGIDEZ Y RANURAS PARA COLOCAR LAS CORREAS DE SUJECION DE LAS COLCHONETAS DESMONTABLES
	ASIENTO Y RESPALDAR:	
	A04	EL ASIENTO CUENTA CON (03) COLCHONETAS DESMONTABLES, CONFECCIONADAS CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 4" DE ESPESOR. CUBIERTA CON TAPIZ DE CUERO SINTÉTICO Y CORREAS DE NYLON DE 2" DE ESPESOR.
	A05	EL ESPALDAR CUENTA CON (03) COLCHONETAS DESMONTABLES, CONFECCIONADAS CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 3" DE ESPESOR. CUBIERTA CON TAPIZ DE CUERO SINTÉTICO Y CORREAS DE NYLON DE 2" DE ESPESOR.
	DIMENSIONES APROXIMADAS	
	A06	LARGO TOTAL : 170 CM
	A07	ANCHO TOTAL : 120 CM
	A08	ALTURA DEL ASIENTO: 45 CM
	A09	ALTURA TOTAL : 82 CM
	A10	ASIENTO : 55 X 55 CM
	A11	ESPALDAR : 55 X 45 CM

Cartos Alberto Poliberto More
CARTOS ALBERTO POLIBERTO MORE



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION Estandarizada de Equipamiento en Salud	SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTA BRAZOS 3 CUERPOS	
CODIGO DEL BIEN	M-45	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	METALICA DE TUBO DE SECCIÓN CUADRADA DE 1" Y 1.5MM DE ESPESOR
	A02	PATAS CON REGATONES PARA SUAVE DESLIZAMIENTO DE POLIETILENO.
	A03	PLATAFORMA RIGIDA FABRICADA CON PLANCHA DE ACERO LAF DE 1.2MM DE ESPESOR CON PERFORACIONES EMBUTIDAS QUE LE BRINDAN MAYOR RIGIDEZ Y RANURAS PARA COLOCAR LAS CORREAS DE SUJECION DE LAS COLCHONETAS DESMONTABLES
	ASIENTO Y RESPALDAR:	
	A04	EL ASIENTO CUENTA CON (03) COLCHONETAS DESMONTABLES. CONFECCIONADAS CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 4" DE ESPESOR. CUBIERTA CON TAPIZ DE CUERO SINTÉTICO Y CORREAS DE NYLON DE 1" DE ESPESOR.
	A05	EL ESPALDAR CUENTA CON (03) COLCHONETAS DESMONTABLES. CONFECCIONADAS CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 3" DE ESPESOR. CUBIERTA CON TAPIZ DE CUERO SINTÉTICO Y CORREAS DE NYLON DE 2" DE ESPESOR.
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A06	LARGO TOTAL : 170 CM
	A07	ANCHO TOTAL : 70 CM
	A08	ALTURA DEL ASIENTO: 45 CM
	A09	ALTURA TOTAL : 82 CM
	A10	ASIENTO : 55 X 55 CM
	A11	ESPALDAR : 55 X 45 CM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	PARIHUELAS PARA DEPOSITO	
CODIGO DEL BIEN	M-53	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	ALTA RESISTENCIA A GOLPES
	A02	APTO PARA RACK DE ALMACENAMIENTO
	A03	ENTRADA POR LOS CUATRO LADOS PARA MONTACARGA MANUAL Y ELECTRICA
	A04	MATERIAL DE PLASTICO
	A05	RESISTENCIA DE 2 TONELADAS DE CARGA ESTATICA, 0.8 TONELADAS DE CARGA DINAMICA
		DIMENSIONES APROXIMADAS:
	A06	ANCHO: 1000 MM
	A07	LARGO: 1200 MM
	A08	ALTURA: 150 MM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MESA METÁLICA DE NOCHE	
CODIGO DEL BIEN	M-96	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	MESA DE RESINA FENÓLICA
	A02	UN CAJÓN, UN ARMARIO, UNA CAJA ABIERTA DE ALMACENAMIENTO EN EL CENTRO.
	A03	CARRIL DE DESLIZAMIENTO PARA CAJON
	A04	MARCO: ESTRUCTURA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO DE 4 COLUMNAS, ESTABLE Y FIRME.
	A05	MANIJA: MANGO ESTÁ HECHO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON SUPERFICIE ANODIZADA
	A06	04 RUEDAS, LAS CUALES ESTÁN HECHAS DE MATERIAL MÉDICO SILENCIOSO (RUEDAS DE NYLON VULCANIZADA EN POLIURETANO, O MEJOR MATERIAL), RUEDAS LATERALES DOBLES. 2 RUEDAS CON FRENO, BLOQUEABLES A 360 GRADOS, 2 RUEDAS LIBRES Y GIRATORIAS EN CUALQUIER DIRECCIÓN.
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A07	ANCHO: 460 MM
	A08	FONDO: 460 MM
	A09	ALTURA: 800 MM



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	CARRO PARA UTILES DE LIMPIEZA	
CODIGO DEL BIEN	M-113	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	CARRO DE LIMPIEZA CON ESCOBA, TRAPEADOR Y BOLSA DE VINILO DE 115 LITROS O MÁS DE CAPACIDAD
	A02	ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y PLÁSTICO DE RED ESTRUCTURAL INOXIDABLE
	A03	INCORPORA 2 RUEDAS PEQUEÑAS GIRATORIAS DE 7 CM DE DIAMETRO O MAYOR Y 2 RUEDAS FIJAS DE 15 CM DE DIAMETRO O MAYOR.
	A04	ASA ERGONOMICA Y PLEGABLE
	A05	DOS CONTENEDORES CON ASA DE 6 LITROS O MAYOR
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A06	LARGO: 120 CM
	A07	ANCHO: 58 CM
	A08	ALTURA: 100 CM
B. ACCESORIOS	B01	01 CUBETA CON ESCURRIDOR PARA TRAPEADOR
	B02	01 SEÑAL DE SEGURIDAD PARA PISOS
	B03	01 BASTON DE SUJECION
	B04	01 MOP DE MEZCLA
	B05	02 BOTELLAS PULVERIZADORAS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENÉRICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	CARRO PARA EL TRANSPORTE PESADO	
CÓDIGO DEL BIEN	M-120	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	CARRO DE TRANSPORTE CON ASA PLEGABLE, DE ACERO INOXIDABLE
	A02	RUEDAS GIRATORIAS CON RODAMIENTO SILENCIOSO
	A03	PARA CARGA MAXIMA DE 120 KG O MÁS
		DIMENSIONES APROXIMADAS:
	A04	LARGO TOTAL : 900 mm
	A05	ANCHO TOTAL : 600 mm
	A06	ALTURA DE LA BASE : 150 mm
	A07	ALTURA TOTAL : 950 mm



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONAS	
CODIGO DEL BIEN	M-123	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	ESTÁ FORMADO POR UN TABLERO DE 900 X 900 MM., FABRICADO CON PLANCHA LAMINADO EN FRÍO DE 1/32" DE ESPESOR, Y REFORZADO EN SU INTERIOR CON DOS OMEGA PLEGADAS EN FORMA DE "U", ELECTROSOLDADAS A PRESIÓN (PUNTOS) EN SU LONGITUD. COMO ACABADO LLEVA FORMICA DE BUENA CALIDAD Y SUS BORDES PROTEGIDOS CON FILETE DE ACERO INOXIDABLE.
	A02	ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO X 1.25 MM. DE ESPESOR
	A03	TODA LA ESTRUCTURA DESCANSA SOBRE CUATRO REGATONES DE PLÁSTICO DURO.
	DIMENSIONES APROXIMADAS :	
	A04	LARGO : 900 MM.
	A05	ANCHO : 900 MM.
	A06	ALTURA: : 760 MM.
	A07	ALTURA: : 760 MM.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENÉRICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO DE DVD/CD Y HD	
CÓDIGO DEL BIEN	M-147	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	MUEBLE ARCHIVADOR PARA CUALQUIER TIPO DE COLECCIÓN.
	A02	ALMACENA Y GUARDA CD, DVD, ETC.
	A03	MEDIDAS APROXIMADAS: 100 cm ANCHO x 120 cm ALTO x 40 cm FONDO
	A04	ESTRUCTURA DE MADERA.
	A05	CON PUERTAS DE CRISTAL.
	A06	DIEZ (10) ESTANTES ACOPLABLES VARIABLES.
	A07	BASES AMPLIADAS PARA MAYOR ESTABILIDAD.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	ESTANTERÍA PARA HISTORIAS CLINICAS	
CODIGO DEL BIEN	M-160	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	PARANTES FABRICADOS CON TUBO DE ACERO LAMINADO AL FRIO (LAF) DE 38 MM X 38 MM X 2 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO Y PLANCHAS DE ACERO LAMINADO AL FRIO (LAF) DE 2.0 MM DE ESPESOR, CON RANURAS PARA COLOCAR LAS REPISAS, CON TENSORES PARA REFORZAR LA ESTRUCTURA, FABRICADOS CON PLATINA DE ACERO DE 3.0 MM X 25.0 MM COMO MÍNIMO. CON REGATONES EN LAS PATAS O COBERTURA DE PLÁSTICO O JEBE DURO ANTIDESLIZANTE.
	A02	REPISAS, DESARMABLES Y REGULABLES, CON TRES BORDES, FABRICADAS EN PLANCHAS DE ACERO LAMINADO AL FRIO (LAF) DE 1.0 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO.
	A03	DIVISIONES FABRICADAS CON PLANCHAS DE ACERO LAMINADO AL FRIO (LAF) DE 1.0 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO, PARA ORGANIZAR LAS HISTORIAS CLÍNICAS.
	DIMENSIONES APROXIMADAS	
	A04	ALTURA TOTAL: 2400 MM COMO MAXIMO
	A05	LARGO: 1800 MM COMO MINIMO
	A06	ANCHO: 750 MM COMO MINIMO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	ESTANTERÍA DOBLE PARA HISTORIAS CLINICAS	
CODIGO DEL BIEN	M-160a	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	PARANTES FABRICADOS CON TUBO DE ACERO LAMINADO AL FRIO (LAF) DE 38 MM X 38 MM X 2 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO Y PLANCHA DE ACERO LAMINADO AL FRIO (LAF) DE 2.0 MM DE ESPESOR, CON RANURAS PARA COLOCAR LAS REPISAS. CON TENSORES PARA REFORZAR LA ESTRUCTURA, FABRICADOS CON PLATINA DE ACERO DE 3.0 MM X 25.0 MM COMO MÍNIMO. CON REGATONES EN LAS PATAS O COBERTURA DE PLÁSTICO O JEBE DURO ANTIDESLIZANTE.
	A02	REPISAS, DOS CUERPOS, DESARMABLES Y REGULABLES, CON TRES BORDES. FABRICADAS EN PLANCHA DE ACERO LAMINADO AL FRIO (LAF) DE 1.0 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO.
	A03	DIVISIONES FABRICADAS CON PLANCHA DE ACERO LAMINADO AL FRIO (LAF) DE 1.0 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO, PARA ORGANIZAR LAS HISTORIAS CLÍNICAS.
	DIMENSIONES APROXIMADAS	
	A04	ALTURA TOTAL: 2400 MM COMO MAXIMO
	A05	LARGO: 1800 MM COMO MINIMO
	A06	ANCHO: 950 MM COMO MINIMO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	CONTENEDOR RODABLE PARA RESIDUOS SOLIDOS	
CODIGO DEL BIEN	M-164	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	CONTENEDOR DE 240 LITROS. CON TAPA CON ASAS
	A02	FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD(HDPE).
	A03	CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV.
	A04	CON DOS RUEDAS DE 18 CM O MÁS DE DIAMETRO.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	ECRAN DE PARED ENROLLABE	
CODIGO DEL BIEN	T-53	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	ECRAN MANUAL 84" FORMATO 16:9
	A02	CARCASA METÁLICA DE ACERO CON PINTURA AL HORNO ANTICORROSIVO
	A03	EXTREMOS PARA FIJACIÓN EN PARED O TECHO
	A04	PANTALLA DE FIBRA DE VIDRIO, RESISTENTE AL MOHO Y HONGOS
	A05	BANDA METÁLICA INFERIOR
	A06	FÁCIL LIMPIEZA Y LAVABLE CON AGUA Y JABÓN
	A07	SISTEMA MECÁNICO DE DESCENSO Y ASCENSO CON FRENO INTERNO EN EL RODILLO
	A08	ANTIREFLEX
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A09	ALTO: 186 CM
	A10	ANCHO: 105 CM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE CON RESPALDO	
CODIGO DEL BIEN	M-162	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	TABURETE GIRATORIO PARA RODABLE CON RESPALDO, ASIENTO REVESTIDO CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 50 MM APROX. FORRADO CON TAPIZ KOROFAN
		BASE:
	A02	BASE PENTAGONAL RODABLE FABRICADA CON PATAS DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE SS DE 1"X1.2MM DE ESPESOR, CUYO DIÁMETRO EXTERIOR ES 550MM O MAYOR.
	A03	CINCO (05) GARRUCHAS GRADO HOSPITALARIO DE 2" DE DIÁMETRO DE NYLON ALTAMENTE RESISTENTE AL TRÁNSITO, GIRATORIAS 360°, SIN FRENOS.
		COLUMNA:
	A04	COLUMNA FABRICADA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN REDONDA DE Ø60X1.5mm DE ESPESOR APROXIMADO
	A05	SISTEMA DE ELEVACIÓN, POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO, CARRERA ES DE 140 mm APROX.
	A06	ANILLO POSA PIES, DE 470MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, FABRICADO CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN REDONDA DE Ø3/4" X 1.2MM DE ESPESOR APROXIMADO.
		ASIENTO:
	A07	FABRICADO CON PLANCHÁ DE ACERO INOXIDABLE DE 1.2 mm DE ESPESOR, DE 360 mm DE DIÁMETRO. EL ASIENTO ES GIRATORIO
	A08	LOS COMPONENTES DE ACERO INOXIDABLE SON DE CALIDAD AISI 304- 2B.
DIMENSIONES APROXIMADAS		
	A09	DIÁMETRO DEL ASIENTO : 360 MM.
	A10	ALTURA MÍNIMA : 450 MM.
	A11	ALTURA MÁXIMA : 600 MM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLINICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MESA DE USO MÚLTIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 90 X 45 CM	
CODIGO DEL BIEN	M-159	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	TABLERO FABRICADO EN AGLOMERADO ENCHAPADO POR AMBAS CARAS DE PLÁSTICO LAMINADO (FORMICA) Y CANTO GRUESO DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR.
	A02	PATAS TUBULARES FABRICADAS CON TUBO CUADRADO DE 1" X 1.5 MM DE ESPESOR.
	A03	DOS CAJONES FRONTALES QUE SE DESLIZAN EN CORREDERAS TELESCÓPICAS DE FULL EXTENSIÓN QUE PERMITEN LA EXTRACCIÓN TOTAL DEL CAJÓN, Y EN EL FRENTE LLEVAN UN TIRADOR TIPO ASA DE ACERO INOXIDABLE DE 4".
	A04	PARA SU SEGURIDAD LLEVA DOS CERRADURAS DE LENGÜETA.
	A05	TODO EL CONJUNTO ESTÁ SOSTENIDO SOBRE 4 GARRUCHAS DE GRADO HOSPITALARIO DE 2", DOS DE ELLAS CON FRENO.
	A06	UN (01) CARRO METÁLICO DE BASE RODABLE Y SISTEMA DE SUJECCIÓN PARA LOS DOS CILINDROS, PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A07	ALTO: 750 MM
	A08	ANCHO: 450 MM
	A09	LARGO: 900 MM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	COCHE DE TRANSPORTE DE MATERIAL QUIRÚRGICO	
CODIGO DEL BIEN	M-156	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA ÍNTEGRAMENTE EN PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.20MM DE ESPESOR, COMO MÍNIMO, CALIDAD 304-2B, REFORZADO CON PERFILES Y ALMAS DEL MISMO MATERIAL. DEBE LLEVAR ESTAMPADO EN LOS LADOS BAJO EL TIMÓN Y EN ALTO RELIEVE MATRIZADO, EL TEXTO "MATERIAL ESTERIL" EN LETRAS FORMATO ARIAL DE 100MM DE ALTO.
	A02	INTERIORMENTE LLEVARÁ DOS TABLEROS REMOVIBLES DE ACERO INOXIDABLE CON TOPES PARA AJUSTE DE ALTURA. LAS PUERTAS FRONTALES DE ACERO INOXIDABLE SERÁN BATIENTES, CON BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE Y TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE DE 4", LAS CUALES DEBERÁN SELLAR COMPLETAMENTE EN LOS BORDES DE LA CABINA MEDIANTE FILETES DE EMPAQUETADURA SILICONADA RESISTENTE A LA TEMPERATURA Y A LA LIMPIEZA.
	A03	SE DEBE EVITAR EN LAS UNIONES LOS INTERSTICIOS QUE PERMITAN ACUMULACIÓN DE DESPERDICIOS. LAS ARISTAS DE LA CABINA INTERIOR DEBERÁN SER REDONDEADAS PARA SU FÁCIL LIMPIEZA.
	A04	UN TIMÓN EN CADA LADO, CONSTRUIDO CON PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 3/16" DE ESPESOR Y TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DIÁMETRO x 1.2 MM. DE ESPESOR COMO MÍNIMO.
	A05	APOYADO SOBRE CUATRO RUEDAS 6" DE GRADO HOSPITALARIO TODAS GIRATORIAS Y DOS DE ELLAS CON FRENO.
	DIMENSIONES APROXIMADAS	
	A08	LARGO: 1100MM
	A09	ANCHO: 600MM
	A10	ALTURA: 1100MM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	SILLA DE PARTOS MULTIFUNCIONAL	
CODIGO DEL BIEN	M-152	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	CAMA OBSTETRICA PARA MUJERES EMBARAZADAS EN ENTORNO DE DILATACION, PARTO Y RECUPERACION
	A02	FRENO CENTRAL Y DIRECCIÓN
	A03	COLCHÓN CON SECCIÓN PARA PIES CON BISAGRAS
	A04	CONTROLES DE BARANDILLA
	A05	CONTROLES DE BLOQUEO
	A06	LUZ NOCTURNA AUTOMÁTICA
	A07	ELEVACIÓN MÁXIMA DE LA CABEZA 63°
	A08	ELEVACIÓN MÁXIMA DEL ASIENTO 15°
	A09	POSICION TRENDELEMBURG
	A10	POSICIONAMIENTO MÁXIMO DE INCLINACIÓN 8°
	A11	POSICION PARTO/POSICION VERTICAL
	A12	COLCHON PLIEGE EN V
	A13	SECCIÓN DE PIES EXTRAIBLE
	A14	SECCIÓN DE PIES MOTORIZADA
	A15	FUNCION DE RCP
	A16	RECIPIENTE PARA LIQUIDOS EXTRAIBLE
	A17	ASAS PARA TRABAJO DE PARTO RECUBIERTAS
	A18	PANEL DE CABEZA MOLDEADO POR SOPLADO DE PLÁSTICO
	A19	EMPUÑADURAS ERGONÓMICAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE
	A20	RUEDAS DE DOBLE BLOQUEO
	A21	CON ACCESO CLÍNICO
	A22	APOYOS DE PANTORRILLAS
	A23	SOPORTE LUMBAR Y ASIENTO
	A24	CON BATERIA
	DIMENSIONES APROXIMADAS	
	A25	ANCHO DE RESPALDO : 890 MM - 890 MM
	A26	ANCHO TOTAL : 990 MM (BARANDAS LATERALES HACIA ARRIBA)
	A27	LARGO TOTAL : 2250 MM
	A28	ALTURA MINIMA : 610 MM
	A29	ALTURA MÁXIMA : 990 MM
	A30	CAPACIDAD DE CARGA : 160 KG O MAYOR
B. ACCESORIOS	B01	COLCHON DE ESPUMA DE REDISTRIBUCION DE PRESION, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO O COMPATIBLE CON EQUIPO
	B02	REPOSA PIES INDIVIDUALES
	B03	BARRA DE PARTO
	B04	REPOSA PANTORRILLAS
	B05	PIERNERAS
	B06	PORTASUERO
	B07	FUNDA PARA SECCIÓN DE CABEZA CON PLIEGUE V
	B08	FUNDA PARA SECCION DE PIES CON PLIEGUE V
	B09	SABANAS PARA PLIEGUE V COMPLETA
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA	C01	220V / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SCHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. N° 175-2008-MEM

50
CARLOS ALBERTO LIBERTADINO
INGENIERO ELECTRONICO
CIP 38650

JOHAN ESPARTEA MORENO
JEFE DE SUPERVISION



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MESA METÁLICA RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS, 2 TABLEROS CON BARANDAS 65 X 45 X 84 CM	
CODIGO DEL BIEN	M-148	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	MATERIAL PREDOMINANTE: LÁMINAS Y PERFILES EN ACERO INOXIDABLE.
	A02	ESTRUCTURA ELABORADA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 25.4MM X 1.2MM DE ESPESOR COMO MINIMO
	A03	DOS (02) SUPERFICIES Ó TABLEROS ELABORADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 MM ESPESOR COMO MINIMO
	A04	BARANDA DE PROTECCIÓN ELABORADA EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE ½" DISTRIBUIDA EN LOS TRES LADOS DE CADA TABLERO.
	A05	DOS (02) GABETAS DE FACIL DELIZAMIENTO, CON TIRADORES DE ASA EN ACERO INOXIDABLE.
	A06	DOS (02) AGARRADERAS FABRICADAS CON TUBO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE DE ½" DE DIAMETRO, A AMBOS LADOS DEL MUEBLE.
	A07	TODA LA UNIDAD DEBE ESTAR MONTADA SOBRE CUATRO GARRUCHAS DE NYLON DE 50MM DE DIAMETRO COMO MINIMO.
	A08	EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y DEBE SER ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	SILLON PARA TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGIA	
CODIGO DEL BIEN		M-127
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	DISEÑO APTO PARA TRABAJAR EN OFTALMOLOGIA, CON APOYA BRAZOS Y APOYA CABEZA
	A02	CON ACCIONAMIENTO DE MOVIMIENTOS VERTICALES ELECTRONICO O ELECTROMECHANICO
	A03	CON AJUSTE DE DOBLEZ DE LA SECCION PIERNAS A LA ALTURA DE LAS RODILLAS (DE 0° HASTA 90° APROX.)
	A04	MOVIMIENTOS ASCENDENTE Y DESCENDENTE DEL ASIEN TO CONTROLADO POR PEDAL
	A05	ROTACION SOBRE EL EJE MAYOR A 180°
	A06	INCLINACION DE RESPALDO
	A07	EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y DEBE SER ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B
	A08	REQUERIMIENTO DE ENERGIA: 220 / 60 HZ, ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. N° 175-2008-MEM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	SILLÓN PARA EXAMEN DE OTORRINOLOGÍA	
CODIGO DEL BIEN	M-126	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	BASE METALICA FIJA Y PESADA
	A02	SOMIER DEL PACIENTE: CON (06) SECCIONES: APOYA NUCA, ESPALDAR, ASIENTO, EXTENSIÓN DE PIERNAS Y APOYA BRAZOS.
	A03	APOYA NUCA: SECCIÓN DESMONTABLE, REGULABLE EN ALTURA Y GIRATORIO, TIENE UN SISTEMA DE ACCIONAMIENTO MECÁNICO A TRAVÉS DE PERILLAS DE AJUSTE.
	A04	ESPALDAR: ESTRUCTURA FABRICADA CON TUBO CUADRADO DE ACERO LAF DE 1" X 2.0 MM DE ESPESOR.
	A05	ASIENTO: ESTRUCTURA FABRICADA CON TUBO CUADRADO DE ACERO LAF DE 1" X 2.0 MM DE ESPESOR.
	A06	EXTENSION DE PERINAS: ESTRUCTURA FABRICADA CON TUBO CUADRADO DE ACERO LAF DE 1" X 2.0 MM DE ESPESOR.
	A07	APOYA BRAZOS: FABRICADOS CON TUBO DE ACERO LAF DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 2" X 1" X 1.5 MM DE ESPESOR.
	A09	MOVIMIENTO ELECTRICOS SILLÓN ELÉCTRICO A 24V-CC. CON (03) ACTUADORES LINEALES ELÉCTRICOS Y CON CONTROL REMOTO ALÁMBRICO DE (08) BOTONES. MOVIMIENTO ASCENDENTE Y DESCENDENTE (HI-LOW), ALTURA VARIABLE DESDE 580 HASTA 1000 MM. MOVIMIENTO DEL ESPALDAR (FOWLER), CON INCLINACIÓN REGULABLE DESDE 0° HASTA 75°. MOVIMIENTO TRENDLEMBURGO, CON INCLINACIÓN REGULABLE DESDE 0° HASTA -18°. MOVIMIENTO DE LA EXTENSIÓN DE PIERNAS REBATIBLE, CON INCLINACIÓN REGULABLE DESDE 0° HASTA -80°.
	A10	MOVIMIENTOS MECANICOS APOYA BRAZOS CON GIRO VERTICAL (HACIA ARRIBA, CON INCLINACIÓN REGULABLE DESDE 0° HASTA 85°) Y HORIZONTAL (HACIA AFUERA, GIRO REGULABLE DESDE 0° HASTA 90°). APOYA NUCA EXTENSIBLE, HASTA 100 MM.
	DIMENSIONES APROXIMADAS	
	A11	LARGO TOTAL CON APOYA NUCA: 1730 MM
	A12	ALTURA MÍNIMA: 580 MM, ALTURA MAXIMA: 1000 MM
	A13	CAPACIDAD DE CARGA: 120 KG O MAYOR
	A14	REQUERIMIENTO DE ENERGIA: 220 / 60 HZ, ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. N° 175-2008-MEM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MESA RODABLE PARA ALIMENTOS	
CODIGO DEL BIEN	M-124	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	BASE, FABRICADO CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 2"X1"X2.0MM DE ESPESOR COMO MINIMO
	A02	(02) GARRUCHAS DE NYLON DE 2" DE DIÁMETRO, ALTAMENTE RESISTENTES AL TRÁNSITO.
	A03	(02) PATAS, FABRICADAS CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN REDONDA DE 1"X1.2MM DE ESPESOR COMO MINIMO, CON REGATONES DE POLIETILENO.
		COLUMNA:
	A04	SOPORTE ESTRUCTURAL DE TUBO RECTANGULAR DE 40X80X1.5MM DE ESPESOR COMO MINIMO
	A05	ALTURA REGULABLE CADA 50MM MEDIANTE UN SISTEMA ACCIONADO CON UN RESORTE DE COMPRESIÓN.
	A06	GATILLO DE ACCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE ELEVACIÓN DE ACERO INOXIDABLE.
		TABLERO SUPERIOR:
	A07	TABLERO METALICO ENCHAPADO CON PLÁSTICO LAMINADO Y FILETES DE ACERO INOXIDABLE.
	A08	LOS COMPONENTES DE ACERO INOXIDABLE CUMPLEN CON LA NORMA AISI, CALIDAD 304, ACABADO 2B
		DIMENSIONES APROXIMADAS:
	A09	LARGO DE TABLERO: 755 MM.
	A10	ANCHO DE TABLERO: 355 MM.
	A11	LARGO DE BASE: 800 MM.
	A12	ANCHO DE BASE: 400 MM.
	A13	ALTURA MÍNIMA: 800 MM.
	A14	ALTURA MÁXIMA: 1200 MM.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	COCHE TÉRMICO TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS	
CODIGO DEL BIEN	M-122	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	CARRO ISOTERMICO CON CALEFACCION ELECTRICAS.
	A02	ESTRUCTURA FABRICADA EN PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.2 MM DE ESPESOR COMO MINIMO, CALIDAD 304-2B, REFORZADO CON PERFILES Y ALMAS DEL MISMO MATERIAL.
	A03	DENTRO DE LOS PANELES DEBERAN LLEVAR MATERIAL AISLANTE TERMICO DE POLIURETANO INYECTADO O LANA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD.
	A04	EN LA PARTE SUPERIOR LLEVARÁ DOS DEPOSITOS DE FORMA CILINDRICA CON CAPACIDAD DE 13 LITROS DE 250MM DE ALTO X 260MM DE DIAMETRO Y DOS CUBETAS DE MEDIDA ESTANDAR GASTRONORM (527X324X150MM) TODOS CONSTRUIDOS EN PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0MM DE ESPESOR SIN COSTURAS NI REMACHES.
	A05	LAS PUERTAS SUPERIORES DE ACERO INOXIDABLE SERAN BATIENTES, CON EMPAQUETADURAS EN TODO SU CONTORNO, BISAGRAS, CERROJOS Y TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE DE 4".
	A06	EN LA PARTE INFERIOR LLEVARA TRES CUBETAS DE MEDIDAS ESTANDAR GASTRONORM (527X324X150MM) TODAS CONSTRUIDAS EN PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0MM DE ESPESOR COMO MINIMO, SIN COSTURAS NI REMACHES.
	A07	UN TIMON EN CADA LADO, CONSTRUIDOS CON PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1/8" DE ESPESOR Y TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" X 1.2MM DE ESPESOR.
	A08	REGULADOR DE TEMPERATURA DE 50° A 300°C CON TERMOSTATO O DISPLAY DE CONTROL, CON CAPACIDAD PARA LLEVAR 24 BANDEJAS DE 50 X 30 X 3CM APROXIMADAMENTE.
B. REQUERIMIENTOS DE ENERGIA	B01	CAPACIDAD PARA TRABAJAR CON RED MONOFASICA 220V A 60HZ CABLE DE ALIMENTACION DE GRADO MEDICO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	COCHE REPARTIDOR DE ALIMENTOS EN BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE	
CODIGO DEL BIEN	M-121	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	CONSTRUIDO ÍNTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE. DOBLE PARED CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO. ARMAZÓN TUBULAR CUADRADO DE 1" X 1.5 MM. ESPESOR. COMO MINIMO
	A02	EN SU INTERIOR, DE DOS SECCIONES, LLEVARA 20 BANDEJAS, PARA EL CUAL ESTARA PROVISTA DE CORREDERAS EN AMBOS LADOS DE LAS DOS SECCIONES ELABORADOS EN PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 MM DE ESPESOR COMO MINIMO SOLDADOS ELECTRICAMENTE AL ARMAZÓN.
	A03	PLANCHA SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE CON BARANDA SOLDADA ELÉCTRICAMENTE DE 4" DE ALTURA PARA LLEVAR ACCESORIOS ADICIONALES.
	A04	EN UNO DE LOS EXTREMOS LLEVARÁ MANUBRIO RECUBIERTO EN JEBE DURO DE ± 30 CMS DE ANCHO.
	A05	LAS PUERTAS DEBERÁN ABRIR A 270° PARA PERMITIR LA MANIOBRABILIDAD CON LAS BANDEJAS, CADA BANDEJA ACUÑADA EN ALUMINIO GALVANIZADO TENDRÁ 4 COMPARTIMENTOS (DIMENSIONES APROXIMADAS 17" X 11" CADA BANDEJA)
	A06	SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO ELECTRICO MEDIANTE TERMOSTATO Y CONTROL AUTOMÁTICO DE LA TEMPERATURA 45°C MAX.
	A07	CUATRO RUEDAS GIRATORIAS DE 5" Ø CON REVESTIMIENTO DE JEBE DURO.
		DIMENSIONES APROXIMADAS:
	A08	LARGO: 1250 MM
	A09	ANCHO: 800 MM
	A10	ALTURA: 1100 MM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	PORTABOLSA METÁLICA RODABLE, CON BOLSA DE LONA	
CODIGO DEL BIEN	M-117	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	ESTRUCTURA DESARMABLE.
	A02	(01) ARO EN LA PARTE SUPERIOR, FABRICADO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN REDONDA DE Ø1"X1.2MM. DE ESPESOR.
	A03	(03) PATAS DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN REDONDA DE Ø1" X 1.2MM. DE ESPESOR COMO MINIMO
	A04	(03) GARRUCHAS DE NYLON DE 2" DE DIÁMETRO, ALTAMENTE RESISTENTES AL TRÁNSITO.
	A05	LOS COMPONENTES DE ACERO INOXIDABLE CUMPLEN CON LA NORMA AISI; CALIDAD 304, ACABADO 2B.
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A06	ALTURA : 1000MM
B. ACCESORIOS	A07	DIÁMETRO EXTERIOR DEL ARO : 590MM
	B01	(01) BOLSA DE LONA COLOR BLANCO, CON BOCA REDONDA Y CUERDA DE NYLON, DENTRO DE LA BASTA.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	PORTA LAVATORIO DOBLE METÁLICO RODABLE INC. LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE	
CODIGO DEL BIEN	M-116	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	ESTRUCTURA TOTAL DE ACERO INOXIDABLE.
	A02	BASE FABRICADA CON (02) "U" INVERTIDAS DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN REDONDA DE 1"X1.2MM DE ESPESOR COMO MINIMO CON REFUERZOS INFERIORES.
	A03	(02) AROS EN LA PARTE SUPERIOR, DE 310MM DE DIÁMETRO, FABRICADO CON PLATINA DE ACERO DE INOXIDABLE DE 32 X 3 MM ROLADOS Y EMPERNADOS A LA BASE CON EL FIN DE SOSTENER LOS DOS LAVATORIOS. RECUBIERTO CON UNA FRISA PROTECTORA DE JEBE DURO PARA EVITAR PRODUCIR RUIDO.
	A04	EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON UN GABINETE Y TABLERO INTERIOR; DOS (02) PUERTAS BATIENTES CON TIRADOR INCORPORADO, FABRICADOS EN PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 MM DE ESPESOR COMO MINIMO.
	A05	(04) GARRUCHAS DE 3" DE DIÁMETRO, GRADO HOSPITALARIO GIRATORIAS (360°), 02 CON FRENO. LAS RUEDAS ESTÁN FABRICADAS CON UNA COMBINACIÓN DE PVC Y GOMA TERMOPLÁSTICA, PROPORCIONANDO ÓPTIMA PROTECCIÓN AL PISO Y RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS. CON CAPACIDAD DE CARGA DE 60KG/GARRUCHA.
	A06	(02) LAVATORIOS DE ACERO INOXIDABLE, CALIDAD 304, DE 350MM. DE DIÁMETRO.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE	
CODIGO DEL BIEN	M-115	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	ESTRUCTURA FABRICADA INTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE, CON 02 ANILLOS DE PLANCHAS DE 1/16" CORTADAS CONCENTRICAMENTE MEDIANTE MONTANTES PERFILADOS DEL MISMO MATERIAL. BASE FORMADA POR UNA CRUZ DE CANALES DE 1 1/2" X 5/8" MONTADA EN LA PARTE INTERIOR DEL ANILLO INFERIOR
	A02	PROTECTOR DE JEBE DURO EN LOS BORDES DEL ANILLO SUPERIOR E INFERIOR. MONTADA SOBRE 04 GARRUCHAS DE NYLON DE 50 MM. DIÁMETRO CON EJE ROSCADO.
	A03	INCLUYE 01 BALDE DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0 MM DE ESPESOR COMO MINIMO, SIN COSTURAS, NI REMACHES, TIPO QUIRÚRGICO, CALIDAD 304-2B, CAPACIDAD APROXIMADA DE 12 LITROS, CON ASA EN FORMA DE SEMICÍRCULO DE PLANCHAS PERFILADAS DEL MISMO MATERIAL.
		DIMENSIONES APROXIMADAS:
		SOPORTE
	A04	Diámetro: 400 mm.
	A05	Altura: 310 mm
		BALDE
	A06	Diámetro: 270 mm.
	A07	Altura: 300 mm
		ACERO INOXIDABLE
	A08	EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y DEBE SER ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	
CODIGO DEL BIEN	M-114	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	CUBO PARA DESPERDICIOS, CONSTRUIDO INTEGRAMENTE DE PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 MM DE ESPESOR.
	A02	BORDE SUPERIOR (JUNTURA DE LA TAPA) Y BORDE INFERIOR DE LA BASE FORRADO CON JEBE DURO.
	A03	PEDAL METÁLICO DE 1 3/4" DIAMETRO FORRADO CON JEBE DURO PARA ACCIONAMIENTO DE MECANISMO QUE ABRE LA TAPA.
	A04	INCLUYE CUBO INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE DE 1.00 MM DE ESPESOR, SIN COSTURAS, NI REMACHES, CON ASA TIPO BALDE, CAPACIDAD APROXIMADA DE 11 LITROS.
		DIMENSIONES APROXIMADAS:
	A05	DIAMETRO: 330 mm
	A06	SOPORTE PRINCIPAL: 450mm
		ACERO INOXIDABLE:
	A07	EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y DEBE SER ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	CARRO PARA EL TRANSPORTE DE DESECHOS	
CODIGO DEL BIEN	M-112	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD QUE RESISTE GOLPES Y CAMBIOS DE TEMPERATURA
	A02	CUENTA CON TAPA Y RUEDAS DE GOMA
	A03	CAPACIDAD DE 660 LITROS
	A04	CUENTA CON TAPÓN DE DRENAJE EN LA BASE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA
	A05	APOYADO SOBRE CUATRO GARRUCHAS, CON FRENO EN ALMENOS DOS RUEDAS
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A06	LARGO: 780MM
	A07	ANCHO: 1270MM
	A08	ALTURA: 1170MM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	
CODIGO DEL BIEN	M-111	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	CONSTRUIDOS INTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE
	A02	ESTRUCTURA METALICA FABRICADA ENTEGRAMENTE EN PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 MM DE ESPESOR, CALIDAD 304-2B, REFORZADO CON PERFILES Y ALMAS DEL MISMO MATERIAL DEBE LLEVAR PLACA ESTAMPADO EN LOS LADOS BAJO EL TIMON Y EN ALTO RELIEVE MATRIZADO, EL TEXTO "ROPA LIMPIA" EN LETRAS FORMATO ARIAL DE 70 MM. DE ALTO.
	A03	LAS PUERTAS SUPERIORES DE ACERO INOXIDABLE SERÁN BATIENTES, CON BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE Y TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE DE 4".
	A04	UN TIMON DE CADA LADO, CONSTRUIDOS CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/8" DE ESPESOR Y TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" DE DIAMETRO X 1.2 MM. DE ESPESOR.
	A05	APOYADO SOBRE CUATRO GARRUCHAS DE PLATAFORMA DE 6" DE ESPESOR, TODAS GIRATORIAS DOS DE ELLAS CON FRENOS.
		DIMENSIONES APROXIMADAS:
	A06	LARGO : 900 MM
	A07	ANCHO : 700 MM
	A08	ALTURA : 900 MM
		ACERO INOXIDABLE:
	A10	EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y DEBE SER ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludPrograma Creación de Redes
Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	SILLA ESPECIAL PARA TOMA DE MUESTRAS	
CODIGO DEL BIEN	M-109	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	SILLA CON ESTRUCTURA CONSTRUIDA EN TUBO CUADRADO DE 1" X 1.2 MM CON TRAVESAÑOS EN EL ASIENTO DE TUBO CUADRADO DE ¾" X 1.2 MM. COMO MINIMO
	A02	ASIENTO FABRICADO CON MARCO DE MADERA TORNILLO DONDE SE FIJAN CUATRO RESORTES TIPO NO-SAG, QUE LO HAGA MUY COMODO Y ANATÓMICO. TAPIZADO COMPUESTO POR UNA PIEZA DE CRUDO NYLON, ESPUMA POROFLEX DE 2" DE ESPESOR DENSIDAD MAYOR A 18 KG/M³ Y RECUBIERTO CON VINILO DE BUENA CALIDAD..
	A03	RESPALDO COMPUESTO INTERIORMENTE POR UNA PLANCHA DE TRIPLAY DE 4MM. Y REFORZADO CON UN MARCO DE MADERA TORNILLO, GOMA ESPUMA DE 1" DE ESPESOR COMO MINIMO DENSIDAD MAYOR A 18 KG/M³ Y RECUBIERTO EN VINILO.
	A04	POSABRAZO ACOLCHADO FIJADA A UNA ESTRUCTURA ADICIONAL, FABRICADO EN UN TUBO REDONDO DE ¾" DIÁMETRO X 1.2 MM. REGULABLE MEDIANTE GUÍAS DE TUBO CON PERILLAS DE AJUSTE Y DISPUESTOS EN AMBOS LADOS DE LA SILLA.
	A05	CUENTA CON UN GABINETE RODABLE, FABRICADO EN UNA PLANCHA LAMINADA EN FRÍO DE 1 MM. DE ESPESOR DE ESPESOR
	A06	ALOJA TRES GAVETAS DE FÁCIL DESLIZAMIENTO, EN SU FRENTE LLEVA TIRADORES INCORPORADOS
	A07	RODABLE MEDIANTE UNA BASE DE TUBO CUADRADO DE 1" X 1.2 MM MONTADA SOBRE CUATRO GARRUCHAS DE NYLON DE 2" DE DIÁMETRO CON EJE ROSCADO.
	A08	SILLA CON ESTRUCTURA CONSTRUIDA EN TUBO CUADRADO DE 1" X 1.2 MM CON TRAVESAÑOS EN EL ASIENTO DE TUBO CUADRADO DE ¾" X 1.2 MM.
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	SILLA	
	A09	ASIENTO: 410X425mm
	A10	ALTURA DE ASIENTO: 410mm
	A11	ALTURA: 860mm
	MODULO	
	A12	LARGO: 380mm
	A13	ANCHO: 440mm
	A14	ALTURA: 790mm

CARLOS ALBERTO DILLMANN
INGENIERO ELEC
CIP 5584



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludPrograma Creación de Redes
Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	SILLA DE RUEDAS, PEDIÁTRICA	
CODIGO DEL BIEN	M-107	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	SILA DE RUEDAS PARA PEDIATRIA DE 6 A 12 AÑOS, CON ESTRUCTURA TUBULAR DE SECCIÓN REDONDA DE 7/8".
	A02	ASIENTO Y RESPALDO CONFECCIONADO EN VINIL ACOLCHADO DE COLOR AZUL. ARO PROPULSOR CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO. EJE CON SISTEMA DE RODAMIENTOS DE GRAN RESISTENCIA.
	A03	PROTECTORES LATERALES DE ACERO INOXIDABLE.
	A04	FRENOS REGULABLES DE TIPO PALANCA.
	A05	RUEDAS POSTERIORES DE 20" DE DIÁMETRO CON LLANTA SÓLIDA.
	A06	RUEDAS DELANTERAS GIRATORIAS DE 6" DE DIÁMETRO DE DIAMETRO DE JEFE DURO EJE DE ACERO CON SISTEMA DE FRENOS
	A07	REGATONES Y MANIJAS DE CONDUCIR DE PE COLOR GRIS O AFIN.
	A08	DISEÑO PLEGABLE DE TIPO TUJERA DE FÁCIL ACCIONAMIENTO.
	A09	DISPOSITIVO DE TIJERA FORMADO POR DOBLE BARRA TUBULAR PARA PERMITIR EL USO A PERSONAS DE HASTA 110 KILOS DE PESO.
	A10	SOPORTES DE BRAZOS FIJOS CON CADERAS ACOLCHADAS
	A11	CON UN PORTASUEROS TELESCOPIOCO REMOVIBLE
		DIMENSIONES APROXIMADAS:
	A12	FONDO : 14"
	A13	ANCHO : 14"
	A14	ALTURA : 12"
		ACERO INOXIDABLE
	A15	EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y DEBE SER ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR	
CODIGO DEL BIEN	M-106	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	SILLA DE ACERO PLEGABLE CON RESPALDO
	A02	ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO CROMADO O ESMALTE EPOXI
	A03	TAPICERIA DE NYLON
	A04	REPOSABRAZOS ABATIBLES HACIA ATRÁS, CON ALMOHADILLA
	A05	REPOSAPIÉS A 70° ABATIBLES Y DESMONTABLES
	A06	RUEDAS: TRASERAS DE GOMA MACIZAS, DELANTERAS PIVOTANTES
	A07	DISTANCIA ENTRE RUEDAS AJUSTABLE
	A08	RUEDAS ANTIVUELCO
	A09	SOPORTE DE SUERO DESMONTABLE, REGULABLE EN ALTURA
	A10	RUEDAS POSTERIORES ENTRE 22" A 24"
	A11	RUEDAS DELANTERAS ENTRE 7" A 8"
	A12	SOPORTE DE PESO HASTA 110 KG
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A13	FONDO : 40 CM
	A14	ANCHO : 45 CM
	A15	ALTURA DE RESPALDAR : 40 CM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	PORTASUERO METÁLICO RODABLE	
CODIGO DEL BIEN	M-105	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	BASE RODABLE COMPUESTA POR CUATRO BRAZOS DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 1 1/4" X 1" Y 250 MM. DE LONGITUD, DISPUESTAS EN FORMA DE CRUZ, FABRICADO ÍNTEGRAMENTE CON PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.20 MM. DE ESPESOR CALIDAD 304-2B.
	A02	SOPORTE PRINCIPAL CONSTRUIDO CON TUBO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" DIÁMETRO X 1.2 MM. DE ESPESOR.
	A03	VARILLA PORTA SUERO FABRICADA CON TUBO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" DIÁMETRO X 1.2 MM Y VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 5/16" DE DIÁMETRO, SOLDADO EN EL EXTREMO EN FORMA DE "T" CON MUESCAS PARA COLGAR BOLSAS Y BOTELLAS.
	A04	PERILLA ROSCADA DE ACERO INOXIDABLE PARA REGULACIÓN DE ALTURA DE LA VARILLA PORTA SUERO.
	A05	DESCANSA SOBRE CUATRO GARRUCHAS GIRATORIAS DE 2" DE DIÁMETRO, DE NYLON CON EJE ROSCADO. CON FRENOS.
	DIMENSIONES APROXIMADA:	
	A06	ALTURA MÍNIMA : 1000 mm
	A07	ALTURA MÁXIMA : 1900 mm
	A08	ACERO INOXIDABLE
	A09	EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y DEBE SER ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludPrograma Creación de Redes
Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENÉRICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	PORTA LAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON GABINETES	
CÓDIGO DEL BIEN	M-103	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES  R. JOHAN ECHANDÍA MORENO JEFE DE SUPERVISIÓN CIP N° 166759	A01	MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE DISEÑADO PARA EL TRASLADO DE DOS LAVATORIOS DE ACERO INOXIDABLE, USADO PARA EL TRASLADO DE LOS UTENSILIOS NECESARIOS PARA EL BAÑO EN CAMA DE PACIENTES.
	A02	MOBILIARIO UTILIZADO EN ÁREAS ASISTENCIALES COMO HOSPITALIZACIÓN, EMERGENCIA, RECUPERACIÓN, CUIDADOS INTENSIVOS ENTRE OTRAS ÁREAS. ESTE MOBILIARIO ESTÁ A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA Y OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD.
	A03	ESTRUCTURA PRINCIPAL FABRICADA CON ARCOS Y TRAVESANOS DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B DE 25 MM DE DIÁMETRO X 1.2 MM (1/20") DE ESPESOR COMO MÍNIMO. CON SOPORTE PARA GABINETE UBICADO A MEDIA ALTURA. CON BARANDAS SUPERIORES PARALELAS. CON AROS PARA SOPORTAR DOS LAVATORIOS DESMONTABLES. CADA ARO CUENTA CON UNA CUBIERTA DE JEBE PARA PROTEGER LAS SUPERFICIES METÁLICAS, CON CUATRO PATAS REMATADAS EN CONEXIÓN PARA GARRUCHAS.
	A04	GABINETE CON DOS PUERTAS Y COBERTURA FABRICADO CON PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B DE 1.0 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO, UBICADAS A MEDIA ALTURA DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL. CADA PUERTA CON UN TIRADOR DE TIPO ASA DE 100 MM DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B. CON UN TABLERO INTERIOR.
	A05	AROS TUBULARES DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B, DE 19 MM DE DIÁMETRO Y 1.2 MM (1/20") DE ESPESOR COMO MÍNIMO, COLOCADOS EN LA PARTE SUPERIOR A FIN DE SOSTENER DOS LAVATORIOS. EL BORDE DE CADA ARO LLEVA PROTECTOR DE JEBE PARA EVITAR EL RUIDO.
	A06	LAVATORIO DE UNA SOLA ESTRUCTURA DE PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B DE 1.0 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO, CON BORDES REDONDEADOS, SIN COSTURAS NI REMACHES. CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 340 MM O MÁS Y DIÁMETRO INTERIOR DE 290 MM O MÁS, ALTURA DE 70 MM APROXIMADAMENTE.
	A07	GARRUCHAS DE GRADO HOSPITALARIO, OMNIDIRECCIONALES, CON RUEDA DE NYLON DE 50 MM (2") DE DIÁMETRO, CON EJE ROSCADO, DOS DE ELLAS CON FRENO.
	A09	DIMENSIONES APROXIMADAS: (TOLERANCIA MÁXIMA DE +/-1 %) LARGO TOTAL: 700 MM. ANCHO TOTAL: 340 MM. ALTURA TOTAL: 860 MM.
	B01	UNA (01) ESTRUCTURA PRINCIPAL.
B. COMPONENTES	B02	UN (01) GABINETE DE DOS PUERTAS.
	B03	DOS (02) LAVATORIOS.
	B04	CUATRO (04) GARRUCHAS.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	PORTA CHATAS Y PAPAGAYOS DE PARED	
CODIGO DEL BIEN	M-102	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	CONSTRUIDO INTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE TODAS LAS PARTES Y ACCESORIOS, INCLUYENDO LA SOLDADURA
	A02	FABRICADO CON PLANCHA DE 1 MM DE ESPESOR COMO MINIMO, REFORZADO EN LA PARTE POSTERIOR, CON PREFILES Y ALMAS DEL MISMO MATERIAL.
	A03	DISEÑADO PARA SER ADOSADO A LA PARED, PARA LO CUAL DEBERÁ INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU ADOSAMIENTO.
	A04	CUENTA CON OCHO GANCHOS PORTA PAPAGAYOS Y OCHO ABRAZADERAS PORTA CHATAS.
	A05	EN LA PARTE INFERIOR, LLEVARA UNA BANDEJA FÁCILMENTE DESMONTABLE, LA CUAL RECIBIRÁ LOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DE LAS CHATAS Y PAPAGAYOS
	A06	INCLUYE 8 CHATAS Y 8 PAPAGAYOS DE 1.2 MM DE ESPESOR.
		DIMENSIONES APROXIMADAS:
	A07	LARGO: 1550MM.
	A08	ANCHO: 1200 MM.
	A09	ACERO INOXIDABLE
	A10	EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y DEBE SER ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLINICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA	
CODIGO DEL BIEN	M-101	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	FABRICADO INTEGRAMENTE CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.00 MM. DE ESPESOR CALIDAD 304-2B
	A02	CON UN RECIPIENTE EN FORMA DE CENICERO EN LA PARTE SUPERIOR Y UNA BASE REPUJADA DE 335 MM
	A03	DE DIÁMETRO PARA USAR EL TRONCO COMO PAPELERA.
	A04	EL PROCESO DE SOLDADURA DEBE SER TECNOLOGÍA MIG PARA PARTES METÁLICAS Y TIG PARA ACERO INOXIDABLE. O SIMILAR DE TECNOLOGIA SUPERIOR, QUE ASEGURE EL BUEN ACABADO Y ALTA RESISTENCIA DE LOS MATERIALES.
	A05	EL PROCESO DE PINTADO Y SECADO AL HORNO (180°C MÍNIMO) DEBE SER CON PINTURA EN POLVO TIPO HÍBRIDO (EPOXI Y POLIÉSTER), PINTADO ELECTROSTÁTICO, QUE GENERE UNA CAPA DE ESPESOR PROMEDIO MÍNIMO DE 60 MICRAS. EL COLOR FINAL DE LA PINTURA A DEFINIRSE SERÁ UN PROCESO APLICADO A LAS PARTES METÁLICAS DEL MOBILIARIO, EXCEPTO AL CROMADO Y ACERO INOXIDABLE
	A06	EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y DEBE SER ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B
	DIMENSIONES APROXIMADAS	
	A07	ALTURA : 600 MM. DIÁMETRO : 245 MM. DIÁMETRO BASE : 335 MM. DIÁMETRO ORIFICIO LATERAL TRONCO : 150 MM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLINICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y VENTANA ABATIBLE ACCIONAMIENTO A PEDAL	
CODIGO DEL BIEN	M-100	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	DE FORMA CILINDRICA.
	A02	FABRICADA INTEGRAMENTE EN PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.00mm. DE ESPESOR COMO MINIMO.
	A03	CON UN RECIPIENTE EN LA PARTE SUPERIOR.
	A04	BASE DE 335MM DE DIAMETRO PARA USAR EL TRONCO COMO PAPELERA.
	A05	CON TAPA BASCULANTE.
	A06	CAPACIDAD 30 LT. MINIMO.
	A07	LOS COMPONENTES DE ACERO INOXIDABLE DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA AISI, CALIDAD 304, ACABADO 2B; Y SE HAN DECAPADO DESPUES DE SOLDAR.
	DIMENSIONES APROXIMADAS	
	A08	ALTURA : 60 CM.
	A09	DIAMETRO : 25 CM.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO	
CODIGO DEL BIEN	M-99	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	DE ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA ÍNTEGRAMENTE DE ACERO INOXIDABLE
	A02	BASTIDOR DE ACERO INOXIDABLE TUBULAR DE 25.4 MM. (1") DE DIÁMETRO Y 1.2 MM (1/20") DE ESPESOR
	A03	DOS TABLEROS FABRICADOS EN PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 MM. (1/32") DE ESPESOR
	A04	CADA TABLERO DEBE LLEVAR UNA BARANDILLA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" DE DIÁMETRO, EN SUS TRES LADOS
	A05	TODA LA UNIDAD DEBE ESTAR MONTADA SOBRE CUATRO GARRUCHAS DE NYLON 50 MM. (2") DE DIÁMETRO CON EJE ROSCADO
	A06	SOPORTES GIRATORIOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" DE DIÁMETRO, CON SUS CORRESPONDIENTES CUBETAS DE ACERO INOXIDABLE DE 220 MM. DE DIÁMETRO X 60 MM. DE ALTO APROXIMADAMENTE
	A07	TODAS LAS UNIONES DEBERÁN SER ELÉCTRICAMENTE SOLDADAS
	A08	ACABADO SATINADO MEDIO BRILLO
	A09	DIMENSIONES APROXIMADAS: LARGO: 660 MM, ANCHO: 460 MM., ALTURA TABLERO SUPERIOR: 840 MM, ALTURA TABLERO INFERIOR: 350 MM
	A10	EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y DEBE SER ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MESA METÁLICA DE USO MÚLTIPLE DE 90 X 45 CM	
CODIGO DEL BIEN	M-98	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	TABLERO FABRICADO EN AGLOMERADO ENCHAPADO POR AMBAS CARAS DE PLÁSTICO LAMINADO (FORMICA) Y CANTO GRUESO DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR.
	A02	PATAS TUBULARES FABRICADAS CON TUBO CUADRADO DE 1" X 1.5 MM DE ESPESOR.
	A03	DOS CAJONES FRONTALES QUE SE DESLIZAN EN CORREDERAS TELESCÓPICAS DE FULL EXTENSIÓN QUE PERMITEN LA EXTRACCIÓN TOTAL DEL CAJÓN, Y EN EL FRENTE LLEVAN UN TIRADOR TIPO ASA DE ACERO INOXIDABLE DE 4".
	A04	PARA SU SEGURIDAD LLEVA DOS CERRADURAS DE LENGÜETA.
	A05	TODO EL CONJUNTO ESTÁ SOSTENIDO SOBRE 4 GARRUCHAS DE GRADO HOSPITALARIO DE 2", DOS DE ELLAS CON FRENO.
	A06	UN (01) CARRO METÁLICO DE BASE RODABLE Y SISTEMA DE SUJECCIÓN PARA LOS DOS CILINDROS, PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A07	ALTO: 750 MM
	A08	ANCHO: 450 MM
	A09	LARGO: 900 MM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MESA METÁLICA PARA EXÁMENES Y CAMBIAR PAÑALES	
CODIGO DEL BIEN	M-97	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	ESTRUCTURA FABRICADA EN PLANCHAS LAMINADAS EN FRÍO EN 1/32" DE FORMA RECTANGULAR DE 3" X 1" X 1100 MM DE LARGO, DONDE SE FIJA EL RIEL PARA TALLÍMETRO DE HASTA 1100 MM.
	A02	REPISA REMOVIBLE, CONSTRUÍDA EN PLANCHAS LAMINADAS EN FRÍO DE 1/32", DE 430 MM. DE ANCHO X 300 MM. DE LARGO CON BORDE DE 40 MM, CUBIERTA CON FUNDA DE KOROVL.
	A03	COLCHONETA DE ESPUMA POLIURETANO DE 2", CON TRIPLAY DE 1/2" DE BASE QUE SE ATORNILLA A LA ESTRUCTURA DEL MARCO METÁLICO SUPERIOR.
	A04	GABINETE INFERIOR CON 2 CAJONES Y CON TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE DE 4"
	A05	LA BASE LLEVARÁ UNA BANDA PLÁSTICA DE PROTECCIÓN FIRMEMENTE ADHERIDA DE 100MM. DE ALTURA.
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A06	ALTO: 1050 MM
	A07	ANCHO: 600 MM
	A08	LARGO: 1100 MM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO	
CODIGO DEL BIEN	M-95	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	CONSTRUIDA EN SU TOTALIDAD EN ACERO INOXIDABLE.
	A02	BASTIDOR DE TUBO DE 1 ¼ X 1.5 MM. DE ESPESOR.
	A03	TRAVESAÑOS DE TUBO DE ¾" X 1.2 MM. DE ESPESOR.
	A04	MECANISMO PARA MOVIMIENTO TRENDELEMBURG.
	A05	ANGULO DE 1" X 1/8" DE ESPESOR, CON MUESCAS DE REGULACIÓN.
	A06	REGATONES DE JEBE DURO ELECTROCONDUCTIVOS.
	A07	PLATAFORMAS DE PLANCHA DE 1/32" DE ESPESOR.
	A08	MANIJA DE AJUSTE CON PERILLA DE PLÁSTICO DURO.
	A09	HOMBREAS METÁLICAS ACOLCHADAS.
	A10	INCLUYE COLCHONETAS FABRICADAS CON GOMA ESPUMA DE 2" DE ESPESOR DENSIDAD MAYOR A 18 KG/M³ Y FORRADAS CON KOROFAN, DE BUENA CALIDAD RESISTENTE AL DESGASTE.
	A11	CONSTRUIDA EN SU TOTALIDAD EN ACERO INOXIDABLE.
	A12	BASTIDOR DE TUBO DE 1 ¼ X 1.5 MM. DE ESPESOR.
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A13	ALTO: 820 MM
	A14	ANCHO: 500 MM
	A15	LARGO: 1900 MM
	ACERO INOXIDABLE:	
	A16	EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y DEBE SER ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MESA ACANALADA	
CODIGO DEL BIEN	M-94a	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	MESA ACANALADA
	A02	CONSTRUIDO INTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE
	A03	TABLERO DE PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE, REFORZADO INTERIORMENTE CON TRES VIGAS EN "U" AMBOS 1 MM DE ESPESOR COMO MINIMO, TODO EN ACERO INOXIDABLE
	A04	BASTIDOR METÁLICO DE TUBO DE SECCIÓN CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE DE 1" X 1.2 MM. DE ESPESOR CON DOS CAJONES DE 300 X 400 X 130 MM. A AMBOS LADOS, CONSTRUIDOS CON PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 0.8 MM. DE ESPESOR Y TIRADOR EMBUTIDO.
	A05	PARTE INFERIOR LLEVARÁ UN REFUERZO EN FORMA DE "H", UNIENDO LAS CUATRO PATAS DEL BASTIDOR.
	A06	PATAS CON REGATONES DE JEBE DURO.
	A07	ACABADO, SATINADO MEDIO BRILLO.
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A08	ALTO: 750 MM
	A09	ANCHO: 700 MM
	A10	LARGO: 1400 MM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.40 X 0.70 M	
CODIGO DEL BIEN	M-94	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	CONSTRUIDO ÍNTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE
	A02	TABLERO DE PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE, REFORZADO INTERIORMENTE CON TRES VIGAS EN "U" AMBOS 1 MM DE ESPESOR COMO MINIMO, TODO EN ACERO INOXIDABLE
	A03	BASTIDOR METÁLICO DE TUBO DE SECCIÓN CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE DE 1" X 1.2 MM. DE ESPESOR CON DOS CAJONES DE 300 X 400 X 130 MM. A AMBOS LADOS, CONSTRUIDOS CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.8 MM. DE ESPESOR Y TIRADOR EMBUTIDO.
	A04	PORTE INFERIOR LLEVARÁ UN REFUERZO EN FORMA DE "H", UNIENDO LAS CUATRO PATAS DEL BASTIDOR.
	A05	PATAS CON REGATONES DE JEBE DURO.
	A06	ACABADO, SATINADO MEDIO BRILLO.
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A07	ALTO: 750 MM
	A08	ANCHO: 700 MM
	A09	LARGO: 1400 MM



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludPrograma Creación de Redes
Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	
CODIGO DEL BIEN	M-91	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	MATERIAL PREDOMINANTE: LÁMINAS Y PERFILES EN ACERO INOXIDABLE.
	A02	ESTRUCTURA ELABORADA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 25.4MM X 1.2MM DE ESPESOR.
	A03	DOS SUPERFICIES Ó TABLEROS ELABORADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 MM ESPESOR.
	A04	BARANDA DE PROTECCIÓN ELABORADA EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE ½" DISTRIBUIDA EN LOS TRES LADOS DE CADA TABLERO.
	A05	DOS GABETAS DE FACIL DELIZAMIENTO, CON TIRADORES DE ASA EN ACERO INOXIDABLE.
	A06	DOS AGARRADERAS FABRICADAS CON TUBO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE DE ½" DE DIAMETRO, A AMBOS LADOS DEL MUEBLE.
	A07	TODA LA UNIDAD DEBE ESTAR MONTADA SOBRE CUATRO GARRUCHAS DE NYLON DE 50MM DE DIAMETRO.
	A08	ACABADO SATINADO
		ACERO INOXIDABLE:
	A09	EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y DEBE SER ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B
		MEDIDAS APROX
	A10	LARGO DEL TABLERO SUPERIOR 650MM
	A11	ANCHO DEL TABLERO SUPERIOR 450MM
	A12	ALTURA AL TABLERO SUPERIOR 840MM
	A13	ALTURA AL TABLERO INFERIOR 350MM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO	
CODIGO DEL BIEN	M-90	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	CONSTRUIDO INTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE
	A02	UN SOPORTE PRINCIPAL DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" (25.4 MM.) DE DIÁMETRO Y 1.25 MM. DE ESPESOR. EN SU PARTE SUPERIOR LLEVA UNA PERILLA DE AJUSTE DE ACERO INOXIDABLE.
	A03	BASE INFERIOR PESADA DE FORMA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 1" X 1.2 MM. DE ESPESOR.
	A04	DOS GARRUCHAS DE NYLON DE 2" DE DIÁMETRO, CON EJE ROSCADO EN LA PARTE DE ADELANTE Y DOS PATAS CON REGATONES DE JEBE DURO.
	A05	TABLERO FABRICADO EN PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 MM. DE ESPESOR, SIN INTERSTICIOS COSTURA NI REMACHES.
	A06	EL TABLERO SE COLOCA SOBRE MONTANTE REDONDO DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8", EL CUAL LE PERMITIRÁ SOPORTAR EL PESO DE POR LO MENOS 10 KG.
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A07	LARGO DEL TABLERO: 520MM
	A08	ANCHO DEL TABLERO: 400MM
	A09	ALTURA MINIMA: 800MM
	A10	ALTURA MAXIMA: 1300MM
	ACERO INOXIDABLE:	
	A11	EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y DEBE SER ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MESA ANGULAR DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL	
CODIGO DEL BIEN	M-89	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	MESA FABRICADA ÍNTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO CALIDAD 304-2B
	A02	TABLERO SUPERIOR DE MEDIA LUNA, ANGULAR, DE PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE TIPO QUIRÚRGICO DE 1/20" DE ESPESOR, DEBIDAMENTE SOLDADO Y REFORZADO.
	A03	PATAS Y TRAVESAÑOS DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO DE 1" X 1.2 MM. DE ESPESOR, PARA REFORZAMIENTO DE LA MESA.
	A04	UNIDAD MONTADA SOBRE 6 GARRUCHAS DE Ø 2" CON DOBLE RODAMIENTO DE BILLAS Y RUEDAS DE JEBE ELECTROCONDUCTIVO.
	A05	ACABADO, SATINADO MEDIO BRILLO
		DIMENSIONES APROXIMADAS:
	A06	LONGITUD ANGULAR EXTERIOR: 1520MM
	A07	ANCHO DEL TABLERO: 380MM
	A08	ALTURA TOTAL: 900MM
	A09	ALTURA DEL TRABESAÑO: 300MM
		ACERO INOXIDABLE:
	A10	EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y DEBE SER ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES	
CODIGO DEL BIEN	M-88	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	MARCO DEL BASTIDOR FABRICADO CON PERFIL TIPO CANAL DE PLANCHA DE ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 1/16" DE ESPESOR Y PATAS DE TUBO DE ACERO NEGRO DE 1 1/4" DE DIÁMETRO X 1.25 DE ESPESOR.
	A02	TEMPLADOR INFERIOR FABRICADO CON TUBO DE ACERO NEGRO DE 1" DE DIÁMETRO Y 1.25MM DE ESPESOR, SOLDADO AL TUBO DE 1 1/4" DE DIÁMETRO.
	A03	SISTEMA REGULADOR DE CABECERA COMPUESTO POR UN DISPOSITIVO DE MÚLTIPLES GRADUACIÓN (BISAGRA TIPO TIJERA) QUE PERMITE OBTENER CUALQUIER GRADO ENTRE 0° Y 60° APROX.
	A04	CUALQUIER GRADO ENTRE 0° Y 60° APROX. § EL DIVÁN DEBE APOYARSE SOBRE CUATRO REGALONES DE JEBE DURO CONDUCTIVO
	A05	EL FORRO DEL TAPIZADO FABRICADO CON KOROFAN DE COLOR NEGRO, CON GOMA ESPUMA DE POLIURETANO SEMI DURO, ELÁSTICO Y RESISTENTE, DENSIDAD 18 KG/M3 O SUPERIOR
	A06	CON SOPORTE PARA VARILLAS PORTA SUERO, DESMONTABLE, EN LAS ESQUINAS DEL MARCO DE LA CARRILLA. SUMINISTRAR VARILLA PORTASUERO DE 5/8" DIÁMETRO X 1200MM DE LARGO.
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A07	LARGO : 1950 MM
	A08	ANCHO : 650 MM
	A09	ALTURA : 680 MM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLINICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	ESCALINATA METÁLICA DE 1 PELDAÑO	
CODIGO DEL BIEN	M-87	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	BASTIDOR, PARANTES Y REFUERZOS CONSTRUIDOS EN TUBO DE ACERO DE 25.4MM (1") X 1.25MM. DE ESPESOR COMO MINIMO, CON ORIFICIOS ADECUADOS PARA FIJAR PLATAFORMAS, MEDIANTE PERNOS CON TUERCA Y CONTRATUERCA.
	A02	EL DOBLADO DEL TUBO SERÁ DE UNA SOLA PIEZA SIN SECCIONAR.
	A03	PLATAFORMA CONTRAPLACADA DE 25.4MM (1") DE ALTO, CON PLANCHAS DE ACERO LAMINADO AL FRIO DE 1 MM (1/32") DE ESPESOR, CON CUBIERTA DE PLANCHAS DE JEBE ANTIDESLIZANTE DE 3.5MM. DE ESPESOR, COLOR NEGRO, ASEGURADO EN TODO SU CONTORNO CON FILETE DE ALUMINIO.
	A04	APOYADO SOBRE REGATONES DE JEBE DURO.
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A07	ALTURA DEL PELDAÑO: 20 CM.
	A08	ANCHO DEL PELDAÑO: 25 CM.
	A09	LARGO DEL PELDAÑO: 45 CM.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS	
CODIGO DEL BIEN	M-86	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	BASTIDOR, PARANTES Y REFUERZOS CONSTRUIDOS EN TUBO DE ACERO DE 25.4MM (1") X 1.25MM. DE ESPESOR, CON ORIFICIOS ADECUADOS PARA FIJAR PLATAFORMAS, MEDIANTE PERNS CON TUERCA Y CONTRATUERCA.
	A02	EL DOBLADO DEL TUBO SERÁ DE UNA SOLA PIEZA SIN SECCIONAR.
	A03	PLATAFORMA CONTRAPLACADA DE 25.4MM (1") DE ALTO, CON PLANCHAS DE ACERO LAMINADO AL FRIO DE 0.8MM (1/32") DE ESPESOR, CON CUBIERTA DE PLANCHAS DE JEBE ANTIDESLIZANTE DE 3.5MM. DE ESPESOR, COLOR NEGRO, ASEGURADO EN TODO SU CONTORNO CON FILETE DE ALUMINIO.
	A04	APOYADO SOBRE REGATONES DE JEBE DURO.
	A05	PARTES METÁLICAS PINTADAS CON DOS (02) MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, EN DIFERENTES COLORES, ESMALTADO AL HORNO A PRUEBA DE GOLPES, EN COLOR VERDE NILO TENUE.
	A06	LAS BASES DE PINTURA ANTICORROSIVA IRAN PINTADAS UNA EN COLOR NEGRO Y LAS OTRA DE COLOR ROJO.
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A07	ALTURA 1 PELDAÑO: 20 CMS.
	A08	ALTURA 2 PELDAÑO: 40 CMS.
	A09	ANCHO DEL PELDAÑO: 25 CMS.
	A10	LARGO DEL PELDAÑO: 42 CMS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	CUNA ACRÍLICA CON BASE METÁLICA RODABLE	
CÓDIGO DEL BIEN	M-85	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	CUNA PARA RECIÉN NACIDO, ACRILICA ABS
	A02	CON 04 RUEDAS DE POLIURETANO CON FRENOS
	A03	BORDES REDONDEADO
	A04	ASA PARA TRANSPORTE.
	A05	DISPOSITIVO MANUAL PARA ACCIONAMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS TREDELEMBURG Y REVERSO DEL TREDELEMBURG.
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A06	LARGO TOTAL : 900 MM
	A07	ANCHO TOTAL : 500 MM
	A08	ALTURA TOTAL : 920 - 1050 MM
B. COMPONENTE	B01	01 UNID COLCHONETA DE ESPUMA, FORRADO EN MATERIAL ANTIALERGICO, DE USO HOSPITALARIO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA	
CODIGO DEL BIEN	M-84	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	CONSTRUIDO ÍNTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE
	A02	ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA ÍNTEGRAMENTE EN PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 MM. DE ESPESOR, CALIDAD 304-2B, REFORZADO CON PERFILES Y ALMAS DEL MISMO MATERIAL. DEBE LLEVAR ESTAMPADO EN LOS LADOS BAJO EL TIMÓN Y EN ALTO RELIEVE MATRIZADO, EL TEXTO "ROPA SUCIA" EN LETRAS FORMATO ARIAL DE 100 MM. DE ALTO
	A03	LAS PUERTAS SUPERIORES DE ACERO INOXIDABLE SERÁN BATIENTES, CON BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE Y TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE DE 4"
	A04	UN TIMÓN EN CADA LADO, CONSTRUIDOS CON PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1/8" DE ESPESOR Y TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" X 1.2 MM. DE ESPESOR.
	A05	APOYADO SOBRE CUATRO GARRUCHAS DE PLATAFORMA DE 6" DE ESPESOR, TODAS GIRATORIAS DOS DE ELLAS CON FRENO.
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A06	LARGO: 900 MM
	A07	ANCHO: 700 MM
	A08	ALTURA: 900 MM
	ACERO INOXIDABLE:	
	A09	EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y DEBE SER ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	COCHE METÁLICO DE CURACIONES RODABLE	
CODIGO DEL BIEN	M-83	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	CONSTRUIDO INTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE.
	A02	BASTIDOR DE ACERO INOXIDABLE TUBULAR DE 25.4 MM. (1") DE DIAMETRO 1.2 MM. (1/20") DE ESPESOR.
	A03	DOS TABLEROS FABRICADOS EN PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 MM. (1/32") DE ESPESOR.
	A04	CADA TABLERO DEBE LLEVAR UNA BARANDILLA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" DE DIAMETRO, ENSUS TRES LADOS.
	A05	TODA LA UNIDAD DEBE ESTAR MONTADA SOBRE CUATRO GARRUCHAS DE NYLON 50 MM. (2") DE DIAMETRO CON EJE ROSCADO.
	A06	SOPORTES GIRATORIOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" DE DIAMETRO CON SUS CORRESPONDIENTES CUBETAS DE ACERO INOXIDABLE DE 220 MM. DE DIAMETRO X 60 MM. DE ALTO APROXIMADAMENTE.
	A07	EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y DEBE SER ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B.
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A08	LARGO: 650 MM
	A09	ANCHO: 450 MM
	A10	ALTURA DEL TABLERO INFERIOR: 340 MM
	A11	ALTURA DEL TABLERO SUPERIOR: 840 MM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	CARRO METÁLICO FICHERO PARA 20 PORTA HISTORIAS CLÍNICAS	
CODIGO DEL BIEN	M-81	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	CARRO MEDICO MOVIL PORTA HISTORIAS CLINICAS
	A02	ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y PANELES ESTRATIFICADOS CON REVESTIMIENTO PLASTIFICADO
	A03	PLANO SUPERIOR ABS CON REBORDE EN TRES LADOS
	A04	BASE CON PROTECCIÓN ANTIGOLPES DE POLIURETANO INTEGRAL (PUR)
	A05	2 CAJÓN PARA CARPETAS VERTICALES DE HISTORIAS CLÍNICA (INCLUYE 20 PORTAHISTORIAS CLINICA)
	A06	EMPUJADOR ERGONÓMICO
	A07	CON 04 RUEDAS FABRICADAS EN CENTRO EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO Y RECUBRIMIENTO DE HULE GRIS SUAVE TIPO TPR O SIMILAR
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A08	LARGO TOTAL : 800 MM
	A09	FONDO : 580 MM
	A10	ALTURA : 1200 MM



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludPrograma Creación de Redes
Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLINICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	CAMILLA METÁLICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	
CODIGO DEL BIEN	M-80	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	BASE RODABLE CON PATAS, FABRICADAS CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN REDONDA DE 1½"X1.2MM DE (E), DEBIDAMENTE SOLDADO Y REFORZADO CON TRAVESAÑOS DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN REDONDA DE 1"X1.2MM DE (E), CON PANEL INFERIOR FABRICADO DE PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 MM DE (E).
	A02	BASTIDOR, FABRICADO CON TUBO ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN CUADRADA DE 1"X1.2MM DE (E), EN EL CONTORNO EXTERIOR ESTÁ PROTEGIDO CON UNA FRISA DE JEBE EN FORMA DE C. AMBOS LADOS DE LA CAMILLA.
	A03	PLATAFORMA DEL PACIENTE, CON PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 0.8MM; CON LA CABECERA RECLINABLE POR MEDIO DE UN MECANISMO DE CREMALLERAS.
	A04	BARANDAS PLEGABLES CON CINCO (05) BARROTES DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. CON SISTEMA DE SEGURO DE PALANCA.
	A05	(04) GARRUCHAS DE 8" DE DIÁMETRO, GRADO HOSPITALARIO GIRATORIAS (360°), 02 CON FRENO. LAS RUEDAS ESTÁN FABRICADAS CON UNA COMBINACIÓN DE PVC Y GOMA TERMOPLÁSTICA, PROPORCIONANDO ÓPTIMA PROTECCIÓN AL PISO Y RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS.
	A06	LOS COMPONENTES DE ACERO INOXIDABLE CUMPLEN CON LA NORMA AISI; CALIDAD 304, ACABADO 2B.
	A07	(01) COLCHONETA DE ESPUMA DE PU DE 2" FORRADA CON TELAPLASTIFICADA; LAVABLE Y SUJETA A LA CAMILLA.
	A08	(02) VARILLA PORTA SUERO TELESCÓPICA DE ACERO SS, CON (02) GANCHOS.
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A09	LARGO: 1900MM
	A10	ANCHO: 600MM
	A11	ALTURA: 800MM
	ACERO INOXIDABLE:	
	A12	EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y ES ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B.



CARLOS ALBERTO GILLESPIE
INGENIERO ELECTRONICO
N° 54886



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludPrograma Creación de Redes
Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	CAMA CLINICA RODABLE PARA NIÑOS ESCOLARES	
CODIGO DEL BIEN	M-76	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	MATERIAL PREDOMINANTE : DE TUBO DE ACERO DE SECCIÓN CUADRADA Y PLANCHAS LAMINADAS AL FRÍO:
	A02	CABECERA Y PIECERA DE ABS DESMONTABLE PREVISTO DE CUATRO ADAPTADORES PARA VARILLA PORTA SUERO COLOCADOS EN CABECERA Y PIECERA, INCLUYENDO UNA VARILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA PORTA SUERO DE 1,200 mm. DE LONGITUD.
	A03	EL SOMIER CON BASTIDOR DE FIERRO ANGULAR DE 2" X 2" X 1.5 mm.(e) DE EXTREMOS UNIDOS POR REMACHES CON (04) TABLEROS REFORZADOS EN FORMA DE OMEGAS CON OROIFICIOS DE VENTILACION DE PLANCHA RIGIDA LAF DE 1.2 mm (E).
	A04	BARANDAS LATERALES DE ABS
	A05	CONTROLES DIGITALES PARA MOVIMIENTO DEL PACIENTE INTEGRADO EN LAS BARANDAS CON CONTROL MECANICO DEL MOVIMIENTO DEL RESPALDAR, PARA CASOS DE EMERGENCIA
	A06	LA CAMA ESTARA MONTADO SOBRE CUATRO (04) GARRUCHAS DE GRADO HOSPITALARIO DE 5", TODAS LAS GARRUCHAS CON FRENO
	A07	COLCHON DE ESPUMA INDEFORMABLE DE 5 PULGADAS MINIMO FORRADO CON TELA PLASTIFICADA CONTINUO O SIMILAR CON CIERRE RELAMPAGO DE COLOR AZUL.
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A07	LARGO: 195 CMS.
	A08	ANCHO: 92 CMS.
	A09	ALTURA DEL SOMIER: 60 CMS.
	A10	ALTURA CABECERA: 115 CMS.
	A11	ALTURA PIECERA: 105 CMS.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	CAMA CLINICA RODABLE PARA ADULTOS	
CODIGO DEL BIEN	M-75	
A. CARACTERISTICAS GENERALES 	A01	LA CAMA CLINICA SERA DE ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR PROVISTA DE CABECERA Y PIECERA DE ABS
	A02	CABECERA Y PIECERA ABS DESMONTABLE
	A03	BARANDAS LATERALES DE ABS, INCLUYE SOPOTE DE BARANDAS FABRICADOS EN ABS
	A04	SOMIER RIGIDO COMFORMADO POR CUATRO (04) TABLEROS DE PLANCHA METALICA (LAF) DE 1.2" DE ESPESOR, ARTICULABLES, UNIDA AL BASTIDOR CONSTRUIDO DE TUBO CUADRADO 2"X 2" X 2.00 mm. APROXIMADO
	A05	SOPORTE ESTRUCTURAL DE TABLEROS DE TUBO CUADRADO DE 2"X2 X 2.00 MM DE ESPESOR APROXIMADO.CADA ESQUINA DE LA CAMA LLEVA UN ORIFICIO PARA LA VARILLA PORTA SUERO, INCLUIR UNA VARILLA PORTA SUERO.
	A06	LA CAMA ESTARA MONTADO SOBRE CUATRO (04) GARRUCHAS DE GRADO HOSPITALARIO DE 5", TODAS LAS GARRUCHAS CON FRENO
	A07	CONTROLES DIGITALES PARA MOVIMIENTO DEL PACIENTE INTEGRADO EN LAS BARANDAS CON CONTROL MECANICO DEL MOVIMIENTO DEL RESPALDAR, PARA CASOS DE EMERGENCIA
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A08	LARGO : 2000 MM
	A09	ANCHO : 900 MM
	A10	ALTURA AL SOMIER : 500 MM
	A11	ALTURA A LAS BARANDAS : 100 MM
B. ACCESORIOS	B01	UN COLCHÓN PARA LA CAMA, FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD (MÍNIMO 18 KG/M3), RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN PARA USO FRECUENTE E INDEFORMABLE DE 6" DE ESPESOR FORRADA EN TELA DE CALIDAD EXTRA O MATERIAL SINTÉTICO EQUIVALENTE, RESISTENTE AL USO CONTINUO A RALLADURAS Y QUÍMICOS DE FÁCIL LAVADO Y DESINFECCIÓN.
C. REQUERIMIENTOS DE ENERGIA	C01	220V/60Hz (CON TOLERANCIAS SEGUN CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)
	C02	BATERIA(S) RECARGABLE(S) INCORPORADA(S)



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludPrograma Creación de Redes
Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CUERPOS	
CODIGO DEL BIEN	M-72	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	BASTIDORES FABRICADOS ÍNTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304-28, TUBULAR DE 25 MM DE DIÁMETRO X 1.2 MM (1/20") DE ESPESOR COMO MÍNIMO
	A02	CADA CUERPO DESCANSA SOBRE UNA BASE DE 04 PATAS CON REGATONES O GARRUCHAS
	A03	LLEVA UNA CORTINA QUE PUEDE SER DE TELA Y/O BRAMANTE DE ALTA CALIDAD FACILMENTE REMOVIBLE SUJETO AL BASTIDOR POR DOS VARILLAS CROMADAS TODA LA UNIDAD ESTA TRATADA CON FOSFATO, BASES ANTICORROSIVAS, ESMALTES
	A04	UNIÓN DE BASTIDORES MEDIANTE DOS (02) BISAGRAS, O MAS QUE PERMITAN UNA FIJACIÓN FIRME, PERO DE FÁCIL ABATIBILIDAD.
	A05	CORTINAS FÁCILMENTE DESMONTABLES, DE TELA BRAMANTE DE HILADO GRUESO, ALTAMENTE RESISTENTE Y DE FÁCIL LIMPIEZA. CON SISTEMA DE SUJECIÓN A LOS TRAVESAÑOS.
	A06	TRAVESAÑOS O TEMPLADORES DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, TIPO TUBULAR DE 9.5 MM DE DIÁMETRO X 1.2 MM (1/20") DE ESPESOR COMO MÍNIMO, DISPUESTOS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE CADA CUERPO PARA INSTALAR LAS CORTINAS, CON UN EXTREMO LISO Y EL OTRO EXTREMO ROSCADO, DE FÁCIL DESMONTAJE.
	A07	ESTRUCTURA DE SOPORTE, DE CUERPO PRINCIPAL Y/O ABATIBLE, FABRICADA EN TUBOS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-28, DE 25 MM DE DIÁMETRO X 1.2 MM (1/20") DE ESPESOR COMO MÍNIMO, EN DIMENSIONES DE 450 MM DE ANCHO COMO MÍNIMO Y 150 MM DE ALTO COMO MÁXIMO, CADA UNA, CON PATAS REMATADAS EN REGATONES DE PLÁSTICO PVC, DE ALTA RESISTENCIA, PARA EVITAR RAYADURAS DE PISO
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A08	ANCHO DE CADA CUERPO: 900 MM
	A09	ANCHO TOTAL: 1800 MM.
	A10	ALTURA TOTAL: 1750 MM.





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludPrograma Creación de Redes
Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLINICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO GINECO- OBSTÉTRICO	
CODIGO DEL BIEN	M-69	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES 	A01	BASTIDOR FABRICADO DE TUBO DE ACERO DE 1 1/4" DE DIÁMETRO Y 1.2 MM DE ESPESOR. TODA LA ESTRUCTURA DESCANSA SOBRE CUATRO REGATONES PLÁSTICO DURO.
	A02	TUBO DE ACERO DE 3/4" (19 MM.) DE DIÁMETRO Y 1.2 MM. DE ESPESOR, EMPOTRADO Y SOLDADO EN LA PARTE INFERIOR DEL BASTIDOR.
	A03	LA PIECERA ESTÁ REGULADA POR MEDIO DE UN MECANISMO FABRICADO CON VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/8" DE DIÁMETRO Y MANIJAS DE AJUSTE.
	A04	SISTEMA REGULADOR DE CABECERA Y RESPALDO, COMPUESTO POR DISPOSITIVOS DE MÚLTIPLE GRADUACIÓN (BISAGRA TIPO TIJERA) QUE PERMITE OBTENER CUALQUIER GRADO ENTRE 0° - 60° Y 0° - 45° APROX. RESPECTIVAMENTE.
	A05	PORTAPIERNERAS METÁLICAS FORRADAS CON KOROFAN, ARTICULADAS Y CON SOPORTE DE VARILLA DE FIERRO DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" DIÁMETRO (15.87 MM.).
	A06	COLCHONETA DE 3" DE GOMA ESPUMA DE POLIURETANO SEMI-DURO ELÁSTICO Y RESISTENTE, DE DENSIDAD SUPERIOR A 18 KG/M3, DIVIDIDA EN TRES SECCIONES DE MOVIMIENTOS INDEPENDIENTES CADA UNA, CON MARCO DE MADERA Y TRIPLAY DE 16 MM. Y FORRADA EN KOROFAN, LAVABLE Y RESISTENTE AL DESGASTE.
	A07	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE, CON PESTAÑAS DE REFUERZO Y TIRADOR, DE 300 X 300 X 120 MM. DE ALTURA, DESLIZABLE SOBRE CANALES. DICHA BANDEJA NO DEBE TENER COSTURAS NI REMACHES.
	A08	PLANCHA METÁLICA DE 1/8" DE ESPESOR SOLDADA AL TUBO DE 1 1/4" DE DIÁMETRO PARA FIJAR VARILLA DE 3/8" DE DIÁMETRO QUE SIRVE DE EJE DE GIRO.
	A09	RECORTE PARA INTERVENCIONES GINECOLÓGICAS QUE PUEDE CERRARSE POR MEDIO DE UNA PIEZA ACOLCHADA, CON UN RADIO DE 110 MM.
		DIMENSIONES APROXIMADAS:
	A10	LARGO TOTAL: 1950 MM
	A11	ANCHO TOTAL: 650 MM
	A12	ALTURA TOTAL: 650 MM
		ACERO INOXIDABLE:
	A13	EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y DEBE SER ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludPrograma Creación de Redes
Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES GINECO OBSTÉTRICOS	
CODIGO DEL BIEN	M-68	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES 	A01	BASTIDOR FABRICADO DE TUBO DE ACERO DE 1 1/4" DE DIÁMETRO Y 1.2 MM DE ESPESOR. TODA LA ESTRUCTURA DESCANSA SOBRE CUATRO REGATONES PLÁSTICO DURO.
	A02	TUBO DE ACERO DE 3/4" (19 MM.) DE DIÁMETRO Y 1.2 MM. DE ESPESOR, EMPOTRADO Y SOLDADO EN LA PARTE INFERIOR DEL BASTIDOR.
	A03	LA PIECERA ESTÁ REGULADA POR MEDIO DE UN MECANISMO FABRICADO CON VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/8" DE DIÁMETRO Y MANIJAS DE AJUSTE.
	A04	SISTEMA REGULADOR DE CABECERA Y RESPALDO, COMPUESTO POR DISPOSITIVOS DE MÚLTIPLE GRADUACIÓN (BISAGRA TIPO TIJERA) QUE PERMITE OBTENER CUALQUIER GRADO ENTRE 0° - 60° Y 0° - 45° APROX. RESPECTIVAMENTE.
	A05	PORTAPIERNERAS METÁLICAS FORRADAS CON KOROFAN, ARTICULADAS Y CON SOPORTE DE VARILLA DE FIERRO DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" DIÁMETRO (15.87 MM.).
	A06	COLCHONETA DE 3" DE GOMA ESPUMA DE POLIURETANO SEMI-DURO ELÁSTICO Y RESISTENTE, DE DENSIDAD SUPERIOR A 18 KG/M3, DIVIDIDA EN TRES SECCIONES DE MOVIMIENTOS INDEPENDIENTES CADA UNA, CON MARCO DE MADERA Y TRIPLAY DE 16 MM. Y FORRADA EN KOROFAN, LAVABLE Y RESISTENTE AL DESGASTE.
	A07	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE, CON PESTAÑAS DE REFUERZO Y TIRADOR, DE 300 X 300 X 120 MM. DE ALTURA, DESLIZABLE SOBRE CANALES. DICHA BANDEJA NO DEBE TENER COSTURAS NI REMACHES.
	A08	PLANCHA METÁLICA DE 1/8" DE ESPESOR SOLDADA AL TUBO DE 1 1/4" DE DIÁMETRO PARA FIJAR VARILLA DE 3/8" DE DIÁMETRO QUE SIRVE DE EJE DE GIRO.
	A09	RECORTE PARA INTERVENCIONES GINECOLÓGICAS QUE PUEDE CERRARSE POR MEDIO DE UNA PIEZA ACOLCHADA, CON UN RADIO DE 110 MM.
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A10	LARGO TOTAL: 1950 MM
	A11	ANCHO TOTAL: 650 MM
	A12	ALTURA TOTAL: 650 MM
	ACERO INOXIDABLE:	
	A13	EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y DEBE SER ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B

[Firma]
ING. ALBERTO ALBERTO MORENO
 INGENIERO ELECTRÓNICO
 CIP 58696



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLINICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	CARRO PARA TRANSPORTE DE DOSIS UNITARIA	
CODIGO DEL BIEN	M-67	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	CARROCERÍA FABRICADO CON POLÍMERO DE ALTO IMPACTO Y RESISTENTE A LA DESINFECCIÓN QUÍMICA
	A02	APTO PARA EL TRANSPORTE DE CAJETINES CON LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS ABAJO. DICHO COCHE DEBERÁ TENER CORREDERAS PARA LA INSERCIÓN DE DICHOS CAJETINES POR AMBOS FRENTES DEL CARROS LOS CUALES SERÁN SER FÁCILMENTE INTERCAMBIABLES.
	A03	UN (01) CAJÓN O DIVISIÓN INFERIOR ESPACIOSA PARA EL TRANSPORTE DE SOLUCIONES.
	A04	DOS (02) CAJONES O GAVETAS DE 3" DE ALTURA APROXIMADAMENTE. UNO PARA TRANSPORTE DEL STOCK FIJO DE EMERGENCIA Y OTRO PARA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. DICHOS CAJONES DEBERÁN TENER DIVISIONES INTERNAS Y CERRADURA.
	A05	CUATRO (04) CAJONES LATERALES DE APERTURA ABATIBLE PARA GUARDAR MATERIAL MÉDICO. SUPERFICIE SUPERIOR CON PESTAÑAS O REBORDES EN LA PERIFERIA.
	A06	CONTENEDOR LATERAL PARA RESIDUOS.
	A07	AGARRADERA O ASA QUE PERMITA UN FÁCIL DESPLAZAMIENTO DEL MUEBLE.
	A08	SISTEMA DE CERRADURA CENTRAL.
	A09	ESTRUCTURA MONTADA SOBRE CUATRO (04) RUEDAS OMNIDIRECCIONALES, DOS DE ELLAS CON FRENO.
	A10	PARACHOQUES DE PROTECCIÓN.
	A11	DOS (02) JUEGOS COMPLETOS DE CAJETINES FABRICADOS CON POLÍMERO DE ALTO IMPACTO
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A12	ANCHO: 600MM
	A13	LARGO: 800MM
	A14	ALTURA: 1100MM



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludPrograma Creación de Redes
Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS	
CODIGO DEL BIEN	M-64	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES 	A01	ESTRUCTURA PRINCIPAL FABRICADA EN PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B DE 1.0 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO, CON GABINETE SUPERIOR CON DOS (02) PUERTAS Y SEIS (06) DIVISIONES HORIZONTALES REGULABLES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6 MM COMO MÍNIMO, CON DOS CAJONES, GABINETE INFERIOR CON DOS PUERTAS Y DOS TABLEROS INTERIORES DIVISORES DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B CONTRAPLACADO, CON CUATRO PATAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B, REMATADAS EN PATINES REGULADORES DE PVC.
	A02	CADA PUERTA SUPERIOR CON MARCO FABRICADO EN PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B DE 1.0 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO, CON VIDRIO DOBLE DE 4 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO, LAMINADO TRANSPARENTE, CON TIRADOR EN FORMA DE ASA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B, SISTEMA DE BISAGRA PARA APERTURA Y SISTEMA DE SEGURIDAD.
	A03	CADA CAJÓN FABRICADO EN PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B DE 1.0 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO, DE FÁCIL DESLIZAMIENTO SOBRE CORREDERAS TELESCÓPICAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B QUE PERMITAN LA EXTRACCIÓN TOTAL DEL CAJÓN, CON TIRADOR EN FORMA DE ASA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B, CON SISTEMA DE SEGURIDAD.
	A04	CADA PUERTA INFERIOR FABRICADA EN PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B DE 1.0 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO CONTRAPLACADO, CON TIRADOR EN FORMA DE ASA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B, SISTEMA DE BISAGRA PARA APERTURA SISTEMA DE SEGURIDAD.
	A05	SISTEMA DE SEGURIDAD BASADO EN CERRADURA DE UN GOLPE EN EL CAJÓN Y CON VARILLAS PERPENDICULARES EN LA PUERTA SUPERIOR E INFERIOR, PARA GARANTIZAR UN CIERRE TOTAL.
	A06	TODAS LAS UNIONES SON SOLDADAS ELÉCTRICAMENTE MEDIANTE SISTEMA DE SOLDADURA TIG O SIMILAR DE TECNOLOGÍA SUPERIOR
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A07	ANCHO: 1040 MM.
	A08	PROFUNDIDAD: 450 MM.
	A09	ALTURA: 1950 MM.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENÉRICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	RACK MÓVIL PARA CESTAS	
CODIGO DEL BIEN	M-63	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	ESTRUCTURA PRINCIPAL RODABLE, FABRICADA CON TUBO DE SECCIÓN CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE AISI304-2B DE 25 MM X 1.5 MM (1/16") DE ESPESOR COMO MÍNIMO, PARA EL TRASLADO DE CESTAS. CON PINES PARA COLGAR TRES (03) CANASTILLAS POR EL FRENTE Y TRES (03) POR LA ESPALDA.
	A02	CANASTILLAS FABRICADAS DE BARRAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B DE 6 MM Y DE 3 MM DE DIÁMETRO COMO MÍNIMO.
	A03	GARRUCHAS DE GRADO HOSPITALARIO OMNIDIRECCIONALES, CON RUEDA DE NYLON O EQUIVALENTE DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO, DE ALTA RESISTENCIA, DOS DE ELLAS CON FRENO.
	A04	CON CUATRO (04) GARRUCHAS DE GRADO HOSPITALARIO DE Ø4", GIRATORIAS 360°, AL MENOS DOS (02) CON FRENO.
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A05	ANCHO TOTAL: 650 mm
	A06	LARGO TOTAL: 750 mm
	A07	ALTURA TOTAL: 2000 mm



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION Estandarizada de EQUIPAMIENTO EN SALUD	RACK MÓVIL PARA CAJAS E INSTRUMENTAL	
CODIGO DEL BIEN	M-62	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	CONSTRUIDO ÍNTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304-2B
	A02	ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 2" DE LADO Y 1/16" DE ESPESOR
	A03	BANDEJAS CONSTRUIDAS EN LAMINAS DE 1/16" DE ESPESOR FIJAS PARA DISPONER CONTENEDORES QUIRÚRGICOS A AMBOS LADOS DEL RACK, LAS DIMENSIONES APROXIMADAS DE LAS BANDEJAS SON 30X60 CM. (PROF.X LARGO) APROX
	A04	UNIDAD DOTADO DE CUATRO GARRUCHAS GRADO HOSPITALARIO GIRATORIAS DE 4" DE DIÁMETRO, DOS DE ELLAS CON FRENO
	A05	OCHO CONTENEDORES QUIRÚRGICOS CERRADOS DE DIFERENTES TAMAÑOS (TRES GRANDES, TRES MEDIANOS Y DOS CHICOS), CONSTRUIDO EN ALUMINIO ANODIZADO O ACERO INOXIDABLE DE 2 MM. DE ESPESOR APROXIMADAMENTE CON PORTA TARJETAS, DICHOS CONTENEDORES DEBERÁN SER APTOS PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR LO QUE DEBEN TENER AGUJEROS PARA PERMITIR EL PASO DE VAPOR CON FILTRO BACTERICIDA REUSABLE.
		DIMENSIONES APROXIMADAS:
	A06	LARGO : 600 mm
	A07	ANCHO : 750 mm
	A08	ALTO : 2000 mm



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	ESCALINATA EN ACERO INOXIDABLE PARA SALA DE OPERACIONES	
CODIGO DEL BIEN	M-61	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	ESTRUCTURA DE SOPORTE FABRICADO EN ACERO LAMINADO AL FRIA (LAF) TUBULAR DE 25 MM DE DIÁMETRO X 1.2 MM (1/20"), DE ESPESOR COMO MINIMO, DOBLADO DE UNA SOLA PIEZA, SIN SECCIONAR Y SIN ARRUGAS, CON REMATE EN REGATONES DE PLASTICO O JEBE DURO DE ALTA RESISTENCIA.
	A02	PLATAFORMA CONTRAPLACADA DE 25 MM DE ANCHO APROXIMADO, FABRICADA CON ACERO LAMINADO AL FRIO 1.0 MM. DE ESPESOR COMO MINIMO. REFORZADA Y RECUBIERTA CON MATERIAL ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA DE 3.5 MM. DE ESPESOR, EN COLOR NEGRO, CON FILETE O RIBETE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B DE 1.0 MM DE ESPESOR COMO MINIMO EN TODO EL CONTORNO DE LA PLATAFORMA
	A03	REGATONES DE PLÁSTICO PE DURO DE ALTO IMPACTO
	A04	LOS COMPONENTES DE ACERO INOXIDABLE CUMPLEN CON LA NORMA AISI; CALIDAD 304, ACABADO 2B
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A05	LARGO DEL PELDAÑO: 450 MM
	A06	ANCHO TOTAL: 250 MM
	A07	ALTURA DEL PELDAÑO: 200 MM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES Y PUERTAS	
CODIGO DEL BIEN	M-60c	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	ESTANTE FABRICADO ÍNTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B., CON PUERTAS
	A02	ESTRUCTURA CON PARANTES FABRICADOS CON ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE DE 38.1 MM. (1 ½") X 38.1 MM. (1 ½") X 2 MM. DE ESPESOR Y DE 2100 MM. DE LARGO APROXIMADAMENTE
	A03	CINCO (05) DIVISIONES CON ANAQUELES DE 400 MM. X 900 MM. EN PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE 1.58 MM. (1/16") DE ESPESOR COMO MÍNIMO, PERFORADAS EN LAS ESQUINAS PARA PROVEER UN PERFECTO AMARRE CON LOS ÁNGULOS RANURADOS MEDIANTE PERNOS DE ACERO DE 7.93 MM. (5/16") X 15.87 MM. (5/8") APROX.
	A04	ESCUADRAS FABRICADAS CON PLANCHAS DE ACERO DE 1.58 MM (1/16") DE ESPESOR COMO MÍNIMO, INSTALADAS EN LOS ENCUENTROS DE LA REPISA SUPERIOR E INFERIOR PARA PRODUCIR UNA COMPLETA ESTABILIDAD DEL SISTEMA
	A05	ESTANTE CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR UN PESO TOTAL DE 200 KG COMO MÍNIMO.
	A06	DEBE INCLUIR REGATONES EN LOS APOYOS EN CONTACTO CON EL SUELO
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A08	ALTURA: 2100 MM
	A09	LARGO: 900 MM
	A10	ANCHO: 400 MM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES	
CODIGO DEL BIEN	M-60	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	ESTANTE FABRICADO INTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B.
	A02	ESTRUCTURA CON PARANTES FABRICADOS CON ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE DE 38.1 MM. (1 ½") X 38.1 MM. (1 ½") X 2 MM. DE ESPESOR Y DE 2100 MM. DE LARGO APROXIMADAMENTE
	A03	CINCO (05) DIVISIONES CON ANAQUELES DE 400 MM. X 900 MM. EN PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE 1.58 MM. (1/16") DE ESPESOR COMO MINIMO, PERFORADAS EN LAS ESQUINAS PARA PROVEER UN PERFECTO AMARRE CON LOS ÁNGULOS RANURADOS MEDIANTE PERNOS DE ACERO DE 7.93 MM. (5/16") X 15.87 MM. (5/8") APROX.
	A04	ESCUADRAS FABRICADAS CON PLANCHA DE ACERO DE 1.58 MM (1/16") DE ESPESOR COMO MINIMO, INSTALADAS EN LOS ENCUENTROS DE LA REPISA SUPERIOR E INFERIOR PARA PRODUCIR UNA COMPLETA ESTABILIDAD DEL SISTEMA
	A05	ESTANTE CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR UN PESO TOTAL DE 200 KG COMO MINIMO.
	A06	DEBE INCLUIR REGATONES EN LOS APOYOS EN CONTACTO CON EL SUELO
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A08	ALTURA: 2100 MM
	A09	LARGO: 900 MM
	A10	ANCHO: 400 MM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 03 DIVISIONES	
CODIGO DEL BIEN	M-59	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	ESTANTE FABRICADO INTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B.
	A02	ESTRUCTURA CON PARANTES FABRICADOS CON ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE DE 38.1 MM. (1 ½") X 38.1 MM. (1 ½") X 2 MM. DE ESPESOR Y DE 1700 MM. DE LARGO APROXIMADAMENTE
	A03	TRES (03) DIVISIONES CON ANAQUELES DE 400 MM. X 900 MM. EN PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE 1.58 MM. (1/16") DE ESPESOR COMO MINIMO, PERFORADAS EN LAS ESQUINAS PARA PROVEER UN PERFECTO AMARRE CON LOS ÁNGULOS RANURADOS MEDIANTE PERNOS DE ACERO DE 7.93 MM. (5/16") X 15.87 MM. (5/8") APROX.
	A04	ESCUADRAS FABRICADAS CON PLANCHAS DE ACERO DE 1.58 MM (1/16") DE ESPESOR COMO MINIMO, INSTALADAS EN LOS ENCIENTROS DE LA REPISA SUPERIOR E INFERIOR PARA PRODUCIR UNA COMPLETA ESTABILIDAD DEL SISTEMA
	A05	ESTANTE CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR UN PESO TOTAL DE 120 KG COMO MINIMO.
	A06	DEBE INCLUIR REGATONES EN LOS APOYOS EN CONTACTO CON EL SUELO
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A07	ALTURA: 1700 MM
	A08	LARGO: 900 MM
	A09	ANCHO: 400 MM



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludPrograma Creación de Redes
Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	CARRO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL ESTÉRIL	
CODIGO DEL BIEN	M-58	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA ÍNTEGRAMENTE EN PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 MM DE ESPESOR COMO MINIMO, CALIDAD 304-2B CON PLACAS SOLDADAS A LA ESTRUCTURA (DEBAJO DE CADA ASA), CON ESTAMPADO EN ALTO RELIEVE, CON EL TEXTO "MATERIAL ESTÉRIL" DE 70 MM O MÁS DE ALTURA.
	A02	TABLERO SUPERIOR REFORZADO CON PERFILES FABRICADOS CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 MM DE ESPESOR COMO MINIMO
	A03	PUERTAS FRONTALES BATIENTES, CON BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE Y TIRADORES TIPO ASA DE ACERO INOXIDABLE Y PARA SU SEGURIDAD LLEVA UNA CERRADURA LATCHES (DE SISTEMA VERTICAL).
	A04	(01) REPISA, DE ALTURA REGULABLE. FABRICADAS CON PLANCHA DE 1 MM DE ESPESOR COMO MINIMO, DEBIDAMENTE REFORZADA CON PERFILES
	A05	SE DEBE EVITAR EN LAS UNIONES LOS INTERSTICIOS QUE PERMITAN ACUMULACIÓN DE DESPERDICIOS. LAS ARISTAS DE LA CABINA INTERIOR DEBERÁN SER REDONDEADAS PARA SU FÁCIL LIMPIEZA.
	A06	ASA DE EMPUJE UBICADAS EN CADA LADO, FABRICADAS CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.5 MM DE ESPESOR Y TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1"x1.2 MM DE ESPESOR COMO MINIMO.
	A07	CON CUATRO (04) PARACHOQUES TIPO ESQUINEROS FABRICADOS CON PLÁSTICO PVC
	A08	APOYADO SOBRE CUATRO GARRUCHAS DE GRADO HOSPITALARIO DE Ø6", TODAS GIRATORIAS Y DOS DE ELLAS CON FRENO.
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A09	LARGO DE LA ESTRUCTURA: 1100MM
	A10	ANCHO DE LA ESTRUCTURA: 600MM
	A11	ALTURA TOTAL: 1100MM





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLINICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL DENTAL DE 2 CUERPOS	
CODIGO DEL BIEN	M-57	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	ESTRUCTURA TOTALMENTE DE PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 MM DE ESPESOR COMO MINIMO.
	A02	INCLUYE DOCE (12) CAJONES DE PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DISPUESTOS EN DOS FILAS DE SEIS (06) CAJONES CADA UNO, DE 100MM DE ALTURA.
	A03	DOS (02) CAJONES GRANDES QUE ABARCAN TODO EL LARGO DEL MUEBLE DE 150MM DE ALTURA, UBICADO EN LA PARTE INFERIOR DEL ARMARIO
	A04	TOCOS LOS CAJONES CUENTAN CON TIRADORES TIPO ASA Y CON CORREDERAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA EXTRACCION TOTAL DEL CAJON
	A04	CON CUATRO (04) PATAS PERFILADAS FABRICADAS CON PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.2MM DE ESPESOR COMO MINIMO, CON PATINES REGULADORES DE ALTURA FABRICADO CON PLASTICO PVC
	A05	FABRICADO CON PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 MM ESPESOR COMO MINIMO. EN LA PARTE SUPERIOR LLEVA FRANELA Y UN VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR, ASEGURADOS CON UN FILETE EN TODO SU CONTORNO, FABRICADO CON PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE (SS). DE ACABADO SATINADO, DE 1 MM DE ESPESOR COMO MINIMO
	A06	LOS COMPONENTES DE ACERO INOXIDABLE CUMPLEN CON LA NORMA AISI, CALIDAD 304, ACABADO 2B.
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A07	LARGO : 830MM
	A08	ANCHO : 500MM
	A09	ALTURA : 1080MM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLINICO
DENOMINACION Estandarizada de Equipamiento en Salud	VITRINA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL ESTÉRIL DE UN CUERPO	
CODIGO DEL BIEN	M-55	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	CONSTRUIDO INTEGRAMENTE EN PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIDAD 304-2B, DE 1 MM DE ESPESOR COMO MINIMO.
	A02	GABINETE SUPERIOR CON DOS PUERTAS DE MARCO DE VIDRIO DOBLE DE 4MM TRANSPARENTE. EN SU INTERIOR LLEVA TRES DIVISIONES HORIZONTALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6MM, O MÁS, DE ALTURA REGULABLE.
	A03	DOS CAJONES DE ACERO INOXIDABLES DE FACIL DESLIZAMIENTO SOBRE CORREDERAS CON PATINES DE NYLON Y TOPES DE JEBE.
	A04	GABINETE INFERIOR CON DOS PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE CONTRAPLACADAS Y TABLERO DE ACERO INOXIDABLE.
	A05	CERRADURAS DE UN GOLPE EN LOS TODOS LOS CAJONES Y GABINETES, CON VARILLAS PERPENDICULARES PARA UN CIERRE TOTAL. LAS CERRADURAS SERAN DE ALTA CALIDAD CONTRA GOLPE, CON TAMBOR DE BRONCE CROMADO, CON PINES, CON DOS LLAVES Y CLAVES DISTINTAS.
	A06	LA VITRINA DESCANSARA SOBRE UNA BASE DE CUATRO PATAS DE ACERO INOXIDABLE PERFILADO DE APOYO CUBIERTO CON JEBE DURO TIPO "U".
	A07	TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE EN CAJONES Y PUERTA SUPERIOR E INFERIOR.
	DIMENSIONES APROXIMADAS:	
	A08	ANCHO : 680 MM.
	A09	PROFUNDIDAD : 450 MM.
	A10	ALTO : 1'800 MM.



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludPrograma Creación de Redes
Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	TABURETE METÁLICO RODABLE CON ASIENTO GIRATORIO	
CODIGO DEL BIEN	M-49	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	TABURETE GIRATORIO PARA SALA DE OPERACIONES, CON MOVIMIENTO MECÁNICO.
		BASE:
	A02	BASE PENTAGONAL RODABLE FABRICADA CON PATAS DE TUBO DE ACERO SS DE 1"X1.2MM DE (E) CUYO DIÁMETRO EXTERIOR ES 550 MM. (1)
	A03	(05) GARRUCHAS DE 2" DE NYLON DE COLOR NEGRO ALTAMENTE RESISTENTE AL TRÁNSITO.
		COLUMNA:
	A04	COLUMNA FABRICADA DE TUBO DE ACERO DE SECCIÓN REDONDA DE Ø2"
	A05	SISTEMA DE ELEVACIÓN, POR MEDIO DE UN GUSANO (EJE) CON ROSCA ACME Y TUERCA DE ALUMINIO, CON LOS QUE SE REGULA LA ALTURA.
	A06	ANILLO POSA PIES, DE 470MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, FABRICADO CON TUBO DE SS DE SECCIÓN REDONDA DE Ø¾" X 1.2MM DE ESPESOR.
		ASIENTO:
	A07	PLATAFORMA FABRICADA DE PLANCHA DE ACERO SS DE 1.2MM. DE (E) DE 360MM DE DIÁMETRO.
	A08	CON UN DISCO DE CAUCHO DE 3MM DE (E).
	A09	MONTADO SOBRE UNA CRUCETA DE PLATINAS DE ACERO DE ¾" X 1" DE ESPESOR, QUE SE ENCUENTRA SOLDADO AL GUSANO.
		ACABADO:
	A10	TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES, CONSISTENTE EN DESENGRASE, ANTIOXIDANTE, PRE-ACTIVADO, FOSFATIZADO Y SELLADO, LO CUAL PREVIENE Y PROTEGE CONTRA LA CORROSIÓN, PRODUCIDA POR LA AGRESIVIDAD DE LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE.
	A11	ACABADO CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA COLOR DE ACUERDO A CARTA, APLICADA SIN SOLVENTES (ECOLÓGICA), CURADA AL HORNO A TEMPERATURA DE 200°C.
	A12	LOS COMPONENTES DE ACERO INOXIDABLE SON DE CALIDAD AISI 304.
	A13	TODAS LAS UNIONES SON SOLDADAS MEDIANTE PROCESO DE SOLDADURA ELÉCTRICA MIG.
		DIMENSIONES APROXIMADAS:
	A14	DIÁMETRO DEL ASIENTO : 360 MM.
	A15	ALTURA MÍNIMA : 450 MM.
	A16	ALTURA MÁXIMA : 600 MM
	A17	LONGITUD DE CADA PIE: 250 MM



CARLOS CARPIO VIVEROS
INGENIERO ELECTRICISTA
CIP 08036



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludPrograma Creación de Redes
Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION Estandarizada de Equipamiento en Salud	TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE	
CODIGO DEL BIEN	M-47	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	TABURETE GIRATORIO PARA SALA DE OPERACIONES, CON MOVIMIENTO MECÁNICO.
		BASE:
	A02	BASE PENTAGONAL RODABLE FABRICADA CON PATAS DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE SS DE 1"X1.2MM DE ESPESOR, CUYO DIÁMETRO EXTERIOR ES 550MM O MAYOR.
	A03	CINCO (05) GARRUCHAS GRADO HOSPITALARIO DE 2" DE DIÁMETRO DE NYLON ALTAMENTE RESISTENTE AL TRÁNSITO, GIRATORIAS 360°, SIN FRENOS.
		COLUMNA:
	A04	COLUMNA FABRICADA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN REDONDA DE Ø60X1.5mm DE ESPESOR APROXIMADO
	A05	SISTEMA DE ELEVACIÓN, POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO, CARRERA ES DE 140 mm APROX.
	A06	ANILLO POSA PIES, DE 470MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, FABRICADO CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN REDONDA DE Ø3/4" X 1.2MM DE ESPESOR APROXIMADO.
		ASIENTO:
	A07	FABRICADO CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 1,2 mm DE ESPESOR, DE 360 mm DE DIÁMETRO, CON UN COJIN DE CAUCHO DE 1/8" DE ESPESOR APROX. EL ASIENTO ES GIRATORIO
	A08	LOS COMPONENTES DE ACERO INOXIDABLE SON DE CALIDAD AISI 304-2B.
		DIMENSIONES APROXIMADAS
	A09	DIÁMETRO DEL ASIENTO : 360 MM.
	A10	ALTURA MÍNIMA : 450 MM.
	A11	ALTURA MÁXIMA : 600 MM





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludPrograma Creación de Redes
Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENÉRICO	MC	MOBILIARIO CLINICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	ARMARIO PARA COLGAR ENDOSCOPIOS	
CÓDIGO DEL BIEN	M-5	
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES  TITO DE CONSULTORIA S.A. ROLAND ECHANDIA MORENO JEFE DE SUPERVISION CIP N° 105755	A01	ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE CON PUERTA DE VIDRIO, Y SOPORTES PARA COLGAR ENDOSCOPIO DE FORMA FÁCIL Y SEGURA.
	A02	MOBILIARIO UTILIZADO EN ÁREAS ASISTENCIALES COMO CONSULTORIOS EXTERNOS, CIRUGÍA, ENTRE OTRAS ÁREAS. ESTE MOBILIARIO ESTÁ A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA Y OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD.
	A03	ESTRUCTURA PRINCIPAL FABRICADA EN PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B DE 1.0 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO, CAPACIDAD PARA OCHO (08) ENDOSCOPIOS FLEXIBLES, COLGADOS LONGITUDINALMENTE. PARTE POSTERIOR ACOLCHADA PARA PROTECCIÓN DE LA ÓPTICA DEL ENDOSCOPIO. CON CUATRO (04) PATAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B REMATADAS EN PATINES REGULADORES DE PVC.
	A04	PUERTA CON MARCO FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B DE 1.0 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO, CON VIDRIO DE 4 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO, LAMINADO TRANSPARENTE, CON TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B EN FORMA DE ASA. SISTEMA DE BISAGRA PARA APERTURA Y SISTEMA DE SEGURIDAD.
	A05	SISTEMA PARA COLGAR ENDOSCOPIOS, CON SUJETADOR EN LA PARTE SUPERIOR Y FIJADOR EN LA PARTE INFERIOR DE LA VITRINA.
	A06	BANDEJA DE GOTEO EXTRAÍBLE FABRICADA EN PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B DE 1.0 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO, DISEÑADO CON PENDIENTE HACIA AL CENTRO PARA UNA FÁCIL LIMPIEZA. CON ZÓCALO DE 75 MM DE ALTURA, FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B DE 1.0 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO.
	A07	SISTEMA DE VENTILACIÓN CON CELOSÍAS DE ENTRADA PARA EL AIRE, A CADA LADO Y EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VITRINA.
		SOLDADURA:
	A08	TODAS LAS UNIONES SON SOLDADAS ELÉCTRICAMENTE MEDIANTE SISTEMA DE SOLDADURA TIG O SIMILAR DE TECNOLOGÍA SUPERIOR, QUE ASEGURE EL BUEN ACABADO Y ALTA RESISTENCIA DE LOS MATERIALES.
		DIMENSIONES APROXIMADAS: (TOLERANCIA MÁXIMA DE +/-1 %)
	A09	LARGO TOTAL: 1000 MM.
B. COMPONENTES	A10	ANCHO TOTAL: 450 MM.
	A11	ALTURA TOTAL: 2300 MM.
	B01	UNA(01) ESTRUCTURA PRINCIPAL
	B02	UNA (01) PUERTA
	B03	OCHO (08) COLGADORES
	B04	UNA (01) BANDEJA DE GOTEO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRUPO GENERICO	MC	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	JUEGO DE 03 LAVATORIOS DE 5, 8 Y 12 LITROS	
CODIGO DEL BIEN	E-127	
A. CARACTERISTICAS GENERALES	A01	FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE
	A02	SIN REBABAS NI ARISTAS CORTANTES
	A03	CANTIDAD 3 LAVATORIOS
	A04	CAPACIDAD APROX: 5, 8 Y 12 LITROS
	A05	CARRO PORTALAVATORIOS RODABLE, 04 GARRUCHAS DE GRADO HOSPITALARIO GIRATORIO 360°, ALMENOS 02 GARRUCHAS CON FRENOS

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo”

FORMATO N° 05

FICHA TÉCNICA

PROCESO DE SELECCIÓN N°

DATOS DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DATOS DEL CONTRATISTA N° CONTRATO N° O/C FECHA DE RECEPCIÓN

DENOMINACIÓN MARCA MODELO N° DE SERIE PAÍS DE FABRICACIÓN

COMPONENTES MARCA MODELO N° DE SERIE

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

FORMATO N° 14

FORMATO DE COSTOS UNITARIOS DE COMPONENTES, REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS
--

ÍTEM N°:

DENOMINACIÓN:

MARCA: MODELO:

N°	Denominación	Código de Parte	Características	Precio (Nuevos Soles)	Observaciones
COMPONENTES					
REPUESTOS					
ACCESORIOS					
INSUMOS					

Ciudad,

Firma y Sello del
Representante Legal del Contratista

Nota. - De ser necesario adjuntar hojas adicionales

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

FORMATO N° 16

COMPROMISO DE SUMINISTRO DE INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS

Señores

COMITÉ ESPECIAL /

LICITACIÓN PÚBLICA XXXXXXXX N°

Presente.-

De nuestra consideración,

El que suscribe, don _____ identificado con D.N.I. N° _____, Representante Legal de _____, con RUC N° _____, DECLARO BAJO JURAMENTO, tener disponibilidad en stock de insumos, repuestos y accesorios del equipamiento por un periodo no menor de ----- (INDICAR LOS AÑOS EN NÚMEROS Y LETRAS), años como mínimo, a partir de la fecha de la firma del Acta de Conformidad de la Recepción, Instalación y Pruebas Operativas, para el/los ÍTEM(S)

Lima, de del

Firma y sello del Representante Técnico
y/o Comercial y/o Legal de la Empresa